



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017565096/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 06 de julho de 2023.

À SAPLCT

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0017550873), encaminhamos a análise parcial das propostas:

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	UNID DE MEDIDA	EMPRESA	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	11 - Amostra	9.6 m- Alvará Sanitário	9.6 n- AFE	Parecer
7	40580	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA CALIBRE 25 X 0,6 MM	UNIDADE	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	SR mod. 25x06	De acordo	80026180031 Registro vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Válido até 13/02/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
13	40585	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA, CALIBRE 25 X 0,7 MM	UNIDADE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610061 Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
15	40586	AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,7 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610031 Registro Ativo e referente a agulha com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
19	40588	AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610031 Registro Ativo e referente a agulha com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
20	40589	AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 0,30 MM	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510095- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	----	----	Proposta classificada
21	910799	AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1")	PC	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510095- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, na relação de modelos vinculados ao registro, não consta a agulha para aspiração de medicamentos 1,2 X 25 mm	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada, apesar da proposta da empresa indicar descritivo de acordo com edital, na consulta ao registro na Anvisa verificou-se que dentre os modelos vinculados a este não

											consta a agulha para aspiração de medicamentos 1,2 X 25 mm.
22	910799	AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDICAMENTOS 1,2 MM X25 MM (18 G X 1")	PC	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510095- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, na relação de modelos vinculados ao registro, não consta a agulha para aspiração de medicamentos 1,2 X 25 mm	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada, apesar da proposta da empresa indicar descritivo de acordo com edital, na consulta ao registro na Anvisa verificou-se que dentre os modelos vinculados a este não consta a agulha para aspiração de medicamentos 1,2 X 25 mm.
24	40590	AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,2 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610031 Registro Ativo e referente a agulha com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
27	917500	AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (25 G X 4 3/4) 0,53 X 1,20 MM	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	KDL	De acordo	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
28	917500	AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (25 G X 4 3/4) 0,53 X 1,20 MM	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	KDL	Não analisado	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
29	917502	AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (G22 X 3 1/2) 0,70 X 0,88 MM	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	KDL	Não analisado	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
30	917501	AGULHA PARA PUNCAO LOMBAR (G25 X 3 1/2) 0,53 X 0,88 MM	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	KDL	Não analisado	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
31	911910	AGULHA TIPO PONTA DE LAPIS Nº 27	PC	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	KDL	Não analisado	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.

32	25582	BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	CS MEDICAL	Não analisado	Não apresentou	Exige	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
33	25583	BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PARA INFUSÃO DE 2 A 5 DIAS	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	CS MEDICAL	Não analisado	Não apresentou	Exige	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
34	909161	CATETER EPIDURAL CONTINUO 16G COM MANDRIL	PC	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	PORTEX	Não analisado	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
35	916927	CATETER PERIFERICO CURTO Nº 14	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510052-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente ao cateter da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a cateteres com dispositivo de segurança.
36	916928	CATETER PERIFERICO CURTO Nº 16	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510052-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente ao cateter da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados aos cateteres da marca	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do

							ofertada com dispositivo de segurança.			apresentado pela empresa referentes a cateteres com dispositivo de segurança.
37	916929	CATETER PERIFERICO CURTO N° 18	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510052-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente ao cateter da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a cateteres com dispositivo de segurança.
38	916930	CATETER PERIFERICO CURTO N° 20		MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510052-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente ao cateter da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a cateteres com dispositivo de segurança.
40	19057	CATETER PERIFERICO CURTO N° 22	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510052-Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente ao cateter da marca Medix sem dispositivo de segurança.	Não se aplica	----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na

							Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.				Íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a cateteres com dispositivo de segurança.
42	911724	CATETER PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 24	PC	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDIX BRASIL	De acordo	80495510107- Registro vigente e vinculado a cateter com dispositivo de segurança	Não se aplica	Válido até 23/08/2023	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
43	911724	CATETER PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 24	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Medix mod. 9000	De acordo	80495510078 Registro vigente e referente a cateter com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA.	Não se aplica	Válido até 13/02/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
44	916932	CATETER PERIFERICO LONGO N° 24	UNIDADE	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495510052- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa, porém, o registro em questão é referente ao cateter da marca Medix sem dispositivo de segurança. Em consulta ao portal da Anvisa, constam diferentes números de registros vinculados aos cateteres da marca ofertada com dispositivo de segurança.	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada, o registro na Anvisa que a empresa indicou é referente a cateter sem dispositivo de segurança, assim, a empresa ofertou produto que não atende na íntegra as exigências do edital. Em consulta ao portal da Anvisa, constam outros registros diferentes do apresentado pela empresa referentes a cateteres com dispositivo de segurança.
57	22765	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP N° 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	WILTEX	Não analisado	Não apresentou	Não se aplica	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
61	913320	EQUIPO DE MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO	PC	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	WILTEX	Não analisado	Não apresentou	Exige	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.

62	913320	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	PC	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	WILTEX	Não analisado	Não apresentou	Exige	----	----	Proposta reprovada por não atender o subitem 8.10.1 do edital, não apresentou registro na Anvisa.
64	24793	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UNIDADE	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	De acordo	10330669065- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Exige	Válido até 29/02/2024	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada, não há necessidade de apresentação de amostra, item já utilizado e aprovado nesta Secretaria da Saúde
71	910210	EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120CM COM OS CONECTORES LUER LOCK	PC	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	BIOSANI/BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS M	De acordo	80286000042- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	----	----	Proposta classificada
72	909130	EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM COM OS CONECTORES LUER LOCK	PC	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	BIOSANI/BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS M	De acordo	80286000042- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	----	----	Proposta classificada
73	912039	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA CATETER PERIDURAL	PC	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	Pediu declínio da proposta, página 5 da proposta	-----	Não se aplica	----	----	Pediu declínio da proposta, página 5 da proposta
78	913546	PERFUSORES DE INFUSAO CONTINUA	PC	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	MP HOSPITALAR	De acordo	80305560069- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 29/02/2024	AFE de correlatos, confirmado no portal da Anvisa	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o ofertado possui diâmetro aproximado de 0,2-0,3 cm.
79	911908	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML COM ROSCA - PARA QUIMIOTERAPIA	PC	MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	Medix	De acordo	80495519018- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	----	----	Proposta classificada
81	909701	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	PC	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610007 Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
89	913323	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 5ML	PC	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610027 Registro Vigente e referente a seringa com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
91	909147	SERINGA DESCARTÁVEL IML SEM AGULHA	PC	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610025 Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no portal da Anvisa	Proposta aprovada
94	913324	SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	PC	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	INJEX	De acordo	10160610027 Registro vigente e referente a	Não se aplica	Válido até 23/03/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado	Proposta aprovada

		ARTICULADO SEM AGULHA 10ML					seringa com dispositivo de segurança, confirmado no Portal ANVISA			no portal da Anvisa	
97	34	SERINGA DOSADORA ORAL 10 ML COM TAMPA DESCARTAVEL	UND	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Medix	De acordo	80495510161- Registro vigente e referente a seringa dosadora, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no prtal da Anvisa	Proposta aprovada
98	35	SERINGA DOSADORA ORAL 20 ML COM TAMPA DESCARTAVEL	UND	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Medix	De acordo	80495510161- Registro vigente e referente a seringa dosadora, confirmado no portal da Anvisa	Não se aplica	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no prtal da Anvisa	Proposta aprovada
105	5157	ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)	UNIDADE	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	Medix	De acordo	80495510077- Registro vigente e referente a escalpe de segurança, confirmado no portal da Anvisa.	Exige	Válido até 19/09/2024	AFE de correlatos ativa, confirmado no prtal da Anvisa	Apesar do descritivo da proposta ser o mesmo do edital, solicitamos que seja confirmado pela empresa que será fornecido no mínimo 1 (um) adaptador para cada 100 agulhas e que o adaptador possui mecanismo automático de descarte da agulha. Caso a empresa confirme a informação, está apta a apresentar amostra

As análises das propostas para os demais itens serão encaminhadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 06/07/2023, às 14:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017565096** e o código CRC **B329C489**.