

## MEMORANDO SEI Nº 27219546/2025 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 20 de outubro de 2025.

À

 HMSJ.CAOP  
SAP.LCT

**Assunto:** Resposta da Análise Técnica - Pregão Eletrônico 323/2025

**Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de condutores para expansor de pele e lâminas para faca de enxerto utilizados no atendimento dos pacientes no Hospital Municipal São José

Prezados(as) Senhores(as),

Venho por meio deste, encaminhar a resposta ao memorando SEI nº 27197572 com as devidas análises conforme tabela abaixo:

Itens	Material/ Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Fornecedor	Marc a (Comprasnet)	Registr o Anvisa	Prospect o / Ficha Técnica	Parecer
1	913361 - CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE 1:3 COMPATIVEL AESCULAP CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE, EXPANSÃO DE 1.3, COMPATIVEL COM EXPANSOR DE PELE MARCA AESCULAP MODELO BA 720.	PC	120	WLABORATÓRIOS BBRAUNSA	Aesculap/Aesculap	Apresentou Registro na Anvisa na página 1 e 6 do documento SEI nº 27196865	Apresento u nas páginas 2 a 5 do documento SEI nº 27196865	<b>Aprovada para próxima fase.</b>
	912971 - CONDUTOR PARA EXPANSOR DE							

	PELE 1:1,5 CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE, 1MM DE EXPESSURA, COM RANHURAS EM V, EVITANDO DESLIZAMENTO LATERAL DO ENXERTO, PARA EXPANSOR TIPO ZIMMER MODELO MESHGR AFT 2195, ESPANSÃO 1:1,5 TAMANHO 28 X 7,88CM.	PC	120	FPM HOSPITALAR LTDA	AKADEMI - DS-008	Apresentou Registro na Anvisa na página 2 e 4 do documento SEI nº27197 235	<b>Apresentou nas páginas 4 a 14 do documento SEI 27197235.</b>	<b>Solicito diligência</b> para esclarecer a informação conflitante encontrada no documento SEI nº27197235 , especificamente em relação à razão do condutor de pele, nas páginas 2,5,9 e 10 do documento, cita razão de 1,5:1 e na página 6 do mesmo documento a razão do condutor está para 1:1,5.  <b>Aguardando diligência</b>
3	912972 - CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE 1:3 CONDUTOR PARA EXPANSOR DE PELE, 1MM DE EXPESSURA, COM RANHURAS EM V, EVITANDO DESLIZAMENTO LATERAL DO ENXERTO, COMPATIVEL PARA EXPANSOR TIPO ZIMMER MODELO MESHGR AFT 2195, ESPANSÃO 1:3 TAMANHO 28 X 7,88CM.	Peca	500	FFPM HOSPITALAR LTDA	AKADEMI - DS-008	Apresentou Registro na Anvisa na página 2 e 4 do documento SEI nº27197 235	<b>Apresento u nas páginas 4 a 14 do documento SEI 27197235.</b>	<b>Solicito diligência</b> para esclarecer a informação conflitante encontrada no documento SEI nº27197235 , especificamente em relação à razão do condutor de pele, nas páginas 2,5,9 e 10 do documento, cita razão de 3:1 e na página 6 do mesmo documento a razão do condutor está para 1:3.  <b>Aguardando diligência</b>
	909830 - LAMINA PARA FACA DE							

4	ENXERTO DE 06 POLEGADAS LAMINA PARA FACA DE ENXERTO DE 06 POLEGADAS, FABRICA DO EM ACO CARBON O. PACOTE COM 05 UNIDADES, NAO ESTEREIS. REGISTRADO NA ANVISA.	CX	125	DLM HOSPI TALAR LTDA	DLM	Apresentou registro na Anvisa na página 3 do documento SEI nº27197388	Apresentou na página 5 do documento SEI nº27197388	<b>Aprovada para próxima fase.</b>
5	909166 - LAMINA PARA FACA DE ENXERTO DE 04 POLEGADAS LAMINA PARA FACA DE ENXERTO DE 04 POLEGADAS, FABRICA DO EM ACO CARBON O. PACOTE COM 05 UNIDADES, NAO ESTEREIS. REGISTRADO NA ANVISA	CX	78	DLM HOS PITA LAR LTD A	DLM	Apresentou registro na Anvisa na página 3 do documento SEI nº27197388	Apresentou na página 5 do documento SEI nº27197388	<b>Aprovada para próxima fase.</b>

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Soares, Servidor(a) Público(a)**, em 20/10/2025, às 13:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27219546** e o código CRC **D2F92DA1**.

