Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0022187047/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de julho de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **327/2023**.

Objeto: Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao documento SEI nº 0022186854, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - a) Registro ANVISA	11 - Amostra	Análise preliminar e manifestação da empresa	Parecer
59	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE	UNID	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	AD PELE	Apresentou descrição resumida, porém, haverá a apresentação de amostras	80003309005-Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	EXIGE	A proposta da empresa está de acordo com o edital, porém, ofertou produto de mesma marca que já teve a amostra analisada e reprovada anteriormente no presente processo, conforme constante no Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0021379224) emitido em 17/05/2024: *"Conforme parecer técnico SEI nº 0021320300, o produto solta com facilidade, com desfiamento nas bordas. AMOSTRA REPROVADA".* Com o intuito de evitar atrasos na tramitação do processo e custos à empresa com o envio de amostras que já foram reprovadas anteriormente, indicamos que a empresa verifique junto ao fabricante se para o registro da Anvisa 80003309005 existem outros modelos que possuam características que atendam as exigências da Administração. *"de fato o Fabricante MISSNER é o responsável pela fabricação. Peço que verifiquem a MARCA AD PELE."*	A proposta da empresa está de acordo com o edital. Para análise do produto ofertado, há a necessidade de apresentação da amostra. Solicitamos a convocação nos termos definidos no edital.

	FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 2O MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal								

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 24/07/2024, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0022187047** e o código CRC **3096CF6C**.