



## RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 391/2024**  
**PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL Nº 90391/2024**

**Objeto:** Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar

**ESCLARECIMENTOS:**

**Recebido em 24 de setembro de 2024 às 11h 33min (documento SEI nº 0022924980).**

**2º Questionamento:** "Considerando que os equipamentos descritos no Item 9 - Monitor Multiparâmetros, é item que conta com desenvolvimento de alta tecnologia a requerente considera que o Edital exige certas características que restaram dúbias, ou ainda, que podem ser desnecessárias, pelo que pedimos esclarecimentos e alteração nos seguintes quesitos: Item 9 - Monitores Multiparâmetros Edital solicita: "02 (DOIS) KITS COM MANGUEIRAS PARA PANI E OS 3 (TRÊS) TAMANHOS DE MANGUITO;" Solicitamos esclarecer o que é considerado "KITS", e para quais tamanhos específicos (3 tamanhos) é necessário cotar, haja visto que existem diversos tamanhos de manguito."

**Resposta:** Conforme manifestação da Área de Cadastro de Materiais da Unidade de Gestão Administrativa da Secretaria da Saúde, unidade requisitante do processo, através do Documento SEI Nº 0022926044/2024 - SES.UAD.ACM:

Em atenção ao documento SEI nº 0022925016, sobre o o pedido de esclarecimento, **documento SEI nº 0022924980**, referente ao processo licitatório de **Pregão Eletrônico nº 391/2024** para **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar**, segue manifestação deste unidade:

Em suma a empresa solicita o seguinte esclarecimento:

"Item 9 - Monitores Multiparâmetros Edital solicita: "02 (DOIS) KITS COM MANGUEIRAS PARA PANI E OS 3 (TRÊS) TAMANHOS DE MANGUITO;" Solicitamos esclarecer o que é considerado "KITS", e para quais tamanhos específicos (3 tamanhos) é necessário cotar, haja visto que existem diversos tamanhos de manguito".

Em resposta, reiteramos o subitem 1.2 - Especificações técnicas - Termo de Referência - Anexo VI do edital:

Item	Material/Serviço	Unid. medida
9	25722 - MONITOR MULTIPARÂMETROS BÁSICO PARA UTILIZAR EM PACIENTES <b>ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL</b> ; DEVE AFERIR SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2); PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI); TEMPERATURA; FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC); ECG COM 7 DERIVAÇÕES; DISPLAY COLORIDO COM 10 POLEGADAS OU MAIS COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DE TODOS OS VALORES; RELÓGIO; POSSUIR GRÁFICO E TABELA DE TENDÊNCIA; MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS AFERIDOS NAS ÚLTIMAS 4 (QUATRO) HORAS, NO MÍNIMO; QUE PERMITA A REVISÃO E TRANSFERÊNCIA POSTERIOR; CONECTIVIDADE COM PC VIA UBS OU WIRELESS. PANI: AMPLITUDES DE PRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 0 A 280 MMHG; AMPLITUDE SISTÓLICA DE APROXIMADAMENTE 60 A 250 MMHG; AMPLITUDE DIASTÓLICA DE APROXIMADAMENTE 30 A 160 MMHG; AMPLITUDE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 40 A 190 MMHG; TEMPERATURA COM AMPLITUDE DE APROXIMADAMENTE 26° C A 43° C; SPO2 COM TECNOLOGIA QUE REDUZA A INTERFERÊNCIA CAUSADA POR MOVIMENTO E LUMINOSIDADE E COM BAIXA PERFUSÃO PERIFÉRICA; AMPLITUDE DE MEDIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1% A 100%; PRECISÃO DE SO2 APROXIMADAMENTE 70% A 100%; FREQUÊNCIA DE PULSO DE APROXIMADAMENTE 25 A 240 BPM ± 3 ALGARISMO; DEVE POSSUIR SUPORTE PARA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO NA PAREDE E OU CARRINHO DE TRANSPORTE E TODOS PERIFÉRICOS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS), PROTEÇÃO IPX1 NO MÍNIMO, BATERIA INTERNA FECHADA E RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS; VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT; DEVE POSSUIR TOUCHSCREEN DOS COMANDOS NA TELA E INTERFACE PARA USO EM REDE COM CENTRAL DE MONITORAMENTO. DEVERÁ ACOMPANHAR: 02 (DOIS) CABOS DE ALIMENTAÇÃO; 01 (UM) CABO PARA CONEXÃO COM PC (CASO NÃO UTILIZE TECNOLOGIA WIRELESS); <b>02 (DOIS) KITS COM MANGUEIRAS PARA PANI E OS 3 (TRÊS) TAMANHOS DE MANGUITO</b> ; 02 (DOIS) CABOS DE ECG; 03 (TRÊS) CABOS DE OXIMETRIA COM OS TERMINAIS ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO; 02 (DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA; O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR SEM A EXIGÊNCIA DE NENHUM TIPO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA AFERIÇÃO DE NENHUM DOS SINAIS, COMO CAPAS E SONDAS. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANVISA. <b>(grifo nosso)</b>	Unidade

Portanto, o edital exige que sejam ofertados três tamanhos de manguito, sendo eles: tamanho adulto, pediátrico e neonatal e 02 Kits com mangueira para PANI, ou seja, "kits" significa que as mangueiras devem possuir todos os acessórios necessários para sua conexão e utilização.

Atenciosamente,

Pregoeira

**Portaria nº 181/2024 - SEI N° 0021976547**



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 26/09/2024, às 14:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022940822** e o código CRC **11240C7F**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.147899-4

0022940822v4