



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0017808989/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de julho de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

ITEM 46- CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr)

DESCRIÇÃO	909436 - CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA 16G-18G X 20 CM (7Fr) CATETER DUPLO LUMEN PARA PUNCAO DE SUBCLAVIA , TAMANHO 16G-18GX20CM/7 Fr. CONFECCIONADO EM POLIURETANO, RADIOPACO, SILICONIZADO, GRADUADO EM CENTIMETROS. CONEXÕES LUER LOCK, REDUTOR DE SUTURA, AGULHA DE PUNCAO, DILATADOR, FIO GUIA METALICO, COM PONTA EM "J", SERINGA LUER LOCK ENTRE 03 E 10 ML . EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DE ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%
FORNECEDOR	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
MARCA	MEDIKA/81580880001 CÓDIGO:MCDL0720K2
REGISTRO ANVISA	81580880001
LOTE	050523CV
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: A amostra encaminhada não atende o descritivo, não possui a seringa dentro da embalagem. A empresa encaminhou seringa e lâmina de bisturi em separado, porém, o edital não prevê o fornecimento de itens complementares para a composição do item solicitado.

 Adequada inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: A amostra encaminhada não atende o descritivo, não possui a seringa solicitada.

 Adequada inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 09:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017808989** e o código CRC **328D4501**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017808989v8



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0017814606/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de julho de 2023.

ITEM 62 - EQUIPO DE MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO

DESCRIÇÃO	913320 - EQUIPO DE MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MACROGOTAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL COM FILTRO DE PARTICULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELACAO 1ML=20GOTAS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO, CONECTOR PLASTICO COM TAMPA DE PROTECAO TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, INJETOR LATERAL VALVULADO ISENTO DE LATEX E PARTES METALICAS , QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP, CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM PROTETOR E FILTRO DE AR HIDROFOBO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. Cota principal 75%
FORNECEDOR	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA
MARCA	MP HOSPITALAR
REGISTRO ANVISA	80305560056
LOTE	2305033

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES
----------------------------------	-------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO: APROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 13:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017814606** e o código CRC **1FD9BCA3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017814606v6



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0017808353/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de julho de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

ITEM 105- ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)

DESCRIÇÃO	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%
FORNECEDOR	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA
MARCA	Medix
REGISTRO ANVISA	80495510079
LOTE	221004
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	50 unidades (1 caixa fechada)

AValiação TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O adaptador não possui mecanismo automático de descarte da agulha.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: O adaptador ofertado não possui mecanismo automático de descarte da agulha

() Adequada inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 08:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017808353** e o código CRC **7C8CAE4F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017808353v3



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0017805848/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 27 de julho de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

ITEM 106- ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G)

DESCRIÇÃO	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%
FORNECEDOR	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
MARCA	SAFER
REGISTRO ANVISA	10150470543
LOTE	220616
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AValiação TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O adaptador não possui mecanismo automático de descarte da agulha.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: O adaptador ofertado não possui mecanismo automático de descarte da agulha

() Adequada inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 08:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017805848** e o código CRC **F629675D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017805848v5



Prefeitura de Joinville

ANÁLISE SEI Nº 0017808436/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 28 de julho de 2023.

ANÁLISE DE AMOSTRA

ITEM 107- AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G)

DESCRIÇÃO	5156 - AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO (21G) AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO MEDINDO 32X0,8MM OU 25X0,8MM (21G), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE APÓS A COLETA DE SANGUE SERÁ ACIONADO E RECOBRIRÁ COMPLETAMENTE A AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTÉRIL. O ADAPTADOR DEVE SER FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA). EMBALAGEM UNITÁRIA EM PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA EM PAPEL, CONTENDO CALIBRE DA AGULHA, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXAS EM PAPELÃO COM 40 A 100 UNIDADES CADA. COTA RESERVADA 25%
FORNECEDOR	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA
MARCA	Medix
REGISTRO ANVISA	80495516050
LOTE	221004
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	50 unidades (1 caixa fechada)

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

 Adequada () inadequada () Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos: O adaptador não possui mecanismo automático de descarte da agulha.

 Adequada inadequada () Não se aplica**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos: O adaptador ofertado não possui mecanismo automático de descarte da agulha

 Adequada inadequada () Não se aplica**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/07/2023, às 08:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017808436** e o código CRC **5431628B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0017808436v3