

Material	TUBO A VÁCUO CITRATO 1,8 ML		
Quantidade Enviada	100	Marca	GT-VACCUM/GT-GROUP
Lote	241118	Validade	02/2026
Setor Avaliador	COLETA E QUALIDADE	Período de Avaliação	MARÇO E ABRIL/2025

Descritivo do Edital para avaliação:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO CITRATO 1,8ML TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PLÁSTICO P.E.T., TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 1,8ML, COM ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO A 3,2%. COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA NA COR AZUL CLARO E FECHAMENTO COM TAMPA DE BORRACHA SOB PRESSÃO.

1. As características físicas do material estão de acordo com o descritivo do edital? (☒ SIM () NÃO
2. O tubo é de material resistente? (☒ SIM () NÃO
3. O tubo tem marca para orientar o volume adequado de preenchimento?
(☒ SIM () NÃO
4. A visualização da amostra no momento da coleta é boa? (☒ SIM () NÃO
5. O tubo aspira o volume indicado? () SIM (☒ NÃO
6. O tubo é de fácil manuseio e oferece boa segurança? (☒ SIM () NÃO
7. A borracha da tampa é adequada? (☒ SIM () NÃO
8. A tampa do tubo permite uma vedação adequada? (☒ SIM () NÃO
9. A separação da amostra ocorreu dentro do prazo esperado?
(☒ SIM () NÃO () NÃO SE APLICA
10. Após a centrifugação a amostra encontra-se dentro dos padrões?
(☒ SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

Avaliação: () Aprovado

(☒ Reprovado

Justificativa: O tubo aspira 2,5 ml e ultrapassa a marca de
orientação do volume.

Avaliador / Matrícula: Carissa Almonego - 61205

Assinatura: _____

Carissa Almonego

[Assinatura]

CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA

Coordenação e Responsável Técnica

CRF SC 8600

Matrícula 40.412