

## MEMORANDO SEI Nº 0018660745/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 06 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 145/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais de enfermagem (insumos para punção, infusão e monitoração) para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria Municipal da Saúde.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018455965) e ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0018641628), segue a análise técnica das propostas apresentadas para os itens 76, 77 e 106:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	Amostra?	Questionamento na análise anterior e respostas da empresa	Parecer
76	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE. Cota reservada 25%	Unidade	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900162- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Pede	1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?  <i>Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)? 2 conectores lock e um slip</i>  2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampas?  <i>O item ofertado possui 4 (quatro) tampas? Sim</i>  3- O item possui 2 vias?  <i>Sim.</i>	O edital exige que todos os conectores sejam luer-lock e conforme o exposto pela empresa, 1 dos conectores do item ofertado possui conector slip. <b>Proposta reprovada.</b>

77	<p>25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%</p>	Unidade	<p>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p>	VITALGOLD	De acordo	<p>10296900162- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa</p>	Pede	-----	<p>Apesar da empresa indicar descritivo idêntico ao edital, na análise do registro na Anvisa, verificou-se que o mesmo registro atende várias versões diferentes, havendo a necessidade de confirmar alguns pontos; desta forma, solicitamos que a empresa confirme o atendimento aos seguintes pontos:</p> <p>1- Todos os conectores são luer-lock (os distais e o proximal)?</p> <p>2- O item ofertado possui 4 (quatro) tampas?</p> <p>3- O item possui 2 vias?</p> <p>Caso a empresa confirme as informações, estará apta a apresentar a documentação de habilitação (haverá a necessidade de apresentar amostras).</p>
106	<p>5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE</p>	Unidade	<p>SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p>	Sol-Care / Promisemed	De acordo	<p>80937159015- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa</p>	Pede	<p>1- O item ofertado possui adaptador fixo na agulha ou separado?</p> <p>2- Caso seja separado, a empresa encaminhará no mínimo 1 adaptador para cada 100 agulhas e possuem mecanismo automático de descarte da agulha?</p> <p><i>Temos o Scalp de segurança junto com o Adaptador manual, porém nosso Adaptador não é com descarte automático da Agulha caso for possível podemos</i></p>	<p>A empresa indicou que o item ofertado é o escalpe junto com o adaptador, indicando que este não possui automático da agulha. Considerando que o edital exige o descarte automático no caso de adaptador separado, a proposta está classificada.</p>

POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA ), PARA COLETAS MÚTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA.. Cota principal 75%														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*enviar amostras do  
produto para  
Análise.*

**Nota:** Apesar da empresa TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ter ofertado para o item 77 (cota principal) produto da mesma marca e registro na Anvisa que a empresa UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA ofertou para o item 76 (cota reservada), que informou que o material não atende todas as exigências do edital, há de se considerar que o registro do produto na Anvisa atende a diversos modelos de infusores, não sendo possível confirmar que tal marca não possui algum modelo com todos os conectores luer-lock. Desta forma, há a necessidade de manter-se os questionamentos elencados para a licitante.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 06/10/2023, às 15:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018660745** e o código CRC **4C66A909**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.077252-8

0018660745v7