



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



Ata da reunião para análise das amostras apresentadas ao Pregão nº 264/2014, para **Aquisição de Materiais de Enfermagem**. Aos 19 dias de janeiro de 2014, às 11:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, tendo como pregoeiro o Sr. **Laércio Prestini** e sua equipe de apoio de acordo com a Portaria nº 105/2014, para análise das amostras apresentadas. O Pregoeiro juntamente com sua equipe e a Comissão de Padronização e Qualificação classificou as empresas, conforme CI Nº 02/2015 de 15/01/2015, para as empresas classificadas em 1º lugar e habilitadas, que ficou da seguinte forma: Conforme avaliações técnica dos profissionais da comissão e enfermeiros da rede seguem abaixo classificação das amostras apresentados para o edital 264/2014. **Item 2:** UNID ABSORVENTE HIGIENICO FEMENINO (Cód. 258) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – MARDAN. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 3:** UNID ADAPTADOR DE PROT.PARA FRASCO DE SORO (cód. 1582) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – MEDSONDA. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 6:** UNID AGULHA HIP. 25 X 5,5MM (cód. 262) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS-DESCARPACK. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 7:** UNID AGULHA HIP. 25 X 6MM (cód. 263) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – DESCARPACK. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 9:** UNID AGULHA HIP. 25 X 8MM (cód. 266) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – DESCARPACK. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 11:** UNID AGULHA HIP. 30 X 8MM (cód. 267) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – DESCARPACK. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 18:** UNID AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (3 MM) (cód. 7248) - COINTER MATERIAL MEDICO-TKL. **Amostra aprovada.** **Item 20:** UNID AGULHA PARA PUNÇÃO LOMBAR(cód. 1565) - DIMACI SC MATERIAL -BD. **Amostra aprovada.** **Item 21:** UNID AGULHA PARA PUNÇÃO LOMBAR(cód. 1563) - DIMACI SC MATERIAL -BD. **Amostra aprovada.** **Item 26:** UNID ATADURA DE CREPOM TAMANHO 10 CM (cód. 278) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS - MB TEXTIL. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 27:** UNID ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15 CM (cód. 280) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS -MB TEXTIL. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 28:** UNID ATADURA DE CREPOM TAMANHO 20 CM (cód. 282) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS - MB TEXTIL. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 29:** UNID ATADURA DE CREPOM TAMANHO 30 CM (cód. 286) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS MB TEXTIL. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 33:** PC AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA (cód. 8461) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS-CLEAN. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 35:** UNID BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL (cód. 1588) - OLIMED MATERIAL – ADVANTIVE. **Amostra aprovada.** **Item 62:** UNID CATETER PARA OXIGENIO NASAL TIPO OCULOS ADULTO (cód. 319) - PRODUVALE PRODUTOS – MEDSONDA. **Amostra aprovada.** **Item 76:** UNID COLETOR DE URINA (SISTEMA ABERTO) (cód. 328) - PRODUVALE PRODUTOS - MEDSONDA. **Amostra aprovada.** **Item 77:** UNID COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 LITROS (cód. 326) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS –EMBALAIRE. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 78:** UNID COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS (cód. 327) - ALTERMED MATERIAL – EMBALAIRES. **Amostra reprovado, pois o produto apresentado conta deficiência nas instruções de montagem, material frágil, difícil montagem deixando espaços sem proteção podendo causar acidente ao manuseio.** **Item 80:** UNID COMPRESSA DE GAZE 91CM X 91M - TIPO QUEIJO (cód. 288) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS- AMERICA. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 82:** PCT COMPRESSA GAZE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



TAMANHO 7,5 X 7,5 CM 500 CAS (cód. 330) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – AMERICA. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 83:** UNID CONEXAO DUAS VIAS DESCARTAVEL (cód. 331) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS - VITAL GOLD. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 84:** CX CURATIVO TRANSPARENTE ANTISEPTICO (cód. 332) - ALTERMED MATERIAL- HIGIE TOP. **Amostra aprovada.** **Item 85:** UNID DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP No 19 (cód. 333) - ALTERMED MATERIAL - LAMEDID. **Amostra aprovada.** **Item 86:** UNID DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP No 21 (cód. 334) - ALTERMED MATERIAL -LAMEDID. **Amostra aprovada.** **Item 87:** UNID DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP No 23 (cód. 335) - ALTERMED MATERIAL -LAMEDID . **Amostra aprovada.** **Item 88:** UNID DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP No 25 (cód. 336) - ALTERMED MATERIAL -LAMEDID. **Amostra aprovada.** **Item 89:** UNID DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA N° 05 (cód. 4218) - DIMACI SC MATERIAL –URO. Amostra reprovado, pois o produto apresentado consta em embalagem com 04 peças, sendo que em edital solicitamos embalagem individual. **Item 91:** UNID DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA N o 06 (cód. 3734) Dimaci Material - Markemed. Amostra reprovado, pois o produto apresentado consta em embalagem com 04 peças, sendo que em edital solicitamos embalagem individual. **Item 93:** UNID DRENO DE PENROSE ESTERIL No 01 (cód. 338) - ALTERMED MATERIAL -CIRURGICA. **Amostra aprovada.** **Item 94:** UNID DRENO DE PENROSE ESTERIL No 02 (cód. 337) - ALTERMED MATERIAL-CIRURGICA. **Amostra aprovada.** **Item 95:** UNID ELETRODO DESCARTAVEL (cód. 339) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS -VITAL CO. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 97:** UNID EQUIPO MICRO GOTAS COM BURETA (cód. 341 - COINTER MATERIAL MEDICO -TKL. **Amostra aprovada.** **Item 102:** UNID ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M (cód. 344) - DIMACI SC MATERIAL-ADPELE. **Amostra reprovado,** pois o produto apresentado não consta o tamanho (M) solicitado em edital, produto difícil desenrolar, não permite o corte em ambos os sentidos manualmente, pouco adesividade. **Item 107:** UNID FILME PARA ULTRASON 110MM X 20M (cód. 3336) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – ULSTAR. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 112:** UNID FILME PARA ULTRASON 110MM X 20M (cód. 3336) - DIMACI SC MATERIAL-BIOLINE. **Amostra aprovada.** **Item 125:** UNID FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 CM X 30 M (cód. 444) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – MASTERFIX. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 126:** UNID FITA HIPOALERGICA 2,5 CM X 10 M (cód. 736) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS –MISSNER. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 127:** UNID FITA HIPOALERGICA 5,0 C M X 10 M (cód. 433) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – MISSNER. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 130:** UNID GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA 100 ML (cód. 490) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – HAL. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 131:** UNID GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML (cód. 485) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS –HAL. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 139:** CX LAMINA PARA MICROSCOSPIA 26 X 76 X 1MM COM 50 PECAS (cód. 520) - DIMACI SC MATERIAL – ADLIN. **Amostra aprovada.** **Item 140:** UNID LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOS. DE SEG. - COINTER MATERIAL MEDICO – MEDLANCER PLUS. **Amostra aprovada.** **Item 141:** UNID LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL PARA USO EM LANCETADOR (cód. 8450) - COINTER MATERIAL MEDICO - PREMIUM. **Amostra aprovada.** **Item 142:** UNID LANTERNA CLINICA ODONTOLOGICA (cód. 6760) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – PREMIUM. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 146:** ROLO LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA (cód. 1676) - PRODUVALE PRODUTOS – FLEXPTEL. Amostra



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



reprovada, pois o produto apresentado difere do descrito solicitado em edital pois não consta a informação de produto, papel 100% celulose virgem). **Item 147:** UNID LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO (cód. 607) - PRODUVALE PRODUTOS –SKY. Amostra reprovada, pois o produto apresentado não consta a gramatura solicitada em edital sendo o produto extremamente fino rasgando com facilidade.) **Item 148:** PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 (cód. 744) - OLIMED MATERIAL –MAXITEX. **Amostra aprovada.** **Item 149:** PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 (cód. 1594) - OLIMED MATERIAL – MAXITEX. **Amostra aprovada.** **Item 150:** PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5 (cód. 1595) - OLIMED MATERIAL - MAXITEX. **Amostra aprovada.** **Item 151:** PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0 (cód. 1596) - OLIMED MATERIAL - MAXITE. **Amostra aprovada.** **Item 152:** PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,5 (cód. 1597) - OLIMED MATERIAL - MAXITEX. **Amostra aprovada.** **Item 153:** PC LUVA GINECOLOGICA PLASTICA DESCARTAVEL (cód. 745) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS – LUPLAST. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 154:** PC LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO (cód. 749) - OLIMED MATERIAL- NUGARD. **Amostra aprovada.** **Item 155:** PC LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (cód. 746) - OLIMED MATERIAL- NUGARD. **Amostra aprovada.** **Item 156:** PC LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO (cód. 747) - OLIMED MATERIAL -NUGARD. **Amostra aprovada.** **Item 157:** PC LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (cód. 748) - OLIMED MATERIAL -NUGARD. **Amostra aprovada.** **Item 158:** PC LUVA VINIL TAMANHO EXTRA PEQUENO (cód. 752) - OLIMED MATERIAL -EMBRAMAC. **Amostra aprovada.** **Item 162:** PC MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL (cód. 1601) - OLIMED MATERIAL –OLIMED. Amostra reprovado, pois o produto apresentado difere do descrito solicitado em edital, pois não consta eficiência de filtragem bacteriana de acordo com ABNT e NBR e certificado de aprovação CA e EPI. **Item 163:** UNID MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INFANTIL (cód. 6371) - ALTERMED MATERIAL - MD. **Amostra aprovada.** **Item 164:** UNID MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PARA ADULTO (cód. 6367) - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS-MD. Não apresentou amostra para avaliação da comissão técnica. **Item 173:** PC SERINGA 10 ML (cód. 8454) - OLIMED MATERIAL - SR. **Amostra aprovada.** **Item 174:** PC SERINGA 3 ML (cód. 8452) - COINTER MATERIAL MEDICO – SR. **Amostra aprovada.** **Item 175:** PC SERINGA 5 ML (cód. 8453) - COINTER MATERIAL MEDICO. **Amostra aprovada.** **Item 176:** PC SERINGA DESCARTAVEL DE BCG COM AGULHA 13 X 3,8 1 ML (cód. 729) - OLIMED MATERIAL- SR. **Amostra aprovada.** **Item 177:** PC SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA (cód. 780) - OLIMED MATERIAL - SR. **Amostra aprovada.** **Item 181:** PC SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML (cód. 3314) - OLIMED MATERIAL -SR. **Amostra aprovada.** **Item 182:** PC SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20 ML (cód. 738) - OLIMED MATERIAL -SR. **Amostra aprovada.** **Item 183:** PC SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 60 ML (cód. 737) - OLIMED MATERIAL - SR. **Amostra aprovada.** **Item 194:** PC SONDA FOLEY No 12 (2 VIAS) (cód. 1620) - DIMACI SC MATERIAL - WELL LEAD. **Amostra aprovada.** **Item 195:** PC SONDA FOLEY No 14 (2 VIAS) (cód. 162 - DIMACI SC MATERIAL - WELL LEAD. **Amostra aprovada.** **Item 220:** PC SONDA URETRAL No 12 (cód. 688) - PRODUVALE PRODUTOS –MEDSONDA. Amostra reprovada, pois o produto apresentado consta rigidez no tubo de PVC causando trauma aos pacientes acamados, além de contar na secretaria em histórico anteriores diversas registro de ocorrências devido a este mesmo problema. **Item 225:** UNID TORNEIRINHA DE 3 (TRES) VIAS (cód. 672 - ALTERMED MATERIAL - LAMEDID. **Amostra aprovada.** Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



Pregoeiro: Laércio Prestini

Equipe de apoio: Charlene Neitzel

Eloir Teixeira

Israel Calebe Dorneles

Tatiana Fabíola da Rocha