



MEMORANDO SEI Nº 0020205151/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 20 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 0020183808/2024 - SAP.LCT segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospectos, Fichas Técnicas ou Imagens de site (print de tela)	11 - Amostra	Parecer
45	910923 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO 5.5 BAIXA PRESSAO - CANULA TRAQUEAL COM BALAO 5.5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO COM VALVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXAÇÃO E FITA DE FIXAÇÃO. ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VITALGOLD	De acordo	10296900163, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
56	13079 - FILTRO BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR FILTRO ESTÉRIL, BACTERIANO E VIRAL COM UMIDIFICADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PESO: MÁXIMO DE 30	Peças	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	BECARE Filtro HMEF III BeCare	De acordo	80808489008, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada.

GRAMAS, CONEXÃO: 15 MM FÊMEA/22 MACHO, CONEXÃO PARA LINHA DE AMOSTRA DE GASES: LUER LOCK, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA: (%1)=99,9999, VIRAL (%1)=99,99. RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,04 MICRA, VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500ML, DEVERÁ ACOMPANHAR TRAQUÉIA DE 15CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Com relação aos itens 65 e 66, segue nova análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Print de Tela	11 - Amostras	Diligência realizada	Parecer
65	12847 - MASCARA LARINGEA 4.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 4,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO, NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS, SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LUKE LM4030GS2/	De acordo	80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Não descreve todas as exigências do edital: 1. Não aramada; 2. Com ponta reforçada para evitar dobras; 3. Sem desenho de epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen; 4. Isento de látex.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende as exigências do edital: 1. Não aramada; 2. Com ponta reforçada para evitar dobras; 3. Sem desenho de epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen; 4. Isento de látex. Resposta da diligência nº 0020172711: Resposta: Não possui arame (ARAMADA); Resposta: Mesma possui ponta reforçada para evitar dobra; Resposta: Sem desenho epiglote para facilitar a devida limpeza; Resposta: Produto livre de látex	Após diligência realizada, empresa confirma que item atende todas as exigências do edital. Proposta Classificada.

66	12848 - MASCARA LARINGEA 5.0 AUTOCLAVAVEL MASCARA LARINGEA REUTILIZAVEL Nº 5,0, COM CURVATURA QUE REPRODUZ A ANATOMIA MOLDADA DIRETAMENTE NO TUBO,NÃO ARAMADA, COM PONTA REFORCADA PARA EVITAR DOBRAS,SEM DESENHO DE EPIGLOTE PARA FACILITAR A LIMPEZA E O ACESSO ATRAVÉS DO LÚMEN. ISENTO DE LATEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, RESPONSAVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	LUKE LM5040GS2/	De acordo	80901110032, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Não descreve todas as exigências do edital: 1. Não aramada; 2. Com ponta reforçada para evitar dobras; 3. Sem desenho de epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen; 4. Isento de látex.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que item ofertado atende as exigências do edital: 1. Não aramada; 2. Com ponta reforçada para evitar dobras; 3. Sem desenho de epiglote para facilitar a limpeza e o acesso através do lúmen; 4. Isento de látex. Resposta da diligência nº 0020172711: Resposta: Não possui arame (ARAMADA); Resposta: Mesma possui ponta reforçada para evitar dobra; Resposta: Sem desenho epiglote para facilitar a devida limpeza; Resposta: Produto livre de látex	Após diligência realizada, empresa confirma que item atende todas as exigências do edital. Proposta Classificada.
----	---	-------	---	-----------------	-----------	---	---	-------	---	--

Segue ainda análise quanto aos documentos de habilitação:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	9.6 - m) Alvará Sanitário	9.6 - n) AFE	Parecer
38	3612 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 6,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 6,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 6,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
39	3613 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA Nº 7,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO Nº 7,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO,	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.

	SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.					
40	3614 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA N° 7,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO N° 7,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO N° 7,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA. Documentação Técnica Aprovada.
41	3615 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA N° 8,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO N° 8,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO N° 8,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA. Documentação Técnica Aprovada.
42	3616 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA N° 8,5 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO N° 8,5 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO N° 8,5, FABRICADA EM PVC, ATOXICO, SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA. Documentação Técnica Aprovada.
43	3617 - CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ALTA COMPLACENCIA N° 9,0 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO N° 9,0 BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME - CANULA TRAQUEAL COM BALAO N° 9,0, FABRICADA EM PVC, ATOXICO,	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA. Documentação Técnica Aprovada.

	SUPERFICIE LISA E PONTA ARREDONDADA, RADIOPACA, BALONETE DE BAIXA PRESSAO, ALTA COMPLACENCIA E ALTO VOLUME COM VALVULA DE SEGURANCA ACIONADA POR SERINGA LUER LOCK, OBTURADOR, ASA DE FIXACAO E FITA DE FIXACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N° DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA.						
57	24952 - FILTRO HEPA PARA VENTILADOR PULMONAR PARA USO EM CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS DE APARELHOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E ANESTESIA; CARCAÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; CONECTORES: ENTRADA 22 M / 15 F E SAÍDA: 22 F; MEMBRANA FILTRANTE CONSTITUÍDA DE PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO, CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA: 99,99999%; EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL: 99,99999%; PESO MÁXIMO: 70 G; PERMANÊNCIA EM USO: NO MÍNIMO 24 HORAS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Unidade	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
75	25776 - SONDA CARLENS N° 37 ESQUERDA DESCARTÁVEL, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA ESQUERDA, COM GANCHO DE CARINA, 2 BALÕES DE ALTA PRESSÃO E BAIXO VOLUME E 2 BALÕES DE CONTROLE, COM ENCAIXES UNIVERSAIS PARA SERINGAS. ANÉIS DE MARCAÇÃO RADIOPACAS. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	VITAL GOLD	Válido até 09/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
80	909747 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N° 7.5 BAIXA PRESSAO SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 7,5, BAIXA PRESSAO = MATERIAL: PVC ATOXICO, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMATICA, NAO ADERENTE A SECRECAO, COM PRESERVACAO DE LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIARIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANCA. O PRODUTO DEVERA TER O SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DO LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
81	910422 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK,	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.

	RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.		LTDA				
82	911011 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
83	910839 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 7.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
84	910729 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
85	910371 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.5 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 8.5 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
86	910372 - SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 9.0 COM BALAO SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 9.0 COM BALAO, FABRICADA EM PVC COM ANEIS EM AÇO INOX, CONECTOR FIXO, VÁLVULA PARA SERINGAS LUER-LOCK, RADIOPACA, GRADUADA, SILICONIZADA, ISENTA DE LATEX, DESCARTAVEL. EMBALAGEM ESTÉRIL CONTENDO Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
87	909156 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 9,5 BAIXA PRESSAO SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 9,5 BAIXA PRESSAO = MATERIAL: PVC	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado	Documentação Técnica Aprovada.

	ATOXICO, DESCARTAVEL, SILICONIZADA, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE A SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DE LUMEN PARA OXIGENACAO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM VALVULA DE SEGURANÇA. O PRODUTO DEVERÁ TER O SEU CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		EXPORTACAO DO BRASIL LTDA			no Portal ANVISA.	
88	909751 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.0 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N ° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
89	909752 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.5 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 3.5 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N ° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
90	909753 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.0 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.0 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N ° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.
91	909754 - SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.5 SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.5 EM PVC, COM SILICONE, DESCARTAVEL, COM CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, RADIOPACO, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO N ° LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	HAIBREATH	Válido até 30/04/2024.	AFE ativa para distribuir correlatos, verificado no Portal ANVISA.	Documentação Técnica Aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 22/02/2024, às 12:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020205151** e o código CRC **F70E7CE4**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.280614-4

0020205151v7