

MEMORANDO SEI Nº 25256840/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de abril de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de Amostras- Pregão Eletrônico **071/2025**.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
46	912974- COMPRESSA CIRURGICA ESTÉRIL. PACOTE COM 2 UNIDADES	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ORTOFEN/ ORTOM IND	Conforme Análise de Amostra SEI 25256834, a amostra não possui 4 camadas sobrepostas. É muito fina, sem absorção adequada. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/04/2025, às 16:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25256840** e o código CRC **3033C2E8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

25256840v3

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 71/2025

ITEM: 46

912974 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 2 UNIDADES COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO MEDINDO NO MINIMO 25X28CM PRE-ENCOLHIDO, CONFECCIONADAS COM FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO QUADRUPLA SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MINIMO 20 GRAMAS POR UNIDADE E FILAMENTO RADIOPACO. POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM FORMA DE CADARCO DUPLO FORMANDO UMA ALCA. A COMPRESSA DEVE SER ISENTA DE SUBSTANCIA GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES OPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO CONTENDO 2 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICACOES DA NBR14.767.

FORNECEDOR: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

MARCA: ORTOFEN/ ORTOM IND

LOTE: 231004

REGISTRO (ANVISA): 80205290009

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 pacotes c/ 02 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não possui 4 camadas sobrepostas.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Muito fino sem absorção adequada.

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 26/03/2025

Enf. Aline R. Lopes
COREN-SC 197881
Líder de Equipe
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO