



Secretaria da Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GERÊNCIA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

I – Relatório: Trata-se de impugnação aos termos do Edital do Pregão Presencial n.º **031/2015**, que objetiva a **Aquisição de equipamentos, móveis e materiais médicos, hospitalares e de enfermagem**, apresentada pela empresa ADVENTURE Comércio e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n.º 07.494.105/0001-93.

II – Dos Pressupostos de Admissibilidade: Aos 18 de maio de 2015 as 11:30 horas, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, conforme Portaria 105/2014, o pregoeiro Laércio Prestini e sua equipe de apoio para julgamento da Impugnação apresentada. Após o relato, verifica-se a tempestividade da impugnação e o atendimento aos pressupostos de admissibilidade, conforme termos do Artigo 41, parágrafo 2.º, da Lei n.º 8.666/93, e, prosseguiu-se na análise das razões suscitadas pela Impugnante.

Fato 01: Item n.º 47 do Anexo I (Oxímetro de Pulso) – A impugnante argumenta que houve equívoco na elaboração do descritivo do item 47, visto que é solicitado o “Oxímetro de Pulso”, mas a descrição que está no Anexo I do Edital corresponde ao “monitor multiparamétrico”, requerendo também a revisão do valor unitário estimado do mesmo. Diante do exposto, conforme MI n.º 230/15 – GUAB/NAT, verificamos que tal argumento **MERECER PROSPERAR**, motivando a alteração do descritivo do item e revisão do valor estimado.

III – Da Decisão: Posto isso, manifesta esse Pregoeiro pelo **CONHECIMENTO** da impugnação apresentada pela empresa ADVENTURE Comércio e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares Ltda, para no mérito **DEFERÍ-LO**, conforme as razões expedidas. Porém, por haver a necessidade de adequação do item n.º 47 do Anexo I (Oxímetro de Pulso), os mesmos serão retirados deste Edital e incluídos em uma próxima licitação.

Joinville/SC, 18 de maio de 2015.

Pregoeiro: Laércio Prestini

Equipe de apoio: Charlene Neitzel

Israel Calebe Dorneles

Tatiana Fabíola da Rocha