



**MEMORANDO SEI Nº 0023141316/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 10 de outubro de 2024.

À  
SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **391/2024**.

**Objeto:** Aquisição de equipamentos, móveis e materiais de uso hospitalar.

Em atenção ao documento SEI nº 0023141045, segue a análise das propostas apresentadas pela atual arrematante para os itens 4 e 9:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca/ Modelo	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Ficha técnica, Imagem de site, Prospecto	Parecer
4	42235 - ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3RAY/ ECG-5503G	De acordo	80901119003- Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, não possui todas as informações exigidas no edital.	A empresa apresentou descritivo de acordo com o edital, porém, na análise da documentação técnica apresentada, não foi possível confirmar o atendimento a diversos pontos exigidos; para continuidade na análise, solicitamos:  <b>1- Que a empresa confirme que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:</b>  1.1- Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado;

							<p>1.2- Caso seja necessário software específico para exportação de relatórios em formatos PDF e JPG, a licitante fornecerá o sistema;</p> <p>1.3- Que o carrinho ofertado possui prateleira para acessórios.</p> <p><b>2- Que a empresa apresente documentação comprobatória do atendimento às seguintes exigências (aceita-se declaração do fabricante):</b></p> <p>2.1- Exportação de relatórios em formatos: PDF, JPG</p> <p>2.2- Transmissão de dados do equipamento via rede;</p> <p>2.2- Indicação do posicionamento incorreto de eletrodos;</p>
9	25722 - MONITOR MULTIPARÂMETROS BÁSICO	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	CREATIVE/ K-12	De acordo	80901110026- Registro Vigente, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou, porém, não possui todas as informações exigidas no edital.	<p>A empresa apresentou descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação técnica apresentada, não foi possível confirmar o atendimento a diversos pontos exigidos, havendo a necessidade de verificação acerca dos seguintes requisitos:</p> <p>1- O edital exige memória para armazenamento de dados aferidos nas últimas 4 (quatro) horas; na documentação técnica (página 74 da proposta) consta a informação de armazenamento superior a tal exigência, porém, não está claro que tal armazenamento é padrão do equipamento ou em função da "expansão com cartão memória". <b>Solicitamos que a empresa confirme que o equipamento ofertado atende a exigência de armazenamento de dados aferidos nas últimas 4 (quatro) horas;</b></p> <p>2- <b>Solicitamos que a empresa confirme que o equipamento ofertado permite a revisão e a transferência posterior dos dados da memória;</b></p> <p>3- Acerca da conectividade com PC via UBS ou WIRELESS, na página 109 consta a informação "A função de exportação de dados USB está disponível para o monitor com o módulo de extensão." <b>Solicitamos que a licitante confirme que o item ofertado atende a tal exigência;</b></p> <p>4- Acerca da exigência de suporte para instalação e fixação do equipamento, não foi possível identificar que o equipamento atende tal exigência. <b>Solicitamos que a licitante confirme que o equipamento possui suporte para instalação e fixação na parede e que serão</b></p>

fornecidos todos os periféricos (parafusos, porcas, arruelas e buchas) necessários;

5- Solicitamos que a empresa confirme que o equipamento funciona sem a exigência de material descartável para aferição de nenhum dos sinais, como capas e sondas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Servidor(a) Público(a)**, em 11/10/2024, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023141316** e o código CRC **D4FE05CE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

24.0.147899-4

0023141316v25