



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

EDITAL SEI Nº 7275392/2020 - SES.UCC.ASU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 367/2020

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **aquisição de Pulseiras de Identificação de pacientes, com fornecimento de 06 (seis) impressoras em regime de comodato, para atendimento a demanda do Hospital Municipal São José.**

Recebido em 07 de outubro de 2020 às 18:36 horas.

Questionamento (SEI 7329603):

"(...) Referente ao edital para aquisição de pulseiras de identificação, peço a gentileza de melhor esclarecimento sobre a especificação abaixo:

BORDAS E FECHO ATRAUMÁTICO

É possível explicar melhor o termo acima?"

Resposta:

Do Parecer Técnico (SEI 7330769) assinado pelo servidor **Marcos Germano Richartz, Coordenador do Centro de Abastecimento de Materiais e Equipamentos**, colhe-se o seguinte:

"(...) Quanto ao termo "bordas e fecho atraumaticos" Tal exigência é necessária pois pacientes com longos períodos de internação tendem a ficar com a pele frágil e pulseiras que possuam bordas ou fecho mal acabados ou com rebarbas podem facilmente causar lesões na pele, o que torna-se um risco de infecção para o paciente."

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Barbara Maria Moreira, Servidor(a) Público(a)**, em 09/10/2020, às 08:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7339009** e o código CRC **575FDD71**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

