

OFÍCIO SEI Nº 28601505/2026 - HMSJ.CAOP

Joinville, 02 de março de 2026.

À SAP.LCT

Assunto: Análise e Parecer Técnico de Amostras - MF MEDICAL LTDA

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho abaixo tabela com análise técnica das amostras apresentadas pela empresa acima citada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Análise Técnica - Anexo SEI 28601497
25	14171 - PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY, CURVA, PARA DISSECCAO E APREENSAO ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COMPRIMENTO 36CM E DIAMETRO DE 5MM, CONSTITUIDA DE CABO, TUBO E HASTE. AUTOCLAVAVEL.	Peças	Reprovado - Conforme análise realizada pela Central de Materiais Esterilizados, o item " <i>Está manchando de coloração laranja os demais materiais após a esterilização, bem como a embalagem de grau cirúrgico</i> ".
36	45484 - PORTA AGULHA VIDEOLAPAROSCOPIA PORTA AGULHA PARA VIDEOCIRURGIA. EMPUNHADURA COM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE HASTE 30 CM E MÁXIMO 36 CM. REUTILIZÁVEL, ESTERILIZÁVEL À VAPOR SATURADO 134º.	Unidade	Aprovado - Conforme análise realizada pelo Dr. João Pedro Ribeiro Baptista e Dra. Dayane Galdino, o item " <i>É um ótimo material, boa empunhadura</i> ".

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos disponíveis para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 02/03/2026, às 12:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28601505** e o código CRC **45930E72**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Item	PINÇA ENDOSCOPICA TIPO KELLY CURVA, PARA DISSECCAO E APREENSAO ROTATORIA, ISOLADA, UNIPOLAR, COMPRIMENTO 36CM E DIAMETRO DE 5MM, CONSTITUIDA DE CABO, TUBO E HASTE. AUTOCLAVAVEL.
Marca/Modelo	ARTHIMED
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☐ Adequada ☒ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☐ Adequada ☒ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

☒ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento

☐ **REPROVADO** — Motivo:

PINÇA ADEQUADA BOA BOA
Som' DOA LINDAMANO

Responsável: _____

Data: / /

18/02/26

*Pela CME, PINÇA INADEQUADA, POIS ESTA MANCHANDO DE COLORADO LORANJA OS demais materiais após esterilizado. EMBALAGEM GRAU ENVIADO. JUNTAS P/ AVULSA CTO.

PARECER TÉCNICO INSTRUMENTAIS**HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ**

Item	PORTA AGULHA VIDEOLAPAROSCOPIA EMPUNHADURA COM CREMALHEIRA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE HASTE 30 CM E MÁXIMO 36 CM. REUTILIZÁVEL, ESTERILIZÁVEL À VAPOR SATURADO 134°.
Marca/Modelo	ARTHIMED
Quantidade Testada	01

Avaliação

Critério	Resultado
Conformidade Dimensional	☒ Sim ☐ Não
Qualidade Material	☒ Adequada ☐ Inadequada
Funcionalidade Clínica	☒ Adequada ☐ Inadequada
Conformidade com Descritivo	☒ Sim ☐ Não

Parecer Final

- ☒ **APROVADO** — Instrumental aprovado para fornecimento
☐ **REPROVADO** — Motivo:

ÓTIMO MATERIAL, BOM NA
CONPUNHA DURA, ÓTIMO MATERIAL
SUAVE COMPLETO DOSSA QUE ROSA

Responsável: _____**Data:** / /

Dr. João Pedro Ribeiro Baptista

Médico
CRM-SC 36334CA
RSC 11111111

18/02/26