



MEMORANDO SEI Nº 0025143150/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 10 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 041/2025

Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Sondas e Coletores)

Em atenção ao Memorando SAP.LCT SEI nº 0025134551, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.11 - Prospecto/Ficha Técnica/Print de tela	Parecer
27	917691 - SONDA NASOENTERAL Nº 08 ELASTICA, DE SILICONE OU POLIURETANO, 105 A 120CM DE COMPRIMENTO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, BIOCOMPATIVEL, RADIOPACA COM MARCACAO DE REFERENCIA, PESO SOLIDO EM TUNGSTENIO OU METAL ATOXICO, NA EXTREMIDADE DISTAL, ORIFICIOS NA PONTA DISTAL DA SONDA PERMITINDO A INFUSAO DE SOLUCOES, COMPATIVEL COM A NUMERACAO, ATRAUMATICA, CONEXAO UNIVERSAL PRECISA,TAMPA ACOPLADA VEDANTE, LUBRIFICADA, MADRIL FLEXIVEL EM ACO INOX, DE FACIL RETIRADA, PROJETADA PARA SER REMOVIDA SEM ADICAO DE LUBRIFICANTES OU AGUA, QUE NAO TRACIONE A SONDA E NAO SAIA PELOS ORIFICIOS DA	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SOLUMED	EXIGE	De acordo	80019160013- Registro vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou	Na proposta a empresa indica medida de acordo com o edital, porém, na ficha técnica apresentada consta a informação de que a sonda nº08 possui medida de 60 e 100 cm.

PONTA DISTAL. ESTERIL DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VAL/FABRICACAO. LOTE, ISENCAO/ REGISTRO NO M.S/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA..								Para evitar atraso na tramitação do processo e custos desnecessários à licitante com o envio de amostra que não atende ao edital, questionamos: 1- Qual o comprimento da sonda ofertada?
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 10/04/2025, às 15:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025143150** e o código CRC **38D898D3**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.264936-9

0025143150v3