

MEMORANDO SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 01 de agosto de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 226/2023

Objeto: Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José.

Em atenção ao memorando SEI nº 0017844256/2023 - SAP.LCT, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital?	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.4 Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site	Parecer
1	23523 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400-FUTURA/ CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CMOS DRAKE/ adulto	De acordo.	80058130008, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI0017842159 - pág. 06 - de acordo.	Proposta Classificada.
3	23568 - ELETRODO PAS DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE MODELO ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM, DESCARTÁVEIS, COM INDICAÇÃO DO LOCAL CORRETO DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400-FUTURA PLUS/ CMOS DRAKE- CONECTOR AZUL/ BRANCO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.	Jogo	CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	FIABModelo: Eurodefipads. Código: F7959W.	Proposta não especifica todas as exigências do edital: 1. Com pré-conexão dos eletrodos sem violação da embalagem 2. Com indicação do local correto de posicionamento das pás no tórax do paciente 3. Com cabo de no mínimo 120 cm 4. Conector azul/ branco	80443699009, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI0017840854 - pág. 05. Imagem do prospecto confirma as especificações que não constam na proposta, porém não refere o comprimento do cabo.	Classificação da proposta condicionada a empresa confirmar as exigências do edital: 1. Com cabo de no mínimo 120 cm.

4	23181 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL ADULTO JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ-CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED.	Jogo	ALDREY PAUCIO SILVA DA	Bluepad Modelo:DE-NK1	De acordo	80722800022, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI 0017840828 - pág. 04. No prospecto pág. 05 refere que o modelo ofertado DE-NK1 é compatível com equipamento Nihon Kohden, e não cita os equipamentos Cardiomax 8 e Isis marca Instramed.	A empresa indicou na proposta que o item é compatível com os equipamentos Cardiomax 8 e Isis da marca Instramed, porém, na ficha técnica, página 5 da proposta consta a informação que o modelo DE-NK1 é compatível com a marca Nihon Kohden; a marca Nihon Kohden possui conexões diferentes da marca Instramed; desta forma, a empresa ofertou modelo que não atende ao descritivo do edital. Proposta reprovada.
5	23182 - ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNCIONAL INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS INFANTIL, PARA MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PRÉ-CONECTADOS, DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CABO DE NO MÍNIMO 180 CM, COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS CARDIOMAX 8 E ISIS MARCA INSTRAMED	Jogo	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	INSTRAMED Infantil	De acordo	80058130008, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	SEI 0017842159 - pág. 07. Prospecto não refere o comprimento do cabo.	Classificação condicionada a empresa confirmar a exigência do edital descrita na proposta, porém, ausente no prospecto: 1. Com cabo de no mínimo 180 cm.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	9.6 - m) Alvará Sanitário	9.6 - n) AFE	Parecer
2	23524 - ELETRODO DESCARTÁVEL PARA DEA LIFE 400- FUTURA/CMOS DRAKE MODELO INFANTIL JOGO DE 2 ELETRODOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, COM PRÉ-CONEXÃO DOS ELETRODOS SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM DESCARTÁVEIS, COM DESENHO INDICANDO O LOCAL DE POSICIONAMENTO DAS PÁS NO TÓRAX DO PACIENTE, COM CONECTOR PRETO (MODELO NOVO), COM CABO DE NO	Jogo	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Válido até 21/02/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal ANVISA.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

	MÍNIMO 120 CM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DESFIBRILADOR LIFE 400- FUTURA/CMOS DRAKE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.					
6	2815 - PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO PAS DE ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE MARCAPASSO EXTERNO E DEA COMPATIVEL COM CARDIOVERSOR MINDRAY BENEHEART D3.	Jogo	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Válido até 10/03/2024.	AFE de correlatos ativa, confirmado no Portal ANVISA.	Documentação técnica de acordo com o edital, aprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 03/08/2023, às 13:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017848816** e o código CRC **B39CB720**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.136957-3

0017848816v13