

MEMORANDO SEI N° 0023659085/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **456/2024**.

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Encaminhamos as informações acerca das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Empresa	Informação
14	910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Conforme documento SEI nº 0023659065, a embalagem do produto rasgou facilmente em direção oposta a abertura quase contaminando o material. Durante a utilização prática, constatou-se além do risco de contaminação, corte difícil devido a fibra ser resistente. Amostra reprovada.

As demais amostras permanecem em análise e os pareceres serão encaminhados posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 25/11/2024, às 11:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.





A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023659085** e o código CRC **6CE022C7**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023659085v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024.

ITEM: 14

910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Marca: CASEX

LOTE: 000280/2023-PY

REGISTRO (ANVISA): 10222320005

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: *Ranço facilmente em direção oposta a abertura quase contaminando o material*

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *alta absorção exudato*

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *Risco contaminação embalagem, corte difícil devido a filme ser resistente*

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: *funcionalidade difícil quase contaminar*

DATA: *21/11/24*

Sheylla A.R. Casellato
Enfermeira - COREN 300987 - SC

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO