

**MEMORANDO SEI N° 0022135140/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 18 de julho de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica.

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Encaminhamos as informações acerca da análise das amostras apresentadas para o item 59:

Item	Material/Serviço	Empresa Atual	Parecer
59	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	CM HOSPITALAR S.A.	Conforme Análise SES.UAD.ACM (SEI nº 0022134997), na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 80245219059 e a amostra é referente ao registro Anvisa 80245210327. O descritivo exige embalagem " <u>CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.</u> " e as amostras apresentadas não possuem as informações da data de fabricação e o número do lote. AMOSTRA REPROVADA.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 18/07/2024, às 14:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022135140** e o código CRC **D78674F1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0022135140v3

**ANÁLISE SEI Nº 0022134997/2024 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 18 de julho de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023****ITEM 59- ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M**

DESCRIÇÃO	916960 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M FITA ADESIVA, IMPERMEAVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO COM FIBRAS DISTRIBUIDAS NA TRAMA EM RACHADURAS QUE FACILITA O ROMPIMENTO AO MANUSEIO, SEM DESFILAMENTO, IMPERMEABILIDADE ADEQUADA PARA SUA FINALIDADE, FLEXIVEL PARA ADAPTAR-SE EM DOBRAS DA PELE SEM CAUSAR DANOS, MASSA ADESIVA DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE FACIL DESPRENDIMENTO/ REMOCAO SEM DEIXAR RESIDUOS OU MANCHAS NA SUPERFICIE. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, CORTE FACIL EM AMBOS OS SENTIDOS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, ATOXICO, ACONDICIONADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, EM EMBALAGEM UNITARIA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota principal
FORNECEDOR	CM HOSPITALAR S.A
MARCA	CREMER
REGISTRO ANVISA	Na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 80245219059 e a amostra é referente ao registro Anvisa 80245210327
LOTE	Não consta

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades
--	------------

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos: As amostras não possuem data de fabricação nem o número do lote.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O descritivo exige embalagem "CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA." e as amostras apresentadas não possuem as informações da data de fabricação e o número do lote.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada () inadequada (X) Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 18/07/2024, às 14:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022134997** e o código CRC **E3B13BF8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0022134997v6