



MEMORANDO SEI Nº 0023552346/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 453/2024.
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (Insumos para punção, infusão e monitoração).

Em atenção aos documentos SEI nº 0023457060 e SEI nº 0023459467 seguem as análises técnicas solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Proposta de acordo com o edital	8.10.1 - Registro Anvisa	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica	Amostra	Parecer
2	910921 - AGULHA DESC PERIDURAL Nº17 C/MANDRIL E CANHAO AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA PERIDURAL NR 17, BISEL TIPO TUOHY,MARCACAO EM CENTIMETROS PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE E COMPRIMENTO. EMPUNHADURA ANATOMICA. ESTERIL, ATOXICA E	PC	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Procare	Não descreve todas as exigência do edital.	10369460118, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA, para vários tamanhos, porém não consta o tamanho - 17G.	Apresentou, porém não consta o tamanho ofertado na proposta - 17G.	-----	Apresentou Registro Anvisa e ficha técnica que constam vários tamanhos, porém, em tais documentos não consta o tamanho exigido em edital: 17G.

	APIROGENICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO N. DE LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								Proposta desclassificada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital.
13	911068 - AGULHA ESPINHAL 27 G X 3 1/2" AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 27 G X3 1/2" BISEL TRIFACETADO TIPO QUINCKE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, CONTENDO DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, Nº LOTE, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	PC	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	KDL	De acordo	10150470689 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto descreve vários modelos, porém proposta não especifica modelo ofertado.	-----	Registro ANVISA e prospecto descrevem vários modelos, porém a empresa não especifica na proposta o modelo ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme o modelo do item ofertado.
17	40589 - AGULHA HIPODÉRMICA CALIBRE 13 X 0,30 MM DESCARTÁVEL, MEDINDO (COMPRIMENTO X DIÂMETRO) 13 MM X 0,30 MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHAO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERIL, EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA. FORNECIDA EM CAIXAS CONTENDO ATÉ 100 UNIDADES CONSTANDO	UNID	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	WILTEX	Não especifica todas as exigências do edital.	10150470664 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou referente a vários modelos	-----	Apresentou Registro ANVISA e Prospecto referentes a vários modelos. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é o código ZSZ3013, que possui medidas compatíveis com as exigências do edital.

	DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, ESTERILIZACAO, VALIDADE E ISENCAO/REGISTRO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
51	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Principal	Unidade	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	VITALDERME	Proposta descreve "OFERECEMOS COM 1 TIRA DE FIXAÇÃO"	10296900073 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	O edital exige tiras extras para estabilidade e na proposta a empresa indicou "oferecemos com 1 tira de fixação". Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
52	13214 - COBERTURA PARA FIXAÇÃO DE CATETER CURATIVO AUTOADESIVO DE POLIURETANO, TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO, SEMIPERMEAVEL AS TROCAS GASOSAS, HIPOALERGENICO.	Unidade	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALDERME	Proposta descreve "OFERECEMOS COM 1 TIRA "	10296900073 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	O edital exige tiras extras para estabilidade e na proposta a empresa indicou "oferecemos com 1 tira de fixação".

	RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZACAO DE CATETERES. APRESENTAR FENDA PARA SAÍDA DE EQUIPOS E TUBULAÇÕES. DEVE POSSUIR TIRAS EXTRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DO CATETER E FIXAÇÃO ADEQUADA E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 6 A 9 CM DE LARGURA E 7 A 10CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESP. TECNICO E REG. NA ANVISA. Cota Reservada até 25%								Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
53	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TKL	Não especifica todas as exigências do edital.	80288090076 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Não apresentou.	-----	Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2.
54	911571 - DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO DISPOSITIVO PARA IRRIGACAO TIPO ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO, SENDO UM LADO COM PONTA TRIFACETADA E OUTRA PONTA LUER LOCK. EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL CONTENDO Nº LOTE, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, RESPONSÁVEL	PC	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	MP HOSPITALAR	Não especifica todas as exigências do edital.	80305560053 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém, não trás a informação de uma ponta luer lock.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui uma ponta Luer Lock.

	TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Reservada até 25%								
55	22765 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	Não especifica todas as exigências do edital.	10330660246 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
56	916950 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM	UNID	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	De acordo	0010330660246 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
57	916951 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL.	UNID	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	INJEX	Não especifica todas as exigências do edital.	10160619014 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
58	916952 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PUNCAO VENOSA, CURTA DURACAO, DESCARTAVEL, ESTERIL, HASTE EM ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, BISEL CURTO, TRIFACETADO, CORTANTE COM FACIL INTRODUCAO, SILICONIZADO, SEM COLAGEM ENTRE O TUBO VINILICO, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, FLEXIVEL, COM PROTETOR RIGIDO DE CONECTORES DE AGULHA E ASAS, ASA DE EMPUNHADURA FLEXIVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM IDENTIFICACAO DO CALIBRE NA ASA, PROTECAO LUER NA PORCAO DISTAL, COR UNIVERSAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO	UNID	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	OLIMED/GLOMED	Não especifica todas as exigências do edital.	80273450033 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.

	M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.								
62	44207 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFURANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOTO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX, QUE NÃO APRESENTE VAZAMENTO APÓS O USO; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL	Unidade	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	Proposta descreve "luer slip"; edital exige "luer lock".	10330669151 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto descreve os dois modelos "luer lock" e "luer slip."	EXIGE	O edital exige conector distal Luer Lock. Apesar de constar na ficha técnica dois modelos (Luer Lock e Luer Slip), na proposta a empresa indicou a oferta do equipo macrogotas completo luer slip. Proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.

	LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%								
67	910210 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120CM COM OS CONECTORES LUER LOCK EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 120 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BIOSANI	De acordo	80286000042 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou prospecto referente a vários modelos. Proposta não especifica qual modelo ofertado.	-----	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o modelo ofertado é o código 92012000, que atende as exigências do edital (com 120 cm e conectores luer lock) e consta na página 30 da proposta (ficha técnica do "extensor flexível" da marca Biosani.
68	909130 - EXTENSOR PARA INFUSAO DE 1 VIA COM 60CM COM OS CONECTORES LUER	PC	MASIF ARTIGOS MEDICOS E	BIOSANI	De acordo	Não apresentou.	Não apresentou.	-----	Proposta Desclassificada por não

	LOCK EXTENSOR PARA INFUSÃO DE 1 VIA COM 60 CM COM OS CONECTORES LUER LOCK. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		HOSPITALARES LTDA						atender aos itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital.
71	16329 - FRASCO DE ALIMENTAÇÃO EM SONDA (500 ML) EM PVC/ POLIETILENO, FLEXÍVEL, BRANCO TRANSPARENTE, GRADUADO, 500 ML, COM ABA PARA SUSPENSÃO, ABERTURA TIPO MAMADEIRA COM BOCA ROSQUEADA E ENTRADA PARA EQUIPO PADRÃO. PROTEÇÃO INDIVIDUAL, RÓTULO INDICATIVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Reservada até 25%	Unidade	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	BIOBASE	Não especifica todas as exigências do edital.	80212349002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de acordo com o edital, Classificada.
75	911908 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML COM ROSCA - PARA QUIMIOTERAPIA SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM ROSCA - FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTE SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK (COM ROSCA).	PC	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDIX	Não especifica todas as exigências do edital.	80495519018 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou.	-----	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.

	FACIL LEITURA DE DOSAGENS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTANCIAS. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSVEL TECNICO.								
79	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100 INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO. Cota Principal	PC	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	WILTEX	Proposta especifica "c/ agulha 23G x 1"; Edital exige "agulha 8 x 0,30mm".	10150470568 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA, para outros tamanhos, não encontrado "c/ agulha 23G". Na consulta ao portal da Anvisa, a medida que atenderia o edital é "30G x 5/16" (8mm x 0,30mm)"	Não apresentou	-----	Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2 e por ofertar item que não atende ao descritivo.
80	917215 - SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1CC COM AGULHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE U-100	PC	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	INJEX	Não especifica todas as exigências do edital.	10160610002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.

	INSULINA, BICO UNIVERSAL, COM AGULHA 8 X 0,30 MM, 5/16, FIXA COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO SEM REBARBAS, SEM ESPACO MORTO, SILICONIZADA, GRADUACAO EXATA DE 2 EM 2 UNIDADES, NITIDA E PERMANENTE, EMBOLO DE CORTE RETO COM BORRACHA DE AJUSTE E VEDACAO, DESLIZANTE, CORPO TRANSLUCIDO, ESTERIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO. Cota Reservada até 25%		HOSPITALARES LTDA						
81	910920 - SERINGA DESCARTAVEL PERDA RESISTENCIA PARA TÉCNICA DE PERDA DE RESISTÊNCIA UTILIZADA EM ANESTESIA, LUER LOCK, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VOLUME DE 10 ML.	PC	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Unisis	De acordo	10150470418 - Registro na Anvisa vigente e referente a seringa perda resistência, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	-----	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
87	909147 - SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM ALTO GRAU DE PRECISAO,	PC	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	SR	Não especifica todas as exigências do edital.	80026180002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.

	TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS, LEGÍVES E ISENTOS DE FALHAS ATÉ O MOMENTO DA UTILIZAÇÃO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRAÇOS LONGOS A CADA 10 U.I., ENCAIXE TIPO LUER SLIP, COM TINTA ATÓXICA AZUL OU PRETA. IDENTIFICAÇÃO: FABRICANTE, CAPACIDADE NOMINAL DA SERINGA EM ML, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%		HOSPITALARES LTDA						
88	10847 - SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 10 ML EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 CC, BICO UNIVERSAL, SEM AGULHA, COM ROSCA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/ REGISTRO NO M.S./ ANVISA.	Unidade	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SR	Não especifica todas as exigências do edital.	80026180002 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
90	913324 - SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA 10ML SERINGA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO SEM AGULHA	PC	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SR	De acordo	Não apresentou	Não apresentou	-----	Proposta Desclassificada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital.

10ML,FABRICADA EM PLASTICO ATOXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE (EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE GARANTA SUA ESTERILIZACAO E DE FACIL ABERTURA). ENCAIXE TIPO LUER LOCK. TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS, LEGIVEIS E ISENTOS DE FALHAS ATE O MOMENTO DA UTILIZACAO. SENDO A ESCALA NUMERADA EM TRACOS LONGOS. EMBOLO NO FINAL DA SERINGA COM ANEL DE RETENCAO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE MANTENHA A AGULHA PRESA NO INTERIOR DO PROTETOR ATIVADO EM ATENDIMENTO A NR 32. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DE NUMERO DE LOTE , DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO. Cota Reservada até 25%							

93	34 - SERINGA DOSADORA ORAL 10 ML COM TAMPA DESCARTAVEL SERINGA DOSADORA ORAL COM VOLUME DE 10 ML COM TAMPA, DESCARTAVEL, COM INDICADOR DE DOSAGEM, CILINDRO NA COR AZUL (PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS), HASTE CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO, APIROGENICO INERTE, FUNCIONA COMO EMBOLO, ESCALA DE GRADUACAO EM MILILITRO, BICO EM DIAMETRO MAIOR QUE O DAS AGULHAS HIPODERMICAS, TAMPA , ADAPTADOR UNIVERSAL HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLASTICA, ATOXICA, INERTE E FLEXIVEL PARA ADAPTACAO NOS FRASCOS, EMBALAGEM HOSPITALAR, A GRANEL.	UND	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495510161 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto descreve "corpo transparente"; edital exige "cilindro na cor azul".	-----	Documentação técnica descreve "corpo transparente" e o edital exige "cilindro na cor azul (para medicamentos fotossensíveis)". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
94	35 - SERINGA DOSADORA ORAL 20 ML COM TAMPA DESCARTAVEL SERINGA DOSADORA ORAL COM VOLUME DE 20 ML COM TAMPA, DESCARTAVEL, COM INDICADOR DE DOSAGEM, CILINDRO NA COR AZUL (PARA MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS), HASTE CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO, APIROGENICO INERTE, FUNCIONA COMO EMBOLO, ESCALA DE GRADUACAO EM MILILITRO, BICO EM DIAMETRO MAIOR QUE O DAS AGULHAS HIPODERMICAS, TAMPA , ADAPTADOR UNIVERSAL	UND	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDIX	De acordo	80495510161 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou. Prospecto descreve "corpo transparente"; edital exige "cilindro na cor azul".	-----	Documentação técnica descreve "corpo transparente" e o edital exige "cilindro na cor azul (para medicamentos fotossensíveis)". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

	HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM BORRACHA TERMOPLASTICA, ATOXICA, INERTE E FLEXIVEL PARA ADAPTACAO NOS FRASCOS, EMBALAGEM HOSPITALAR, A GRANEL.								
95	913584 - SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM VOLUME DE 0,5 A 03 ML, CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Principal	PC	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	NEOLAB	Não especifica todas as exigências do edital.	81140320022 - Registro na Anvisa vigente e referente a seringa para coleta de gasometria, confirmado no portal da Anvisa.	Não apresentou	-----	Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2.
96	913584 - SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA SERINGA PARA COLETA DE GASOMETRIA: SERINGA DESCARTAVEL DE USO EXCLUSIVO PARA COLETA DE SANGUE PARA GASOMETRIA, COM VOLUME DE 0,5 A 03 ML, CONTENDO HEPARINA LITICA, COM TAMPA ADAPTAVEL A SERINGA PARA VEDACAO DE ENTRADA DE AR. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA. Cota Reservada até 25%	PC	SETMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	Set Medikal Sanayi Veticaret A.S. Ref.: 21HP0203000003	De acordo	10301160236 - Registro na Anvisa vigente e referente a seringa para coleta de gasometria, confirmado no portal da Anvisa.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada

97	13182 - TAMPA PROTETORA DE DISPOSITIVO DE INFUSÃO TAMPA PROTETORA DE CONECTOR LUER LOCK MACHO/FÊMEA PARA VEDAÇÃO DE DISPOSITIVOS EM SISTEMA DE INFUSÃO (SERINGAS, EQUIPO ETC). DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	Peças	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DESCARPACK	Não especifica todas as exigências do edital. Não especifica modelo ofertado.	10330660271 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou três modelos.	-----	A ficha apresentada pela empresa descreve três modelos/códigos do item. Edital exige "conector luer lock macho/fêmea". Aprovação condicionada a empresa confirmar que modelo ofertado é o modelo Macho/Fêmea, código 0720301, constante na página 58 da proposta.
98	25049 - CONECTOR LUER MACHO E FEMEA PARA SERINGA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, FORMATO ANATÔMICO, PARA CONEXÃO DIRETA NAS SERINGAS E LINHAS DE INFUSÃO, LUER MACHO E FÊMEA; CONEXÃO TANTO EM DISPOSITIVOS LUER SLIP QUANTO EM LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA . EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	Unidade	METROSAUDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Solmillennium	De acordo	80937150071 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de Acordo com o edital, Classificada.
100	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO	PC	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	VITALGOLD	De acordo	Não apresentou.	Não apresentou.	EXIGE	Proposta Desclassificada por não atender aos

E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.PAPEL GRAU-CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZACAO.							itens 8.10.1 e 8.10.2 do edital.

101	32947 - EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC COM FILTRO EM LINHA 0,2 MICRA PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML= 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MM; ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO TRANSPARENTE, LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO - CICATRIZANTE (MODELOS CONVENCIONAIS) OU VÁLVULA NEEDLE-FREE COMO PONTO DE INJEÇÃO; FILTRO 0,2 MM EM LINHA, RETÉM: BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS : NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) E SUAS ATUALIZAÇÕES; EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	CRUZEL COMERCIAL LTDA	BIOSANI	De acordo	80286009013 - Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Na proposta a empresa indicou descritivo de acordo com o edital, porém, na documentação técnica apresentada, conta na página 12 da proposta a informação: " Tube extensor: Confeccionado em Cloreto de Polivinila (PVC) ", contrariando o edital que exige " equipo macrogotas livre de PVC ". Proposta reprovada por ofertar item que não atende as especificações técnicas exigidas no edital.
-----	---	---------	-----------------------	---------	-----------	--	------------	-------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/11/2024, às 15:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023552346** e o código CRC **75E7194E**.

Rua Doutor João Colín, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.187346-0

0023552346v5