

## MEMORANDO SEI Nº 0019982393/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

À  
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 472/2023.**Objeto:** Aquisição de materiais para a Agência Transfusional do Hospital São José.

Em atendimento ao Memorando SAP.LCT (SEI nº 0019982336), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. Medida	Fornecedor	Marca/Fabricante	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	Parecer
19	5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA..	Unidade	INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA	MEDIX BRASIL	De acordo	80495519016- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Nas análises anterior foi questionado: 1- O adaptador ofertado possui mecanismo automático de descarte da agulha? 2- O adaptador ofertado é compatível com o escalpe ofertado? Em resposta a empresa informou que o adaptador é compatível com o escalpe ofertado e que este não possui mecanismo automático de descarte da agulha. O edital permite adaptador sem mecanismo automático de descarte da agulha apenas se este for fixo na agulha. Anteriormente a empresa tinha informado que o adaptador não é fixo na agulha. Frente ao exposto, a proposta da empresa está reprovada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 13:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019982393** e o código CRC **04252E96**.