

MEMORANDO SEI Nº 31122214/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 02 de outubro de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **441/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **5/2026**.

Objeto: Aquisição de camas hospitalares, macas avançadas, colchões e colchonetes.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30841683 segue a análise solicitada às **diligências quanto às propostas:**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de site (print de tela)	Análise prévia e diligência realizada	Parecer final
								Análise prévia: para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de " <i>imagem meramente ilustrativa</i> " na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma	

1	46786 - CAMA HOSPITALAR ADULTO - COM LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONSTRUÍDA EM POLIURETANO INJETADO, POLIPROPILENO OU FIBERGLASS; - COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 3" POLEGADAS, SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTAS DIAGONALMENTE; - COM EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 3 MANIVELAS POSSIBILITANDO AS SEGUINTE POSIÇÕES NO MÍNIMO: FOWLER, TRENDELEMBURG OU ELEVÇÃO DO LEITO E ELEVÇÃO DE CABECEIRA; - COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR, COM MECANISMO DE TRAVA RÁPIDA; - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (C X L X A): 190 CM X 78 CM X 60 CM; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG; - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 33; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS.	Unidade	LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	DEVITA MODELO 100PU	De acordo	80970 29000 4, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Na ficha técnica apresentada, o modelo LV 100 PU está descrito "com capacidade de para 130kg"; o edital exige "capacidade de carga de no mínimo 150kg". Porém no prospecto apresentado constam as informações: OPCIONAIS (CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE) e descreve várias possibilidades de alteração do item. A ficha técnica também não deixa claro as seguintes exigências do edital: 1. Com grades laterais de abaixar,	das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Resposta da diligência: a empresa <i>Licitamed Prime Comercial Ltda</i> encaminhou o documento apresentado no SEI nº 30772905 e se manifestou no chat da plataforma <i>Compras.gov</i> conforme segue: <i>Boa tarde, Será entregue conforme edital solicitado.</i> Parecer: Na ficha técnica apresentada SEI nº 30772905 pág 13, o modelo LV 100 PU está descrito "com capacidade para 130kg"; o edital exige "capacidade de carga de no mínimo 150kg". Porém no mesmo documento pág. 18 constam as informações: OPCIONAIS (CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE) e descreve várias possibilidades de alteração do item, inclusive da capacidade de carga de 131 a 550kg. A ficha técnica também não deixa claro as seguintes exigências do edital: com grades laterais de abaixar, com	Na análise da documentação apresentada pela empresa, verificou-se que a capacidade de carga do item consta como "personalizada". Contudo, a empresa não detalhou como essa personalização é tecnicamente realizada, o que impossibilita a validação do requisito e exigiria uma análise técnica mais profunda. Quanto ao certificado do Inmetro do colchão ofertado, a empresa não apresentou comprovação e nem se manifestou sobre a solicitação. Em relação ao registro na Anvisa apresentado pela empresa, em consulta a Agência Reguladora e considerando a ausência do certificado no Inmetro, foi esclarecido que: - A Portaria não estabelece que colchões hospitalares comuns, confeccionados em espuma flexível de poliuretano e revestidos de courvin, possuam função de prevenção, tratamento ou reabilitação; - A Portaria não dispõe que a Anvisa isente o produto da
---	---	---------	--	----------------------------	-----------	--	---	---	---

	DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 12 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DA CAMA OFERTADA; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.					com mecanismo de trava rápida.	mecanismo de trava rápida. A classificação está condicionada a empresa confirmar: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende na íntegra as exigências do edital, inclusive possui certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. 2. Que a empresa confirme que o modelo de cama ofertado será adequado inclusive com: capacidade de carga de no mínimo 150 kg e com grades laterais de abaixar, com mecanismo de trava rápida. Resposta da diligência: Documento apresentado após diligência realizada: SEI nº 30840656.	certificação do Inmetro. Conclusão: Proposta desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
	46537 - CAMA HOSPITALAR PARA PACIENTES OBESOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA PACIENTES OBESO; - MOVIMENTOS: DEVE REALIZAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: FOWLER, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO E ELEVAÇÃO DE CABECEIRA; - OS MOVIMENTOS DEVEM SER CONTROLADOS POR MEIO DE CONTROLE REMOTO A FIO E/OU ACOPLADO NAS GRADES							

2	LATERAIS OU PESEIRA; - COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; -LEITO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; - BASE ESTRUTURAL EM TUBO AÇO RETANGULAR MÍNIMO DE 30 X 50 MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; - GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES, CONFECCIONADAS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DOTADO DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO RÁPIDO (SEM NECESIDADE DE ROSQUEAR PARAFUSO) E COM ESPAÇAMENTO QUE EVITE ESMAGAMENTO DOS DEDOS; - CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM PEAD; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; - CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT (2P+T); -GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; -PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; - POSSUIR NO MÍNIMO 2 SUPORTES PARA BOLSAS COLETORAS (1 EM CADA LADO DA CAMA), FIXADOS	Unidade	LICITAMEDEVITA PRIME COMERCIAL LTDA	MODELO 198PE	De acordo	80970 29002 1, registro ativo, confirmado no Portal ANVIS A em 03/09/2026.	Apresentou	Análise prévia: A classificação está condicionada a empresa confirmar: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende na íntegra as exigências do edital, inclusive possui certificação do Inmetro. Resposta da diligência: Documento apresentado após diligência realizada: SEI nº 30840656.	Quanto ao certificado do Inmetro do colchão ofertado, a empresa não apresentou comprovação e nem se manifestou sobre a solicitação. Em relação ao registro na Anvisa apresentado pela empresa, em consulta a Agência Reguladora e considerando a ausência do certificado no Inmetro, foi esclarecido que: - A Portaria não estabelece que colchões hospitalares comuns, confeccionados em espuma flexível de poliuretano e revestidos de courvin, possuam função de prevenção, tratamento ou reabilitação; - A Portaria não dispõe que a Anvisa isente o produto da
---	---	---------	---	---------------------	-----------	---	-------------------	--	---

NA PARTE CENTRAL DO LEITO; -POSSUIR NO MÍNIMO 1 SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO NA PRÓPRIA CAMA E NO MÍNIMO 2 LOCAIS DIFERENTES PARA COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE SORO; -POSSUIR 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO; -FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; - DIMENSÕES: - LARGURA TOTAL: NO MÁXIMO 1.200 MM; -LARGURA ÚTIL: NO MÍNIMO 900 MM - COMPRIMENTO TOTAL: NO MÍNIMO 2.100 MM - COMPRIMENTO ÚTIL: NO MÍNIMO 1.900 MM -ALTURA: VARIAÇÃO NO MÍNIMO DE 600 A 800 MM - CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: NO MÍNIMO 250 QUILOS. - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 45; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA). O COLCHÃO DEVE POSSUIR LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DA CAMA OFERTADA; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.								certificação do Inmetro. Conclusão: Proposta desclassificada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
18624 - CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRASPARENTE - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, BASE REVESTIDA EM								

3	MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE FACILITE A LIMPEZA; - OPERAÇÃO QUE OPERE EM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL; - LEITO RADIOTRASPARENTE COM SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE CHASSIS DE RAIO-X; ARTICULÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, PERNAS E TRENDELEMBURG, PELO MENOS. - GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. - PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. - HASTE DE SORO INOX COM NO MÍNIMO 2 GANCHOS. - RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 120 MM, COM SISTEMA DE FREIOS. - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90 CM PELO MENOS; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG. - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 8 CM, LARGURA E COMPRIMENTO	Unidade	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RC Móveis RC 324	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80316080018, registrado ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/09/2026.	Apresentou, porém na ficha técnica consta a informação sobre o produto: "imagem ilustrativa do produto ofertado"	Análise prévia: Para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "imagem ilustrativa do produto ofertado" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou confirme se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica: (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. É necessário também que a empresa confirme: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende na íntegra as exigências do edital, inclusive possui certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Resposta da diligência: Documento apresentado após diligência realizada: SEI nº 30840667.	A ficha técnica apresentada no documento SEI nº 30773244 pág. 18, indica altura máxima de 950mm e altura mínima de 650mm e na segunda tabela, há a informação sobre dimensões opcionais: altura de 0,40 a 100 cm. Considerando a possibilidade de dimensões opcionais, a classificação da proposta está condicionada a empresa confirmar que o item que será entregue atende na íntegra as exigências do edital: 1- Altura ajustável entre 60 cm e 90 cm pele menos.
---	---	---------	--	------------------	---	---	--	--	--

	COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DO CARRO MACA OFERTADO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.								
6	46789 - COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO INFANTIL - CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO; DENSIDADE MÍNIMA 28; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES E ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. - DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 150 CM; ALTURA MÍNIMA 10 CM; - EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS; - POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	THERA + SAUDE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	Marca própria Thera pro	Apresentou descrição resumida do item.	Item não regulado pela Anvisa	Apresentou prospecto com vários modelos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa: 1. Indique qual é o modelo ofertado e que deverá ser analisado no prospecto; 2. Que o colchão ofertado possui certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Resposta da diligência: Documento apresentado após diligência realizada: SEI nº 30840678.	Não foi possível confirmar que o certificado do Inmetro apresentado é referente ao colchão ofertado e o prospecto não deixa claro todas as exigências do descritivo. A classificação está condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital, incluindo: 1. Courvin de no mínimo 1,0 mm; 2. Sem recortes, soldada eletronicamente; 3. Com 02 ilhoses; 4. Sem viés ou debruns; 5. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 6. Que a empresa comprove que o certificado Inmetro em nome da empresa Relaflex é referente ao produto da marca Thera Saúde. Aceita-se declaração da emitente do laudo (Relaflex Ind. e Com. de Colchões Ltda).
									Não foi possível

7	46832 - COLCHONETE PARA CARRO MACA AVANÇADO ADULTO - CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; - REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. - DIMENSÕES: LARGURA: 60 CM; COMPRIMENTO: 180 CM; ALTURA MÍNIMA 5 CM; - EMBALAGEM: O COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E INSETOS; - POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	THERA + SAUDE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	Marca própria thera clinic pro	Apresentou descrição resumida do item.	Item não regulado pela Anvisa	Apresentou ou prospecto com vários modelos, não sendo possível identificar qual é o modelo ofertado que deverá ser analisado.	Análise prévia: Para continuidade da análise é necessário que a empresa: 1. Indique qual é o modelo ofertado e que deverá ser analisado no prospecto; 2. Que o colchão ofertado possui certificação do Inmetro, conforme portaria 35/2021 e suas atualizações. Resposta da diligência: Documento apresentado após diligência realizada: SEI nº 30840678.	confirmar que o certificado do Inmetro apresentado é referente ao colchão ofertado e o prospecto não deixa claro todas as exigências do descritivo. A classificação está condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital, incluindo: 1. Courvin de no mínimo 1,0 mm; 2. Sem recortes, soldada eletronicamente; 3. Com 02 ilhoses; 4. Sem viés ou debruns; 5. O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos; 6. Que a empresa comprove que o certificado Inmetro em nome da empresa Relaflex é referente ao produto da marca Thera Saúde. Aceita-se declaração da emitente do laudo (Relaflex Ind. e Com. de Colchões Ltda).
---	---	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 02/10/2026, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



código verificador **31122214** e o código CRC **16F3796D**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.165745-0

31122214v19