



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais médicos hospitalares, a serem utilizados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal São José de Joinville

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 20 de janeiro de 2020 às 14h40min (documento SEI 5487528).

Questionamento referentes ao item 1 do Anexo I.

1º Questionamento: *"O que seria painel? Seria uma tela? Caso sim qual tamanho de tela a ser cotado?"*

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: *"O "painel" é referencia a IHM (Interface Homem Máquina). A IHM "painel", pode ser um mostrador com legendas com indicadores luminosos nos casos mais simples e ou "telas" também referentes a IHM (Interface Homem Máquina), em equipamentos mais modernos. Com tudo, o objetivo principal é a comunicação visual do equipamento ao profissional operante sobre ..." (derivações selecionadas, sensibilidade, eletrodo solto, filtros e condição da bateria)"*

2º Questionamento: *"SENSIBILIDADE, ELETRODO SOLTO, FILTROS E CONDIÇÃO DA BATERIA? Ressaltamos que somente em tela pode-se obter um resultado para visualização destes parâmetros, solicitamos informações para cotarmos de acordo com aquilo que órgão necessita!"*

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: *"O objetivo principal é a comunicação visual do equipamento ao profissional operante sobre, através de uma IHM (Interface Homem Máquina), essa podendo ser um painel luminoso com legenda ou uma tela ..." (derivações selecionadas, sensibilidade, eletrodo solto, filtros e condição da bateria)"*

3º Questionamento: *"DAS DERIVAÇÕES SELECIONADAS Outro detalhe seria das derivações selecionadas! Não seria viável ser visto os traçados das derivações em tela em tempo real, pois isso gera um baixo custo de impressão e também auxilia a parte de enfermagem na eficácia exame, reduzindo tempo operacional auxiliando no fato de pré visualizar o ECG visualizando o estado do paciente antes da impressão!"*

Resposta: Solicitada análise técnica do setor competente, esse se manifestou: *"O objetivo do equipamento é a execução do exame para diagnóstico médico, arquivamento do exame. A*

opção de visualização do traçado em tela, não altera a necessidade de impressão do exame, sendo assim a visualização apenas um opcional."

Atenciosamente,

Pregoeiro,

Portaria Conjunta nº 79/2019/SMS/HMSJ



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 21/01/2020, às 13:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5496161** e o código CRC **FEF64F15**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.004251-4

5496161v2