

**ANÁLISE SEI Nº 0024841894/2025 - SES.UAD.ACM**

Joinville, 17 de março de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA**PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2025****LOTE 1****ITEM 01 - 26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA**

DESCRIÇÃO	26606 - TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA FAIXA DE LEITURA: 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; REAÇÃO ENZIMÁTICA: GLICOSE OXIDASE OU GLICOSE DESIDROGENASE COM NICOTINAMIDA-ADENINA, OU GLICOSE DESIDROGENASE COM FLAVINA-ADENINA DINUCLEOTÍDEO; QUE MEÇA POR APARELHO COM TECNOLOGIA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA, DESDE QUE POSSUA TECNOLOGIA QUE O DEPÓSITO DO SANGUE NA TIRA NÃO OCORRA NO CENTRO DO APARELHO GLICOSÍMETRO. PERMITA A VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA EM CRIANÇAS E ADULTOS, ACONDICIONADA EM FRASCO COM TAMPAS QUE A PROTEJA CONTRA FATORES AMBIENTAIS COM NO
FORNECEDOR	ANGULAR SAÚDE
MARCA	MEDISIGN
REGISTRO ANVISA	80102512254
LOTE	HYI09H2D1
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	01 FRASCO COM 50 TESTES

AValiação Técnica**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA**LOTE 1****ITEM 02 - 32743 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS**

DESCRIÇÃO	32743 - GLICOSÍMETRO COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS APARELHO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. DEVE REALIZAR LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA; FAIXA DE LEITURA DE 20 MG/DL A 500 MG/DL OU SUPERIOR; TEMPO DE LEITURA IGUAL OU INFERIOR A 25 SEGUNDOS; POSSUIR TELA DE LCD QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO NO MÍNIMO DOS VALORES DOS TESTES E INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE
-----------	--

	NO MÍNIMO 300 TESTES; POSSUIR SISTEMA DE TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS PARA O ARMAZENAMENTO LOCAL NO COMPUTADOR, SEM A NECESSIDADE DE USO DE INTERNET E/OU ARMAZENAMENTO EM "NUVEM"; FORNECER UM CABO USB COMPATÍVEL COM O APARELHO PARA TRANSMISSÃO DOS DADOS AO COMPUTADOR A CADA 20 GLICOSÍMETROS FORNECIDOS; DISPONIBILIZAR SOFTWARE E MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.
FORNECEDOR	ANGULAR SAÚDE
MARCA	MEDISIGN
REGISTRO ANVISA	80102512238
LOTE	HB3X381325
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	01 APARELHO

AValiação Técnica**Embalagem**

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

Atendimento ao Descritivo

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

Funcionalidade/ Utilização Prática

Apontamentos: Após a verificação da glicemia nas análises, o equipamento foi encaminhado para a área de TI da Secretaria da Saúde para verificação se o sistema de transmissão de dados do glicosímetro para o computador atende as exigências do edital. Após verificação, a área de TI informou que o sistema de transmissão atende na íntegra as exigências do edital.

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

Conclusão: Amostra Aprovada

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 08/04/2025, às 14:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024841894** e o código CRC **F4A33C35**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.287959-3

0024841894v7