

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
66	PLACA ELETROCIRURGICA PLACA DE RETORNO (PLACA TERRA) DESCARTAVEL, ADULTO, RECOBERTA COM POLIMERO HIDROGEL, CONDUTOR QUE ADAPTA-SE TOTALMENTE A REGIÃO DO CORPO ONDE ESTÁ SENDO APLICADA, COM BORDAS ADESIVAS QUE IMPEÇAM A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS NA ZONA DE CONTATO, POSSUIR SISTEMA DE MONITORAÇÃO DA QUALIDADE DE CONTATO QUE IMPEÇA QUEIMADURAS POR FUGA DE CORRENTE (COMPATIVEL COM SISTEMA REM), QUE BLOQUEIA O USO DO BISTURI ELETRICO QUANDO OCORRER QUEDA NO SINAL DE IMPEDANCIA, BIPARTIDA, SEM CABO CONECTOR ELETRICO. COMPATIVEL COM O CABO/CONECTOR DOS BISTURIS ELETRICOS WEN, MODELO SS-500; VALLEYLAB MODELO FORCE 2, BIRTCHEER MODELO 4400 POWER PLUS.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2026

SETOR TESTE:

MARCA: Bowa

FORNECEDOR: Bowa Medical

LOTE: 537-539

FABRICANTE: Bowa Medical / BOWA-eletronic GmbH & Co. KG

REGISTRO ANVISA: 81532930014

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: Placa de cauterio com boa adaptação ao corpo do paciente, boa cabagem e sem desconexão ou interferências durante o procedimento cirúrgico.

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 11/08/26

Dr. Giuliano S. Bortolotto
 CRM 18693 - RQE 16194
 Assessoria

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de CAME / PADRONIZAÇÃO – Ramal: 9137

ITEM	MATERIAL
68	SENSOR DE MONITORIZAÇÃO DA FUNÇÃO CEREBRAL UNILATERAL OU BILATERAL SENSOR ADESIVO HIPOALÉRGICO, CIRCUITO EM POLIÉSTER, COM ELETRODOS COMPOSTOS POR GEL AQUOSO E DISCO EM PLÁSTICO NYLON, ISENTO DE LÁTEX E PVC, RADIOTRANSARENTE. DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO, A MONITORIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CURVA DE EEG, ÍNDICE DE PROFUNDIDADE ANESTÉSICA OU ÍNDICE DE SEDAÇÃO, EMG (ELETROMIOGRAFIA FACIAL), ÍNDICE DE ARTEFATOS OU ÍNDICE DE QUALIDADE DE SINAL E SR (RELAÇÃO/FATOR DE SUPRESSÃO). COMPATÍVEL COM O USO SIMULTÂNEO DE EQUIPAMENMTO DE ELETROCAUTÉRIO E ULTRASSOM, SEM INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DO SINAL OU FUNCIONAMENTO DOS PARÂMETROS MONITORADOS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E LACRADO, DEVE POSSUIR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 244/2026

SETOR TESTE:

MARCA: COVIDIEN

FORNECEDOR: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

LOTE: 1227251B

FABRICANTE: Bis

REGISTRO ANVISA: 10349000388

QUANTIDADE: 04

EMBALAGEM: ☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica
 FUNCIONALIDADE: *boa funcionalidade, não apresentou interferência no funcionamento durante procedimento cirúrgico, satisfatório no nível eletrofisiológico e atingiu os valores de BTs de forma consistente com boa qualidade de monitorização.*

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? ☒ SIM

() NÃO MOTIVO: _____


 Maria Antônia S. Espindola
 Médico Anestesiologista
 CRM-410574


 Franciele Rosa
 Médica
 CRMSC 37178

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 11/08/26