

**Camila Cristina Kalef**

---

**De:** franciele.soares@vallitech.com.br <franciele.soares@vallitech.com.br>  
**Enviado:** Sex 08/05/2020 15:33  
**Para:** Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>  
**CC:** marcela@vallitech.com.br <marcela@vallitech.com.br>, fabiana@vallitech.com.br <fabiana@vallitech.com.br>  
**Assunto:** SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PE 209/2020 - EDITAL SEI Nº 6161648/2020 - SES.UCC.ASU - ABERTURA 15/05/2020  
**Modificado:** Sex 08/05/2020 15:33

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

HOSPITAL MUNICIPAL SAÕ JOSÉ

Ref.: Pregão Eletrônico nº 209/2020

Objeto: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA

A empresa Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos Ltda inscrita no CNPJ 01.987.265/0001-98, solicita os seguintes esclarecimentos:

- Nas especificações técnicas do objeto do anexo I menciona:

...Cabeceira e Peseira Removíveis, com dispositivo de encaixe com trava na peseira

*Diante do exposto, questiona-se a necessidade deste dispositivo na cama, , uma vez que o fato de não haver a trava na peseira é até melhor em casos de ressuscitação por exemplo, existe possibilidade de retirar esta especificação do edital, para que mais empresas possam participar do certame, ampliando assim a competitividade do certame ou justificar tal solicitação.*

- Na especificação também menciona COMANDO DAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO TIPO MEMBRANA

*Diante do exposto, os comandos devem ser por controle remoto à fio ou teclado de membrana?*

Atenciosamente e à disposição,



**FRANCIELE SOARES**

**Assistente Comercial**

**Fone: +55 (41) 3665-5702**

**Skype: Franciele Soares**

**E-mail: [franciele.soares@vallitech.com.br](mailto:franciele.soares@vallitech.com.br)**

**Site: [www.vallitech.com.br](http://www.vallitech.com.br)**



### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

#### À Empresa Vallitech Móveis Hospitalares

Prezada Senhora,

Considerando o pedido de esclarecimento apresentado ao Edital do Pregão Eletrônico nº 209/2020, segue resposta da área técnica, conforme Memorando SEI 6225042:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento da empresa Vallitech Móveis Hospitalares (SEI 6224531) referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 209/2020, destinado a Aquisição de camas hospitalares elétricas para o Hospital Municipal São José de Joinville/SC, na análise dos apontamentos da empresa, verificamos que estes são pertinentes, não trariam prejuízos a Administração Pública nem comprometeriam a assistência prestada aos pacientes do Hospital Municipal São José; sendo assim, entendemos que a alteração na descrição técnica possibilitará o aumento da competitividade no certame; frente ao exposto, solicitamos publicação de errata, para adequação das especificações técnicas conforme descrevemos a seguir:

22446- CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA  
CAMA PARA USO EM UTI, COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MÍNIMO, 180KG. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE CONSTRUÍDA EM AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTRADO EM CHAPA DE AÇO OU METAL OU ABS SUBDIVIDIDO EM 04 SECÇÕES COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEITO EM CHAPA DE AÇO, REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO DE GRADE, TRAPÉZIO E SUPORTE DE SORO; DEVE POSSUIR 04 (QUATRO) GRADES LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; ÁREA PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE SORO EM 02 (DOIS) PONTOS DO LEITO; CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS CONFECIONADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; 04

(QUATRO) RODAS, DE 125 MM DE DIÂMETRO NO MÍNIMO, COM FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTE POSIÇÕES MOTORIZADAS: SUBIR-BAIXAR, CABEÇA, JOELHOS, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO DAS POSIÇÕES ATRAVÉS DE CONTROLE, SENDO NO MÍNIMO, UM CONTROLE TIPO MEMBRANA NA GRADE LATERAL PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE E UM CONTROLE COM COMANDOS DE TRAVA NA PESEIRA OU COM FIO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE; SISTEMA DE SEGURANÇA PARA BLOQUEIO DAS ARTICULAÇÕES ELÉTRICAS; INDICADORES DE POSIÇÃO PARA FOWLER, TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO; COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO; GANCHOS LATERAIS PARA COLOCAÇÃO DE BOLSAS E DISPOSITIVOS URINÁRIOS; INCLINAÇÃO DO DORSO DE 62 GRAUS, NO MÍNIMO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 220,0CM ± 15,0CM DE COMPRIMENTO, 103,0CM ± 5,0CM DE LARGURA; DEVE PERMITIR ELEVAR E ABAIXAR A CAMA ENTRE 47,0CM E 76,0CM, NO MÍNIMO; INCLINAÇÃO DO JOELHO DE 20° OU SUPERIOR; COMANDO DE TRENDELEMBURG E REVERSO TRENDELEMBURG COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 12°; DEVE VIR COM SISTEMA DE BATERIA DE RESERVA PARA TODOS OS MOVIMENTOS EM CASO DE AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A CAMA: COLCHÃO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM NO MÍNIMO 14 CM DE ESPESSURA, COM 03 (TRÊS) DENSIDADES (CABEÇA, CORPO E PÉS) MINIMIZANDO A OCORRÊNCIA DE APARECIMENTO DE ÚLCERAS, SEM COSTURA NA PARTE SUPERIOR COM CAPA EM POLIURETANO FLEXÍVEL, RESISTENTE A SECREÇÕES, AGENTES QUÍMICOS, BACTERIOSTÁTICAS E ANTIFÚNGICAS; GANCHOS PARA BOLSAS COLETORAS NAS LATERAIS; 02 (DOIS) SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO / 60HZ. , CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA.

Nesse sentido, informamos que foi publicada errata ao Edital, alterando a descrição do item, entre outras modificações.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cristina Kalef, Servidor(a) Público(a)**, em 12/05/2020, às 10:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6241062** e o código CRC **3111928B**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

20.0.055367-7

6241062v2