

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90346/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Indicador Biológico

**Descrição Detalhada:** Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Geobacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Resposta A Partir De 20 Minutos, Aplicação: Para Esterilização A Vapor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 114540 **Quantidade Mínima Cotada:** 114540

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (114540)

2 - Reagente analítico

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Método Dpd, Características Adicionais: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 780 **Quantidade Mínima Cotada:** 780

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (780)