



## Prefeitura de Joinville

### MEMORANDO SEI Nº 0017892770/2023 - SES.UAFACM

Joinville, 04 de agosto de 2023.

À

SAP.LCT

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 262/2023

**Objeto:** Aquisição de detergente enzimático.

Em atenção ao memorando SEI nº 0017873144/2023 - SAP.LCT, segue análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo atende o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - FISPQ	8.10.3 - Cópia do Rótulo dos Produtos	Parecer
1	41300 - DETERGENTE ENZIMÁTICO Contendo no mínimo quatro enzimas, sendo obrigatório entre elas: protease, amilase e lipase, tensoativo não-iônico, que não contenha em sua formulação substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem. ph neutro, biodegradável, não corrosivo, não espumante e não irritante dérmico e ocular, degradando os contaminantes de materiais em aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios e outros em até 5 minutos, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos, apresentando eficácia na ação, seguindo-se as	lt diluido	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	Protedex/Bernieri e Cia Ltda	De acordo	371190004, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou SEI nº 0017873133 - pág. 07.	Apresentou SEI nº 0017873133 - pág. 14.	Proposta de acordo com o edital, aprovada

	instruções de diluição do fabricante. deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultrassônicas. embalagem resistente, trazendo no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, de lote, data de validade, data de fabricação, responsável técnico e número de registro no ministério da saúde. conter recomendação para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão dos objetos no rótulo ou prospecto informativo acompanhante do frasco. Litro diluído pronto. Cota Principal.								
2	41300 - DETERGENTE ENZIMÁTICO Contendo no mínimo quatro enzimas, sendo obrigatório entre elas: protease, amilase e lipase, tensoativo não-iônico, que não contenha em sua formulação substâncias carcinogênicas, mutagênicas e teratogênicas para o homem. ph neutro, biodegradável, não corrosivo, não espumante e não irritante dérmico e ocular, degradando os contaminantes de materiais em aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, fibroscópios e outros em até 5 minutos, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos, apresentando eficácia na ação, seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultrassônicas. embalagem resistente, trazendo no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, de lote, data de validade, data de fabricação, responsável técnico e número de registro no ministério da saúde. conter recomendação para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão dos objetos no rótulo ou prospecto informativo acompanhante do frasco. Litro diluído pronto. Cota Reservada até 25%.	It diluído	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	Protedex/Bernieri e Cia Ltda	De acordo	371190004, Registro Ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou SEI nº 0017873133 - pág. 07.	Apresentou SEI nº 0017873133 - pág. 14.	Proposta de acordo com o edital, aprovada

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Cristofolini Leopold, Servidor(a) Público(a)**, em 04/08/2023, às 11:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/08/2023, às 13:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017892770** e o código CRC **BD15FC45**.

---

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.153297-0

0017892770v5