



MEMORANDO SEI Nº 30293401/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 23 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 201/2026
Objeto: Aquisição de Materiais Gerais de Uso Hospitalar

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30282018 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11.1 - Amostras	Parecer
6	46679 - CAIXA EM PAPELÃO LARANJA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS QUÍMICOS, PERFURO OU CORTANTES, 7 L, COM O SÍMBOLO DA CAVEIRA RECIPIENTE RESISTENTE À PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO, COM TAMPA, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS DA ABNT NBR 13853-1:2020 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ SER FABRICADO COM PAPELÃO PLASTIFICADO (MATÉRIA PRIMA VIRGEM OU RECICLADO) OU PAPELÃO RÍGIDO COM SUPERFÍCIE	UN	Angular Produtos para Saúde Ltda	DESCARBOX	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Embora tenha sido apresentado pela empresa, o prospecto não deixa claro se o item possui a seguinte exigência prevista no edital "...deverá ser fabricado com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície impermeabilizante..."	EXIGE	Parecer prévio: classificação condicionada a empresa confirmar que o item atende a seguinte exigência do edital: "... <i>fabricado com papelão plastificado (matéria prima virgem ou reciclado) ou papelão rígido com superfície tratada com material impermeabilizante...</i> " Haverá a necessidade de apresentar as

	TRATADA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE, QUE SUPORTE AS EXIGÊNCIAS DO AMBIENTE DE SAÚDE E GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DESDE A COLETA ATÉ O DESTINO FINAL. CAIXA CONTENDO: COLETOR, FUNDO E CINTA INTERNA EM PAPELÃO RÍGIDO; BANDEJA INTERNA EM PAPELÃO ONDULADO OU RÍGIDO; SACO PLÁSTICO DE REVESTIMENTO EM POLIETILENO, OU SUPERFÍCIE INTERNA IMPERMEABILIZADA PARA IMPEDIR PASSAGEM DE LÍQUIDOS; TAMPA PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM TRAVA DE SEGURANÇA; TAMPA (INTERNA/SECUNDÁRIA) COM BOCAL PARA DESCARTE; ALÇAS; CONTRA TRAVA DE SEGURANÇA. A CAIXA DEVERÁ COMPORTAR 7 L, SER DE COR LARANJA E CONTER INFORMAÇÕES APLICADAS NA PARTE EXTERNA REDIGIDAS NO IDIOMA PORTUGUÊS: SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (QUÍMICO), CONFORME NBR 7500/2023 E SUAS ATUALIZAÇÕES. O SÍMBOLO DEVE ESTAR EXPOSTO PELO MENOS EM DUAS FACES VISÍVEIS, SENDO UMA NA POSIÇÃO FRONTAL. O TAMANHO DA IMAGEM DE IDENTIFICAÇÃO DEVE OCUPAR NO MÍNIMO 1/3 DA DIMENSÃO VERTICAL ENTRE A FACE INFERIOR E O LIMITE DE ENCHIMENTO. DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, USO E FECHAMENTO; INDICATIVO DO LIMITE MÁXIMO DE PREENCHIMENTO E DEMAIS FRASES DE ADVERTÊNCIA OBRIGATÓRIAS; NOME E						<i>com superfície tratada com material impermeabilizante...</i>	amostras. Resposta da diligência realizada: a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>Bom dia, prezados, o produto em questão é composto de papelão ondulado, que se enquadra como papelão rígido assim conforme informado na ficha técnica.</i> Ainda, apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI nº 30281907. Parecer final: o item ofertado é composto de papelão ondulado. A empresa não confirmou a presença do revestimento, assim, não possui <i>papelão plastificado ou superfície tratada com material impermeabilizante</i>, conforme exigido em edital. Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	MARCA DO PRODUTO; NÚMERO DO LOTE.								
10	13464 - COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO, 188 CM X 80 CM X 4 CM (COMP X LARG X ALT) COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO CAIXA DE OVO PARA USO HOSPITALAR, DENSIDADE 33, EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, COR CLARA, DIMENSÕES: 188CM COMPRIMENTO 80 CM DE LARGURA, COM PIRAMIDE DE NO MINIMO 04 CM DE ALTURA. (DA BASE ATE A PONTA) , EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REFERENCIA DA DENSIDADE DO COLCHÃO.	PÇ	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	GYNFLEX	De acordo.	Não apresentou	Apresentou.	-----	Análise prévia: a empresa não apresentou o registro da Anvisa do produto. Considerando-se que o produto é regulado pela Anvisa, para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente o registro Anvisa, conforme subitem 8.10.1 do edital. Resposta da diligência realizada: a empresa CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: <i>BOA TARDE, nossa empresa nao tem o anvisa , temos o registro do inmetro.</i> Parecer final: Proposta desclassificada por não atender ao item 8.10.1 do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 24/07/2026, às 06:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30293401** e o código CRC **529F1B21**.