



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0018253673/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 04 de setembro de 2023.

À SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Encaminhamos as informações dos pareceres das amostras já analisadas pelas equipes técnicas:

Nº do item	Item	Empresa	Marca	SEI do parecer	Informação
77	25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LA DALLA	DESCARPACK	0018253665	Conforme apontado no Parecer SEI nº 0018253665, o produto ofertado não atende o descritivo do edital no que se refere a exigência "luer-lock macho", exigência esta que é de suma importância para a assistência. A equipe técnica indicou ainda que o item ofertado apresenta-se muito maleável, dificultando o processo de fixação, promovendo corte do fluxo pelas dobraduras que acontece, ou seja, o item ofertado além de não atender as especificações mínimas do edital possibilita a criação de memória no tubo flexível, o que acaba por interrupção do fluxo de infusão da medicação. Amostra reprovada.
103	25582 - BOMBA ELASTOMÉRICA DE INFUSÃO 2 ML/H, PRA INFUSÃO DE ATÉ 2 DIAS SISTEMA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICO POR PRESSÃO POSITIVA PARA TERAPIA DE INFUSÃO A CURTO E LONGO PRAZO, DESCARTÁVEL, PORTÁTIL, NÃO ELÉTRICO, LIVRE DE LÁTEX E DHEP NO EQUIPO, COM CAPACIDADE DE 100 ML, QUE GARANTA O FLUXO CORRETO E TENHA FORMATO QUE GARANTA A COMODIDADE DO PACIENTE. COM CONECTORES REFORÇADOS E LINHAS ANTIDOBRA. COM PORTA DE ENCHIMENTO COM TAMPAS E SISTEMA OCLUSOR, DISPOSITIVO LIMITADOR DE FLUXO, COM ACESSÓRIOS PARA SISTEMA FECHADO, TUBO EXTENSOR, FILTRO DE AR RESIDUAL, GRADUAÇÃO DE VOLUME, CLAMP, TAMPAS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS EMISSÃO DA NF.	RBR	HARSORIA	0018253608	Conforme apontado no parecer SEI nº 0018253608, o item ofertado não suporta infusão sobre pressão. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 04/09/2023, às 13:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018253673** e o código CRC **AE457943**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.077252-8

0018253673v5

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 145/2023

ITEM: 77

25698 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPAS SOBRESSALENTES POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FEMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS E TAMPAS SOBRESSALENTES (4 NO TOTAL), TUBO FLEXIVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MINIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Cota principal 75%

FORNECEDOR: LA DALLA

MARCA: DESCARPACK

LOTE: SEUAAA017A

REGISTRO (ANVISA): 10330660264

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

*nos
atinal
usar
releitor*

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: *não atende ao descritivo no que se refere luer-lock macho e essa indicação é extremamente importante.*

() Adequada Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *não adequada pq se apresenta muito maliciável, dificultando o acesso de fixação e por promover forte do fluxo pelas dobraduras que a contém.*

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: *não é adequado para uma assistência/fluxo contínuo das medicações.*

DATA: *22/08/23*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO


Dr. [Name] de Souza
CRM [Number]
CORRETORETO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 145/2023

ITEM: 103

18719 - TORNEIRINHA 03 VIAS PARA INFUSÃO SOB PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI TORNEIRINHA DE TRES VIAS, QUE PERMITA A INFUSAO DE VOLUME SOB PRESSAO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI. FABRICADO EM POLIAMIDA RESISTENTE. DUAS CONEXOES LUER FEMEA E UMA CONEXAO SPIN LOCK. DEVE PERMITIR GIRAR SOBRE SEU PROPRIO EIXO, NÃO PERMITINDO ASSIM A OCORRENCIA DE DOBRAS DOS CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSAVEL TECNICO.

FORNECEDOR: RBR

MARCA: HARSORIA

LOTE: B10488/0187

REGISTRO (ANVISA): 81499570006

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

() Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: *Porque não nos promove a garantia de conexão com os dispositivos, quando aplicado com pressão.*

() Adequada Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM NÃO

JUSTIFICATIVA: *Desfavoreceu o processo de segurança na infusão da medicação, pois não suporta processo de infusão sobre pressão.*

DATA: *22/08/23*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

