



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 338/2021

Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, aos usuários do Sistema Único de Saúde, acolhidos no Hospital Municipal São José, que necessitem de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade nas especialidades de Cirurgia em Coluna Vertebral.

ESCLARECIMENTOS:

Recebido em 05 de novembro de 2021 às 17h46min (documento SEI 0010969775).

1º Questionamento: "Analisando o Item 01 do Lote 01, foi percebido que o referido item encontra-se com o valor muito abaixo do valor de mercado, por este motivo gostaríamos de saber se realmente se trata do Cage ALIF Bloqueado, visto que o valor estimado está incompatível até mesmo com o Cage sem bloqueio".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 0010970111. Em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010981953, do qual transcreve-se a seguir:

a) acerca dos valores estimados para os itens e seus descritivos:

Registra-se que os valores estimados dos itens para compor o Edital do Pregão Eletrônico 338/2021 foram calculados de acordo com a ampla pesquisa de preços realizada.

Para tanto, observou-se o disposto no art. 31 da Instrução Normativa 001/2021 da Secretaria de Administração e Planejamento.

Além disso, em todos os casos, realizou-se a análise dos valores das fontes de preços válidas e o cálculo do valor estimado foi pautado pelo princípio da economicidade, afim de verificar-se a vantagem econômica ao erário.

No que se refere aos descritivos dos itens, o Edital é claro em demonstrá-los no Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos, assim como no Anexo VII - Termo de Referência.

2º Questionamento: "Analisando o Item 03 do Lote 02, foi percebido que o referido item encontra-se com o valor muito abaixo do valor estimado para o Item 02 do mesmo Lote. Visto que ambos os Dispositivos referem-se ao mesmo material, gostaríamos de entender a discrepância entre os valores dos mesmos".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 0010970111. Em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010981953, do qual transcreve-se a seguir:

a) acerca dos valores estimados para os itens e seus descritivos:

Registra-se que os valores estimados dos itens para compor o Edital do Pregão Eletrônico 338/2021 foram calculados de acordo com a ampla pesquisa de preços realizada.

Para tanto, observou-se o disposto no art. 31 da Instrução Normativa 001/2021 da Secretaria de Administração e Planejamento.

Além disso, em todos os casos, realizou-se a análise dos valores das fontes de preços válidas e o cálculo do valor estimado foi pautado pelo princípio da economicidade, afim de verificar-se a vantajosidade econômica ao erário.

No que se refere aos descritivos dos itens, o Edital é claro em demonstrá-los no Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos, assim como no Anexo VII - Termo de Referência.

3º Questionamento: "Analisando o Item 06 do Lote 02, foi percebido que o referido item encontra-se com o valor muito abaixo do valor de mercado. Gostaríamos de saber de qual Enxerto se trata, visto que o enxerto compatível com os Dispositivos constantes no mesmo Lote possui valor de mercado muito superior ao estimado para o referido item".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 0010970111. Em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010981953, do qual transcreve-se a seguir:

a) acerca dos valores estimados para os itens e seus descritivos:

Registra-se que os valores estimados dos itens para compor o Edital do Pregão Eletrônico 338/2021 foram calculados de acordo com a ampla pesquisa de preços realizada.

Para tanto, observou-se o disposto no art. 31 da Instrução Normativa 001/2021 da Secretaria de Administração e Planejamento.

Além disso, em todos os casos, realizou-se a análise dos valores das fontes de preços válidas e o cálculo do valor estimado foi pautado pelo princípio da economicidade,

afim de verificar-se a vantajosidade econômica ao erário.

No que se refere aos descritivos dos itens, o Edital é claro em demonstrá-los no Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos, assim como no Anexo VII - Termo de Referência.

4º Questionamento: "Analisando a forma de entrega, gostaríamos de saber se o material deverá ser entregue em regime de consignação provisória (por cirurgia) ou se o material deverá permanecer dentro do hospital durante toda a vigência do Contrato".

Resposta: Considerando o pedido de esclarecimento acima, informo que foi solicitado análise técnica do pedido por intermédio do Memorando SEI 0010970111. Em resposta ao mesmo, recebemos o Memorando SEI 0010981953, do qual transcreve-se a seguir:

b) acerca da forma de entrega:

O formato da entrega esta expresso em edital, no Anexo VII - Termo de Referência:

4-Prazo de entrega e forma de entrega:

A entrega ocorrerá de forma parcelada, em até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da solicitação.

5-Local de entrega e horário de entrega:

A entrega deverá acontecer de segundas as sexta-feiras, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 11h 30min e das 13h às 16h 30min, no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais, localizado na rua Plácido Gomes, 488, Centro, telefone para contato (47) 3441-6656. Para horários diferenciados o setor deverá ser previamente consultado da disponibilidade.

(...)

8-Obrigações da Contratada específicas do objeto, do Termo de Referência:

(...)

6. O material será entregue em regime de CONSIGNAÇÃO e será pago somente se utilizado. As Notas Fiscais referentes ao material utilizado deverão ser entregues obrigatoriamente com no máximo 03 (três) dias úteis após o encaminhamento da Autorização à empresa. Somente serão faturados os itens utilizados, conforme descrito em gasto de sala emitido pelos Centro Cirúrgico Geral e Ambulatorial ou saída de material nominal ao paciente.

Nesse sentido, transcreve-se o disposto no subitem 7 do item 8 do Termo de Referência, Anexo VII do Edital:

8-Obrigações da Contratada específicas do objeto, do Termo de Referência:

(...)

7. Ao final da contratação a empresa tem o prazo de até 5 dias úteis para retirar os materiais consignados.

Assim, informa-se que o material deverá permanecer no hospital durante a vigência do Contrato.

Atenciosamente,

Pregoeiro,
Portaria nº 323/2021



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 09/11/2021, às 11:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010990353** e o código CRC **336FD07C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.170690-6

0010990353v7