



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

PREGÃO ELETRÔNICO nº 043/2022

Objeto: Aquisição de Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica para o Hospital Municipal São José.

ESCLARECIMENTO:

Recebido em 25 de janeiro de 2022 às 18h46min. (documento SEI 0011754864).

1º Questionamento: *"O Edital solicita: "Cabeceira e peseira removíveis, com dispositivo que garanta a segurança do paciente, podendo ser com sistema de trava na peseira" A cama PRIOMA600 da fabricante ARJO é projetada com cabeceira e peseira removíveis de fácil e segura movimentação para o usuário. No entanto estas estruturas são preparadas para não se soltarem durante a movimentação da cama ou durante o deslocamento do paciente, proporcionando segurança para o mesmo. Ratificamos que todas as tecnologias desenvolvidas pela ARJO preconizam a facilidade de utilização por parte do usuário e segurança para o paciente. Desta forma, solicitamos esclarecimento a característica técnica da cama PRIOMA600 atende a necessidade da instituição."*

2º Questionamento: *"O Edital solicita: "Deve possuir no mínimo nas laterais, espuma com densidade mais elevada para que o paciente ao sentar na borda para sair não escorregue" A cama PRIOMA600 da fabricante ARJO é projetada para oferecer segurança ao paciente durante as movimentações no leito. A cama permite regulagem de altura extrabaixa para que o paciente possa sentir-se seguro ao sair do leito com ou o auxílio de profissionais, reduzindo o risco de quedas. Além disso, o colchão PENTAFLEX é desenvolvido para melhor distribuição de cargas evitando pontos de pressão e consequentemente lesões de pele. Isto garante ao paciente que ao sentar-se em qualquer ponto do colchão apresente instabilidade que possa ocasionar risco de queda. Desta forma, solicitamos esclarecimento a característica técnica da cama PRIOMA600 atende a necessidade da instituição."*

Resposta: Informamos que os referidos questionamentos foram enviados para a equipe técnica, conforme Memorando SEI nº 0011754879, sendo respondido através do documento SEI nº 0011760620, do qual extrai-se:

Em resumo, a empresa trás informações sobre o produto que pretende ofertar e solicita que seja informado se as características deste atendem as necessidades desta Administração. Inicialmente informamos que esta Secretaria da Saúde não realiza análises antes da disputa de lances; expomos ainda, que após a disputa de lances, a análise será realizada em conformidade com o descrito no edital, assim, as empresas deverão apresentar os prospectos dos itens a serem ofertados.

Por fim, expomos que os produtos ofertados pelos licitantes deverão preencher todas as especificações técnicas previstas no item 2 do Termo de Referência.

Atenciosamente,

Pregoeira, **Giovanna Catarina Gossen**
Portaria nº 001/2022 - SEI nº 0011532106



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2022, às 13:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011775754** e o código CRC **3F39884D**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.261817-4

0011775754v3