

MEMORANDO SEI N° 0019809241/2024 - HMSJ.SUP.OPME

Joinville, 17 de janeiro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 441/2023 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI N°
BALT - item 47	0019788478 - APROVADO
ENDOTEC - item 51	0019809239 - APROVADO

Protocolo de amostras:

BALT BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 0019765005

ENDOTEC PRODUTOS MÉDICOS - 0019809237

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 22/01/2024, às 10:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019809241** e o código CRC **AC6A0011**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.214297-1

0019809241v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
47	30116 - MICRO GUIA 0,014" MICRO GUIA 0,014" MICRO-GUIA HIDROFILICO EM AÇO INOXIDÁVEL. DESENVOLVIDO PARA PROMOVER SUPORTE NA INTRODUÇÃO E DIRECIONAMENTO DO MICRO CATETER NA VASCULATURA. PONTE RETA MOLDÁVEL, DIÂMETRO: 0,014" COMPRIMENTO: 180 A 200CM (CÓD. SUS: 0702050369).

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 441/2023 SEI: 23.0.214297-1

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BALT/HYBRID

FORNECEDOR: BALT BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 81936210017

LOTE: 00540880

FABRICANTE: FABRICANTE: BALT EXTRUSION SAS - FRANÇA

QUANTIDADE AVALIADA: 02


EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: microguia Hybrid 014 adequado para trata-
mentos endovasculares cerebrais


 Dra. Tamara M. Zavadzki
 Neuroradiologia Intervencionista
 CRM-SC 34.705

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 22/01/2024

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
51	30121 - MICRO MOLAS DESTACÁVEIS COM DUPLO FILAMENTO DE POLIPROPILENO DESTACAMENTO MECÂNICO MICRO MOLAS EM PLATINA NOS MODELOS 2D (HELICAL) OU 3D. INDICADA PARA O TRATAMENTO DE ANEURISMAS E OUTRAS PATOLOGIAS ENDOVASCULARES. SISTEMA PROGRESSIVO DE ESCOLHA DE ACORDO COM GUIA PRIMÁRIA E DIÂMETRO EXTERNO DA MOLA. CALIBRES VARIANDO ENTRE 0,0115" E 0,0145". DESTACAMENTO MECÂNICO, SEM CAIXAS E BATERIAS. DIÂMETROS VARIANDO ENTRE 1,5 E 20 MM E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 02 E 50 MM PARA OS MODELOS 2D E DIÂMETROS VARIANDO ENTRE 02 E 25 MM E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 02 E 50 MM PARA OS MODELOS 3D EXCELENTE PACKING (EMPACOTAMENTO) E ESTABILIDADE A LONGO PRAZO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL. (CÓD. SUS: 0702010138 - ESPIRAIS DE PLATINA). FORNECER DISPARADOR COMPATÍVEL COM A MICRO MOLA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 441/2023 SEI: 23.0.214297-1

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: Microplex / Microvention

FORNECEDOR: ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS S/A

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80583400010 / 80583400025

LOTE: 0000391303 / 0000306843

FABRICANTE: MICROVENTION, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

QUANTIDADE AVALIADA: 02

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: Espirais metálicas (micromolas) adequadas para embolização endovascular intracraniana

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 22/01/2024