



MEMORANDO SEI Nº 0025221056/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 17 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao documento SEI nº 0025219022, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1- Registro Anvisa	8.10.2- Prospecto, ficha técnica, print de tela	Amostras?	Parecer
23	910562 - DRENO DE TORAX 28 C/2000 ML (KIT COMPLETO) KIT ESTÉRIL, COMPOSTO DE FRASCO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EM PVC, ESCALA GRADUADA A CADA 50 ML, TAMPA ROSQUEADA, EXTENSOR EM PVC COM PONTA RÍGIDA PARA CONEXÃO AO DRENO SEM RISCOS DE SOLTAR, COM PINÇA TIPO CLAMP E ALÇA. DRENO Nº 28, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, RADIOPACO; EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO E	KIT	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BIOTEC	De acordo	80330630017, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	---	Na análise preliminar, a aprovação foi condicionada a empresa confirmar que o item proposto atende as exigências do edital: 1- Extensor em PVC com ponta rígida para conexão ao dreno sem riscos de soltar;

DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.								2- Pinça tipo clamp; 3- Que o dreno de tórax 28 é radiopaco. No retorno, a empresa manifestou-se: " <i>Prezados, bom dia! A parte opcional é referente ao USO do produto, mas ele vai completo. Segue anexos para comprovação. Os documentos anexos servem para todos os tamanhos pois dizem respeito ao material do produto.</i> " Proposta classificada.
---	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 17/04/2025, às 09:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0025221056** e o código CRC **2CF2644E**.