

MEMORANDO SEI Nº 0019989560/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras

Pregão Eletrônico 327/2023 - Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville

Informações que as amostras dos itens 25, 27, 29 foram recebidas nesta Secretaria da Saúde no prazo estipulado na convocação. As amostras foram analisadas e reprovadas, conforme informações a seguir:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	EMPRESA	MARCA	Parecer
25	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE	Unidade	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA	BRAVA/ AMERICA	Conforme parecer SEI nº 0019989465, o edital exige gramatura mínima de 40 g/m2 e a amostra possui gramatura inferior (20 g/m2). A embalagem indica medida de 140 cm X 140 cm e a amostra possui medidas de 138 X 127 cm. Amostra reprovada
27	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO	Unidade	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA	BRAVA/ AMERICA	Conforme parecer SEI nº 0019989555, A embalagem indica medida de 140 cm X 120 cm e a amostra possui medidas de 132 X 117cm. Amostra reprovada
29	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA	Unidade	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA	BRAVA/ AMERICA	Conforme parecer SEI nº 0019989405, o edital exige gramatura mínima de 40 g/m2 e a amostra possui gramatura inferior (30 g/m2). O edital exige largura mínima de cm e a amostra apresenta largura de 150 cm. A empresa também apresentou amostra com registro Anvisa divergente do informado na proposta. Na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 82263440010 e a amostra possui o registro Anvisa 82263440001. Amostra reprovada

A amostra do item 35 não foi recebida até a presente data (prazo máximo para a apresentação da amostra).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 19:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019989560** e o código CRC **EC00D076**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019989560v4

ANÁLISE SEI Nº 0019989405/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM 29- AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL);

DESCRIÇÃO	29855 - AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL PARA USO LABORATORIAL E EM NECRÓPSIA (ACEITA-SE ESTÉRIL OU NÃO ESTÉRIL); DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, IMPERMEÁVEL (COM FILME IMPERMEÁVEL), GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 150 CM. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSAO DE NF DE ENTREGA.
FORNECEDOR	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA
MARCA	BRAVA/ AMERICA
REGISTRO ANVISA	82263440001- Divergente do indicado na proposta
LOTE	231017-04
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	10 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige gramatura mínima de 40 g/m² e a amostra possui gramatura inferior (30 g/m²). O edital exige largura mínima de cm e a amostra apresenta largura de 150 cm. A empresa também apresentou amostra com registro Anvisa divergente do informado na proposta. Na proposta a empresa indicou o registro Anvisa 82263440010 e a amostra possui o registro Anvisa 82263440001

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não atende as especificações mínimas do edital

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADA



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 19:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019989405** e o código CRC **73731003**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019989405v4

ANÁLISE SEI Nº 0019989465/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM 25- AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE

DESCRIÇÃO	9424 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA
MARCA	BRAVA/ AMERICA
REGISTRO ANVISA	82263440010
LOTE	231106-01
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: O edital exige gramatura mínima de 40 g/m² e a amostra possui gramatura inferior (20 g/m²). A embalagem indica medida de 140 cm X 140 cm e a amostra possui medidas de 138 X 127 cm.

() Adequada inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não atende as especificações mínimas do edital e a amostra não atende as medidas indicadas na embalagem

() Adequada inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADA



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 19:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019989465** e o código CRC **943EB064**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019989465v3

ANÁLISE SEI Nº 0019989555/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 327/2023

ITEM 27- AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO

DESCRIÇÃO	9423 - AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO PARA USO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO, COR BRANCO OU AZUL, HIDRORREPELENTE, GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 40G/M ² , ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS, MANGAS COMPRIDAS, PUNHO COM ELÁSTICO OU MALHA SANFONADA, DOBRA CIRÚRGICA, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA
MARCA	BRAVA/ AMERICA
REGISTRO ANVISA	82263440010
LOTE	231206-06
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	4 unidades

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos:

(X) Adequada () inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A embalagem indica medida de 140 cm X 120 cm e a amostra possui medidas de 132 X 117cm.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: A amostra não atende as medidas indicadas na embalagem.

() Adequada (X) inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADA



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 01/02/2024, às 19:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019989555** e o código CRC **2145D6B1**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.176853-2

0019989555v3