

**MEMORANDO SEI N° 0020458780/2024 - SES.UFL.LAB**

Joinville, 08 de março de 2024.

**À SAP - LCT**

Sra. Pregoeira Luciana Klitzke

**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **542/2023**

**Objeto:** Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Agulhas/Tubos/Coletores de resíduos), para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezada Senhora,

Em atenção a Informação SEI nº 0020277361, referente a convocação do item 14, informamos que a amostra foi recebida e testada pela equipe técnica do Laboratório Municipal.

Sendo assim, segue o Parecer Técnico:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer Técnico
14	26211 - COLETOR PARA RESÍDUO INFECTANTE PERFURO CORTANTE RÍGIDO 1 L CONFECCIONADO EM PLASTICO RÍGIDO, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A PERFURAÇÕES. CONSTITUÍDO POR: COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMP A, DESCONNECTOR DE AGULHAS NA TAMP A. POSSUIR SOBRET AMPA. 1 L. COR AMARELA, IDENTIFICAÇÃO COM SÍMBOLO DE INFECTANTE.	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Labor Import	<b>APROVADA</b> Parecer técnico 0020458899

Atenciosamente,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020458780** e o código CRC **5AE8D1E4**.

---

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

23.0.255210-0

0020458780v5

**Parecer Técnico N° 13/2024**

**Material:** Descartador de Perfurocortantes

**Quantidade Enviada:** 1 unidade

**Marca:** Labor Import

**Lote:** 23DMG089

**Validade:** 25/04/33

**Sector Avaliador:** Coleta e controle de qualidade **Período da Avaliação:** Fevereiro e Março/2024

1. As características físicas do recipiente estão de acordo com o padrão ?  SIM ( ) NÃO

Coletor para resíduo infectante perfuro cortante rígido 1 l confeccionado em plástico rígido, impermeável, resistente a perfurações. Constituído por: coletor propriamente dito, tampa, desconector de agulhas na tampa. Possuir sobretampa. 1 l. Cor amarela, identificação com símbolo de infectante.

2. A tampa veda bem ?  SIM ( ) NÃO

3. Tamanho da boca do recipiente facilita o ato de desprezar o material perfurocortante?

SIM ( ) NÃO

4. Recipiente tem marca para orientar o volume máximo de preenchimento?

SIM ( ) NÃO

5. Boa visualização do material?  SIM ( ) NÃO ( ) Não se aplica

6. É de material resistente?  SIM ( ) NÃO

7. Boa segurança no manuseio?  SIM ( ) NÃO

8. Contem alça para transporte? ( ) SIM  NÃO *Não se aplica*

9. Contem o símbolo de material infectante?  SIM ( ) NÃO

10. Após o travamento da tampa de segurança, esta se mantém travada?

SIM ( ) NÃO

**Avaliação:**  **Aprovado**

( ) **Reprovado**



Michelle Regine Anversi Cordeiro  
Técnico em Análises Clínicas – CRF 0178AU  
Matrícula 44.143

Carolina Simone de Souza de Oliveira  
Responsável Técnica - CRF/SC 8600  
Coordenação

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE JOINVILLE  
CAROLINA SIMONE DE SOUZA DE OLIVEIRA  
Responsável Técnico – CRF 8600  
Matrícula 40.412