

**OFÍCIO SEI Nº 30476493/2026 - HMSJ.CAOP**

Joinville, 07 de agosto de 2026.

**À Secretaria de Administração e Planejamento**  
**Unidade de Licitações**

**Assunto:** Resposta ao Memorando SEI Nº 30473780/2026 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao memorando supracitado, referente a proposta comercial apresentada pela empresa CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA, através do Anexo SEI nº 30462234, bem como a Proposta Atualizada, conforme Anexo SEI n. 30473771, referente ao processo destinado à "Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Videolaringoscópio Portátil", servimo-nos do presente expediente para responder o que segue:

| Item | Material/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fornecedor                                                                                 | Marca/Fabricante        | Análise técnica                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 47439 - VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL - EQUIPAMENTO PARA TODOS OS TIPOS DE INTUBAÇÕES, INCLUSIVE INTUBAÇÕES ENDOTRAQUEAIS DIFÍCEIS. - COM SISTEMA DE VÍDEO; - SISTEMA ANTI EMBACAMENTO); - CÂMERA RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1080X720; - MONITOR PORTÁTIL COM DISPLAY (TELA) DE NO MÍNIMO 2,5" HD; - COM FONTE DE LUZ LED DE ALTA INTENSIDADE; - TELA ANTIRREFLEXIVA COLORIDA; - ENERGIA FORNECIDA ATRAVÉS DE BATERIA, DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA DE USO CONTINUO DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS; - O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR DOWNLOAD DE DADOS, FOTOS E VÍDEOS ARMAZENADOS; - ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CARREGAMENTO DA BATERIA, BOLSA PARA TRANSPORTE E AS SEGUINTE LÂMINAS | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | CORERA Y - Modelo CR-31 | <b>Após análise técnica constatamos que o item ofertado atende as exigências do edital, estando a proposta aprovada.</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>METÁLICAS REUTILIZÁVEIS :<br/>02 (DUAS) MACINTOSH<br/>TAMANHO 3 (ADULTO<br/>PEQUENO), 02 (DUAS)<br/>MACINTOSH TAMANHO 4<br/>(ADULTO GRANDE), 02 (DUAS)<br/>LÂMINAS D-BLADE (VIAS<br/>AÉREAS DI?CEIS); AS LÂMINAS<br/>DEVEM SER PASSÍVEIS DE SER<br/>SUBMETIDA A PROCESSOS DE<br/>DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO<br/>. - O EQUIPAMENTO DEVE SER<br/>ACOMPANHADO DE MANUAL<br/>DE INSTRUÇÕES EM<br/>PORTUGUÊS. - POSSUI<br/>REGISTRO ANVISA.</p> |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Detros, Diretor (a) Executivo (a)**, em 07/08/2026, às 14:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30476493** e o código CRC **342C7E67**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-050 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

26.0.157463-6

30476493v4