



MEMORANDO SEI Nº 30164873/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 13 de julho de 2026.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 289/2026.

Objeto: Aquisição de Sondas e Coletores.

Em atenção aos Memorandos SEI nº 30150288 e 30159127, seguem as análises técnicas solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marc a Registrada	Modelo /Versão	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	11 - Amostr as	Parecer
46	913350 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 14 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 14, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PC	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	WEL LEAD	Há a necessidade de confirmação	De acordo	Consta na proposta o resgistro Anvisa 10150470 609- Látex siliconizado; entretanto , consta no print de tela o registro Anvisa 10150470 484- 100% silicone.	Apresentou print de tela de um produto e ficha técnica de outro produto	-	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- Qual o registro Anvisa do produto ofertado. 2- Confirme se o item ofertado é confeccionado em silicone. 3- Reapresente a documentação técnica (prospecto, ficha técnica ou print de tela) referente ao produto ofertado.
47	911053 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 16 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 16, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO	PC	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	WEL LEAD	Há a necessidade de confirmação	De acordo	Consta na proposta o resgistro Anvisa 10150470 609- Látex siliconizado; entretanto , consta no print de tela o registro Anvisa 10150470 484-	Apresentou print de tela de um produto e ficha técnica de outro produto	-	Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- Qual o registro Anvisa do produto ofertado. 2- Confirme se o item ofertado é confeccionado em silicone.

	INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						100% silicone.			3- Reapresente a documentação técnica (prospecto, ficha técnica ou print de tela) referente ao produto ofertado.
48	919334 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 18 SILICONE COM DUAS VIAS, 100% SILICONE, SUPERFÍCIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	Medix 18fr 9748	De acordo	80495510042- Registro vigente para sonda foley em silicone, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, classificada.
49	919335 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 20 SILICONE COM DUAS VIAS, 100% SILICONE, SUPERFÍCIE SILICONIZADA, COM BALAO VOLUMETRICO 5CC, INFORMACOES TECNICAS GRAVADAS NO FUNIL DE DRENAGEM DE FORMA NITIDA E PERMANENTE, VALVULA DE FACIL MANIPULACAO, PERFEITA VEDACAO, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	Medix 20fr 9749	De acordo	80495510042- Registro vigente para sonda foley em silicone, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	-	Proposta de acordo com o edital, classificada.
50	910555 - SONDA TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 SILICONE SONDA TIPO FOLEY Nº 22,	PC	CMH - CENTRAL DE MEDICA	WEL LEAD	Há a necessidade de	De acordo	Consta na proposta o registro Anvisa	Apresentou print de tela de um produto e	-	Para continuidade na análise, solicitamos que

CONFECCIONADA EM SILICONE, COM 2 VIAS, VALVULADA. POSSUIR FORMATO ARREDONDADO E LISO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE. NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NA SONDA. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MENTOS HOSPITA LARES LTDA	confirm ação	10150470 609- Látex siliconizado; entretanto, consta no print de tela o registro Anvisa 10150470 484- 100% silicone.	ficha técnica de outro produto	a empresa confirme: 1- Qual o registro Anvisa do produto ofertado. 2- Confirme se o item ofertado é confeccionado em silicone. 3- Reapresente a documentação técnica (prospecto, ficha técnica ou print de tela) referente ao produto ofertado.
---	---------------------------	--------------	--	--------------------------------	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 13/07/2026, às 13:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30164873** e o código CRC **43BC54B8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.127334-2

30164873v2