



## MEMORANDO SEI Nº 0019908372/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 25 de janeiro de 2024.

À  
SAPLCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 581/2023.

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atendimento ao Memorando SAPLCT (SEI nº 0019827604), segue a análise técnica solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca/ Modelo	Amostras?	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto	PARECER
109	2133 - LINHA DE AMOSTRA DE GASES LINHA DE AMOSTRA DE GASES DE NO MÍNIMO 03 METROS COMPATÍVEL COM ANALISADOR DE GASES SCIO FOUR OXI PLUS DO MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO KAPPA	Peças	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VENTCARE/ VENTCARE	-----	De acordo	80677049004- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás algumas informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende as seguintes exigências do edital:  1- Que a linha possui comprimento de no mínimo 3 metros;  2- Que a linha é compatível com o analisador de gases Scio Four Oxi Plus do monitor multiparâmetro Drager Modelo Kappa
113	41884 - MÁSCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NASAL ADULTO TAM P COM ALMOFADA CONFECCIONADA EM SILICONE, SUBSTITUÍVEL, COM APOIO DE TESTA; POSSUIR CLIPES DE ATALHO; FIXADOR DA CABEÇA; PARA PACIENTE ADULTO TAMANHO M, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DAS TIRAS DE VELCRO E PRESILHAS QUE CONECTAM AS TIRAS INFERIORES DO FIXADOR COM A ARMAÇÃO DA MÁSCARA. RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ N5 TAMANHO P	EXIGE	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende às seguintes exigências do edital:  1- Que o fixador de cabeça é ajustável através das tiras de velcro e presilhas que conectam as tiras inferiores do fixador com a marcação da máscara;
114	41885 - MÁSCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NASAL ADULTO TAM M COM ALMOFADA CONFECCIONADA EM SILICONE, SUBSTITUÍVEL, COM APOIO DE TESTA; POSSUIR CLIPES DE ATALHO; FIXADOR DA CABEÇA; PARA PACIENTE ADULTO TAMANHO M, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DAS TIRAS DE VELCRO E PRESILHAS QUE CONECTAM AS TIRAS INFERIORES DO FIXADOR COM A ARMAÇÃO DA MÁSCARA. RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ N5 TAMANHO M	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende às seguintes exigências do edital:  1- Que o fixador de cabeça é ajustável através das tiras de velcro e presilhas que conectam as tiras inferiores do fixador com a marcação da máscara;
115	41886 - MÁSCARA DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA NASAL ADULTO TAM G COM ALMOFADA CONFECCIONADA EM SILICONE, SUBSTITUÍVEL, COM APOIO DE TESTA; POSSUIR CLIPES DE ATALHO; FIXADOR DA CABEÇA; PARA PACIENTE ADULTO TAMANHO G, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DAS TIRAS DE VELCRO E PRESILHAS QUE CONECTAM AS TIRAS INFERIORES DO FIXADOR COM A ARMAÇÃO DA MÁSCARA. RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ N5 TAMANHO G	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende às seguintes exigências do edital:  1- Que o fixador de cabeça é ajustável através das tiras de velcro e presilhas que conectam as tiras inferiores do fixador com a marcação da máscara;
116	41887 - MÁSCARA FACIAL PARA CPAP TAMANHO ADULTO - P REUTILIZÁVEL, ESPECÍFICA PARA VNI COM CONTORNO EM SILICONE, COM ESPAÇADOR PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL A TESTA, ALMOFADA EM SILICONE AUTO MOLDÁVEL PARA POSICIONAMENTO; QUE PERMITA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIXADOR EM VELCRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL COM QUATRO PONTOS, SENDO DOIS NA TESTA E DOIS NA PARTE INFERIOR DA MÁSCARA, CAMADA DUPLA E ESPAÇADOR EM GEL, COTOVELO REMOVÍVEL, COM VÁLVULA ANTI- ASFIXIA. SAÍDA PARA APORTE DE OXIGÊNIO PARA TAMANHOS VARIADOS DA CONEXÃO. RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ FACIAL F2 P	EXIGE	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende às seguintes exigências do edital:  1- Fixador em Velcro, Confeccionado em Material Lavável com Quatro Pontos, Sendo Dois na Testa e Dois na Parte Inferior da Máscara, Camada Dupla e Espaçador em Gel.
117	41888 - MÁSCARA FACIAL PARA CPAP TAMANHO ADULTO - M REUTILIZÁVEL, ESPECÍFICA PARA VNI COM CONTORNO EM SILICONE, COM ESPAÇADOR PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL A TESTA, ALMOFADA EM SILICONE AUTO MOLDÁVEL PARA POSICIONAMENTO; QUE PERMITA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIXADOR EM VELCRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL COM QUATRO PONTOS, SENDO DOIS NA TESTA E DOIS NA PARTE INFERIOR DA MÁSCARA, CAMADA DUPLA E ESPAÇADOR EM GEL, COTOVELO REMOVÍVEL, COM VÁLVULA ANTI- ASFIXIA. SAÍDA PARA APORTE DE OXIGÊNIO PARA TAMANHOS VARIADOS DA CONEXÃO. RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ FACIAL F2 M	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende às seguintes exigências do edital:  1- Fixador em velcro, confeccionado em material lavável com quatro pontos, sendo dois na testa e dois na parte inferior da máscara, camada dupla e espaçador em gel.
118	41889 - MÁSCARA FACIAL PARA CPAP TAMANHO ADULTO - G REUTILIZÁVEL, ESPECÍFICA PARA VNI COM CONTORNO EM SILICONE, COM ESPAÇADOR PARA FIXAÇÃO DA CABEÇA AJUSTÁVEL E ADAPTÁVEL A TESTA, ALMOFADA EM SILICONE AUTO MOLDÁVEL PARA POSICIONAMENTO; QUE PERMITA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FIXADOR EM VELCRO, CONFECCIONADO EM MATERIAL LAVÁVEL COM QUATRO PONTOS, SENDO DOIS NA TESTA E DOIS NA PARTE INFERIOR DA MÁSCARA, CAMADA DUPLA E ESPAÇADOR EM GEL, COTOVELO REMOVÍVEL, COM VÁLVULA ANTI- ASFIXIA. SAÍDA PARA APORTE DE OXIGÊNIO PARA TAMANHOS VARIADOS DA CONEXÃO. RESISTENTE AO PROCESSO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, COM ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	Unidade	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BMC/ FACIAL F2 G	-----	De acordo	80117580216- Registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	Apresentou	A ficha técnica apresentada não trás todas as informações exigidas no edital. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende às seguintes exigências do edital:  1- Fixador em velcro, confeccionado em material lavável com quatro pontos, sendo dois na testa e dois na parte inferior da máscara, camada dupla e espaçador em gel.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 25/01/2024, às 14:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019908372** e o código CRC **3A826FCB**.