



MEMORANDO SEI Nº 26599407/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 329/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração

Em atenção ao documento SEI nº 26586905 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca (Comprasnet)	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site	11 - Amostras	Parecer
3	5435 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (4 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	PURAH MEDICAL & CO LTDA	VENPER	De acordo	81840549028, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

4	919991 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (5 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM MÁXIMO DE 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	INJEX	De acordo	10160610064, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
5	5436 - AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (8 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONADA, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS MODELOS DE CANETAS DO MERCADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXAS COM NO MÁXIMO 100 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, REGISTRO/ISENÇÃO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES APÓS EMISSÃO DE NF DE ENTREGA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX mod. 9657	De acordo	80495519033, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
6	916904 - ALMOTOLIA PLÁSTICA COR CLARA 250 ML ESCALA COM GRADUAÇÃO, TAMPÃO TIPO BICO DE PATO, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	J PROLAB mod. 0905-4	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
7	910221 - ANUSCOPIO DESCARTÁVEL FECHADO. ANUSCÓPIO DESCARTÁVEL FECHADO. UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA. PRODUTO COMPOSTO POR TRÊS PEÇAS: CORPO, EMBOLO E PONTEIRA FABRICADAS EM POLIESTIRENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	KOLPLAST	De acordo	10237610004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
8	25859 - ANUSCOPIO DESCARTÁVEL FENESTRADO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANUSCOPIA, COMPOSTO POR CORPO TRANSPARENTE COM FENESTRA, EMBOLO E PONTEIRA, FABRICADOS EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: DIÂMETRO PROXIMAL: 3,0 CM A 3,5 CM; DIÂMETRO DISTAL: 1,5 CM A 1,9 CM; COMPRIMENTO DO CORPO: 08 CM A 10CM; COMPRIMENTO DO EMBOLO: 13 CM A 15CM; ALTURA DA FENESTRA: 1,5 CM A 2,5 CM; LARGURA DA FENESTRA: 1,3 CM A 1,6 CM; EMBALAGEM COM ATÉ 30 UNIDADES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E ISENÇÃO/REGISTRO M.S./ANVISA.	Unidade	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Kolplast	De acordo	10237610004, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
9	910270 - APARELHO DE BARBEAR/TRICOTOMIA DESC. Aparelho de	PC	AVF COMERCIO E IMPORTACAO	HAI BRASIL	De acordo	Isento	Não apresentou	EXIGE	Para continuidade da análise, é necessário

	Barbear/Tricotomia descartavel com fita lubrificante e duas lâminas paralelas, cabo plastico com textura antideslizante e capa de plastico que protege as lâminas evitando contato com outros objetos.		EXPORTACAO LTDA	Modelo: AIH-1367					que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site.
10	916955 - ELETRODO DESCARTAVEL PARA USO ADULTO/PEDIATRICO, PINO ACO INOX, DORSO EM ESPUMA HIPOALERGICO, CONDUTOR GEL SOLIDO, CONTATO PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), FORMATO OVAL, EMBALAGEM UNITARIA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTEDO IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX mod. 8308	De acordo	80495510048, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.
11	33479 - ESCOVA ENDOCERVICAL COM MICRO CERDAS DE MONOFILAMENTO EXTREMAMENTE FINO NA ESPESSURA MÍNIMA DE 0,04 MM, MONOFILAMENTO DE SUSTENTACAO DE ACO INOXIDAVEL, MALEAVEL. COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 180 MM, SENDO NO MÍNIMO 1,8 MM DE PONTA ATIVA EM FORMATO LEVEMENTE CÔNICO E 16 MM DE CABO EM POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE A TRACAO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO ENVELOPE, ESTERILIZADAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. ARMAZENADAS EM CAIXA RESISTENTE E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	UNID	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDIX	De acordo	80495510176, , registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
12	917646 - ESPATULA DE AYRE (PACOTE COM 100 PECAS) EM MADEIRA DE COR NATURAL, LISAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, RESPONSVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	PCT	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	THEOTO	De acordo	80002369002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

16	25196 - ESTOJO PORTA LAMINA DE PREVENTIVO SEM LÂMINA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM DIVISÓRIAS INTERNAS E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3 (TRÊS) LÂMINAS DE VIDRO	Unid ade	VOLARE COMERCIO LTDA	FIRSTLAB FL6-3L-M500	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
18	917648 - FIXADOR PARA EXAME CITOPATOLOGICO 100 ML PARA USO EM FIXACAO DE ESFREGACOS CELULARES EM LAMINA, EMBALAGEM SEGURA TIPO AEROSOL/SPRAY CONTENDO 100 ML, CONTENDO DADOS DE FABRICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	FRS	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	KOLPLAST	De acordo	10237610142, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
19	913473 - FRASCO GRADUADO COM TAMPA 1000ML FRASCO EM POLIETILENO, GRADUADO, COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE URINA, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 1000 ML, GRADUADO A CADA 50 ML	FRC	VOLARE COMERCIO LTDA	CRAL	Apresentou descrição resumida do item.	10379860088, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
20	912099 - FRASCO GRADUADO COM TAMPA PARA COLETA DE URINA CAPACIDADE 2000ML FRASCO EM POLIETILENO, GRADUADO, COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE URINA, ATOXICO, COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, GRADUADO A CADA 100 ML	PC	VOLARE COMERCIO LTDA	CRAL	Apresentou descrição resumida do item.	10379860088, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
21	33477 - GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 100 ML/ GR ATOXICO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO, ISENTO DE SAL E DE IMPUREZAS COM PRINCIPIO ATIVO NAO MEDICAMENTOSO, VISCOSIDADE ADEQUADA PARA QUE NAO ESCORRA, PH NEUTRO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNI D	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	MULTIGEL 80316110003	Apresentou descrição resumida do item.	80316110003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém ficha técnica não deixa claro a exigência do edital: 1. Embalagem com bico dosador.	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com bico dosador.
22	33478 - GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML/GR GEL PASTA ECG PARA MEIO DE CONTATO PARA CONDUCAO DE IMPULSO HIPOALERGENICO, ATOXICO, ISENTO DE PRINCIPIO ATIVO, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM VOLUME MÍNIMO DE 100 ML/GRAMAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNI D	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	MULTIGEL 80316110003	Apresentou descrição resumida do item.	80316110003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém ficha técnica não deixa claro a exigência do edital: 1. Embalagem com bico dosador.	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com bico dosador.

23	41301 - HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 150 UNIDADES.	Unid ade	VOLARE COMERCIO LTDA	COTTONBA BY HASTE FLEX 300	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou, porém imagem constante na ficha técnica descreve embalagem com 300 unidades; edital exigem embalagem com no máximo 150 unidades.	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com no máximo 150 unidades.
24	42362 - KIT ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA CONTENDO: 01 TUBO CÔNICO EM POLIPROPILENO, GRADUADO, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 ML, COM TAMPA SOB PRESSÃO E 01 COPO COLETOR OU DE BECKER. KIT ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	KIT	VOLARE COMERCIO LTDA	CRAL KITCRALPP AM2	Apresentou descrição resumida do item.	10379860096, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
25	917069 - LAMINA PARA MICROSCOSPIA 26 X 76 X 1MM COM 50 PECAS CONTENDO TARJA FOSCA, BEIRADAS LAPIDADAS, EMBALAGEM SEGURA COM MINIMO DE 50 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE RESPONSAVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 20 MESES APOS EMISSAO DE NF DE ENTREGA.	CX	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	NEOLAB	De acordo	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
26	917576 - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50M COR BRANCA PAPEL EM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, COM 100% CELULOSE VIRGEM, DE COR BRANCA, NAO RECICLADO, SEM FUROS OU PIGMENTACAO, ROLO MEDINDO MINIMO 70 CM X 50 M, INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO. LOTE, FABRICACAO, VALIDADE, INSENCIAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA N.F. ENTREGA.	Rolo	VOLARE COMERCIO LTDA	DESCARBO X 504 LENÇOL HOSP.	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou, porém prospecto não deixa claro a exigência do edital: 1. Com 100% celulose virgem; 2. Não reciclado.	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com 100% celulose virgem; 2. Não reciclado.
27	917953 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TIPO DE PAPEL: SULFITE BRANCO GRAMATURA: 75 GRM²TAMANHO: 280 X 215 MM COR: 1 X 0 MICROSSERILHADO AO MEIO TIPO FORMULARIO CONTINUO EMBALAGEM: CAIXA COM 1.000 TIRAGEM MINIMA: 5.000 FLS	FL	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRIN T	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
28	11136 - PAPEL TÉRMICO P/ ECG EQUIP GE PAPEL TÉRMICO PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DA MARCA GE. MEDIDAS: 8	Unid ade	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRIN T	Apresentou descrição	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	CM X 9 CM EM FORMATO Z FOLD. COMPRIMENTO MÍNIMO 25 M.				resumida do item.				
29	910639 - PAPEL TERMICO P/ECG MAC500 90X90MMX30M PAPEL TERMICO PARA ECG, COMPATIVEL COM O APARELHO MAC500. TAMANHO 90X90MMX30M, EM FORMATO Z FOLD.	CX	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
30	5375 - PAPEL TERMOSENSIVEL QUADRICULADO PAPEL TERMICO PARA ELETROCARDIOGRAFO COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIONET CARDIOCARE 2000. COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 216MM, RESOLUCAO VERTICAL 8 PONTOS/MM, RESOLUCAO HORIZONTAL 16 PONTOS/MM.	Rolo	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
31	21512 - PAPEL TERMOSENSIVEL 210MM X 25M PARA ARCO EM C PAPEL TERMOSENSIVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA DENSIDADE, TAMANHO DO PAPEL 210MM (L) X 25 M, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO ARCO EM C DA MARCA PHILIPS E GE.	Unidade	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	FOURSTAR	De acordo	Isento	Não apresentou.	-----	Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site.
32	27675 - PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG MAC 800 GE PAPEL PARA ECG COMPATÍVEL COM APARELHOS DE ECG MAC 800 - GE. PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRAFO), MILIMETRADO, INDICADO PARA REGISTRO DOS RESULTADOS DE EXAMES DE ECG (ELETROCARDIOGRAMA), MONITORAÇÃO DE PACIENTES, TESTES ERGOMÉTRICOS E EEG (ELETROENCEFALOGRAMA). DEVE SER OFERTADO EM EMBALAGEM COM 1 BLOCO CONTENDO 400 FOLHAS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG EM FORMATO Z-FOLD COM MEDIDAS EXATAS DE 110 MM X 140 MM X 400 FOLHAS. O PAPEL DEVE SER TERMOSENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO TÉRMICA) PARA ECG COM GRANDE SENSIBILIDADE E GARANTIR ÓTIMA NITIDEZ DO TRAÇADO.	BLOCO	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
33	910922 - PASTA CONDUTORA P/ EEG 1KG PASTA CONDUTORA EEG- PASTA CONDUTORA DE ELETROENCEFALOGRAMA DESENVOLVIDA COM MATÉRIAS PRIMAS ESPECIAIS QUE AJUDAM NA CONDUTIVIDADE DE SINAIS E IMPULSOS ELÉTRICOS E FIXAÇÃO DOS ELETRODOS AO PACIENTE EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA . APRESENTAÇÃO POTE DE 1KG REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E TÉCNICO RESPONSÁVEL.	Pote	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	CARBOGEL	De acordo	80005910019, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém ficha técnica não descreve a exigência do edital: apresentação pote de 1 kg.	-----	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação pote de 1 kg.

35	917208 - RECIPIENTE DE FEZES 80 ML EM PLASTICO, PA COLETORA, TAMPA COM ROSCA E TRAVA, OPACO/LEITOSO, EMBALAGEM UNITARIA ,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO/VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA	CRALPLAS T	Apresentou descrição resumida do item.	10379860086, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém prospecto descreve "translúcido"; edital exige "opaco/leitoso".	-----	Prospecto descreve "translúcido"; edital exige "opaco/leitoso". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
36	917210 - RECIPIENTE DE URINA ESTERIL 80 ML PARA UROCULTURA EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM GRADUACAO, TAMPA VERMELHA COM ROSCA E TRAVA, ESTERIL, EMBALAGEM UNITARIA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	PC	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	FIRSTLAB	De acordo	81628880003, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
37	910263 - RETOSIGMOIDOSCOPIO DESCARTAVEL RETOSIGMOIDOSCOPIO COM O CORPO FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, TRANSPARENTE E CENTIMETRADO; EMBOLO FABRICADO EM POLIESTIRENO COMPRIMENTO ENTRE 25 E 32 CM; DIAMETRO PROXIMAL ENTRE 2,0 E 2,2CM, DIAMETRO DISTAL ENTRE 1,8 E 2,0 CM. EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E REGISTRO NA ANVISA.	PC	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Kolplast	De acordo	10237610002, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
38	912443 - SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES SISTEMA COLETOR DE SECREÇÕES - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO E ESTERILIZADO - FRASCO COLETOR EM PVC, TRANSPARENTE, GRADUADO, ATOXICO (120 ML). TAMPA COM VIAS (TORRES) PARA CONEXAO, ROSCA E ANEL DE VEDAÇÃO EM PEAD. ALÇA DE TRANSPORTE EM PVC; EXTENSÃO PARA CONEXAO COM A Sonda DE ASPIRAÇÃO OU ENDOSCOPIO EM PVC OU LATEX; CONECTOR CÔNICO PARA CONEXAO COM O TUBO DE ASPIRAÇÃO DO VACUO HOSPITALAR; TUBO INTERNO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (PAPEL ADESIVO).	PC	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Seroplast/Seroplast; 3P/3P; CPL /CPL	De acordo	81479110029/ 81659440009, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.

40	920385 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 34,0°C A 42,2°C; PRECISÃO: ±0,3°C (DENTRO DA FAIXA DE MEDIÇÃO); UTILIZA BATERIA/PILHA DE LÍTIO, REGISTRO NA ANVISA	UNI D	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	CERON	De acordo	81013649006, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	-----	Proposta de acordo com o edital, classificada.
41	19960 - TIRA DE PH TIRA COM FAIXAS DE DIFERENTES CORES PARA MAIOR PRECISÃO, COMPOSTA POR 5 INDICADORES ÁCIDO-BASE; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0-14, APRESENTANDO MEDIÇÃO PRÁTICA E COM RESULTADO EM NO MÁXIMO 5 SEGUNDOS. PARTE SUPERIOR EM PLÁSTICO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE USUÁRIO E AMOSTRA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 TIRAS;	Caixa	VOLARE COMERCIO LTDA	CRAL TPH014	Apresentou descrição resumida do item.	Isento	Apresentou, porém, prospecto descreve "resultado dentro de 15 segundos"; edital exige "resultado em no máximo 5 segundos".	-----	Prospecto descreve "resultado dentro de 15 segundos"; edital exige "resultado em no máximo 5 segundos". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
42	919677 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG, TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFICA, ESPECIFICA PARA DETERMINACAO DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L, SOMENTE PARA DIAGNOSTICO "IN VITRO". EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CAIXA COM NO MAXIMO 100 TIRAS CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, CONTROLE INTERNO DO TESTE. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNI D	SIRIO PHARMA LTDA	DEEP BLUEE	De acordo	82444370071, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou, porém prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina".	-----	Prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.

As demais análises serão enviadas posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 01/09/2025, às 09:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26599407** e o código CRC **7AFB12BE**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.126469-4

26599407v36