

MEMORANDO SEI Nº 25910112/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 26 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 141/2025.**Objeto:** Aquisição de Materiais Hospitalares (Insumos para Suporte Ventilatório, Acessórios para equipamentos e Materiais para Radioterapia).

Em atenção ao documento SEI nº 25909005, segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medi da	Fornecedor	Marca	Descrição da proposta de acordo com o edital?	8.10 a- Registro ANVISA	8.10.1- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Amostragem	Parecer
54	25612 - ESPACADOR ADULTO PARA USO EM TRATAMENTOS RESPIRATORIOS; VALVULA DE SILICONE, BOCAL ENCAIXE UNIVERSAL; VOLUME 200 A 250 ML; ACOMPANHA MASCARA ADULTO MACIA; TODAS AS PEÇAS DEVEM SUPORTAR DESINFECÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS (TERMODESINFECTORA); FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, REG. M/SAUDE E INSTRUÇÕES DE USO.	Unidade	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	G TECH	De acordo	80275310056, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	EXIGE	O edital exige volume de 200 a 250 ml; na proposta a empresa indicou descritivo de acordo como edital, porém, consta na ficha técnica a informação "volume: 175 ml"; o edital exige também que todas as peças suportem desinfecção em altas temperaturas, porém, a ficha técnica não trás nenhuma informação acerca de tal exigência. Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa informe: 1- Qual o volume do espaçador ofertado? Caso a empresa informe volume de 200 a 250 ml haverá a necessidade de apresentar documentação comprobatória. 2- Todas as peças suportam

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 26/06/2025, às 12:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25910112** e o código CRC **5B2BFB2A**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.018249-0

25910112v4