



MEMORANDO SEI Nº 25299224/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de abril de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 174/2025.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de EPIs - Luvas de Uso Médico Hospitalar.

Em atenção ao Memorando 25299100, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2- CA (exceto item 10)	Parecer
15	917199 - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, TALCADA, RESISTENTE A TRACAO, HIPOALERGENICA, DESCARTAVEL. ATENDER NBR	PC	HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	HEALTHCARE	De acordo	81699320008- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	45626- CA válido até 13/05/2026 para luva de procedimento não cirúrgico, em látex, com pó, aprovada para proteção do usuário contra agentes biológicos.	Na análise preliminar, foi solicitado: Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente Certificado de aprovação válido do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou o esclarecimento SEI nº 25299080. Em tal documento, a empresa afirma [...] que todos os produtos atualmente comercializados pela empresa com base no CA nº 45.626 possuem certificação

	VIGENTE ATUAL E PORTARIA 233 DE 30/06/08, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). EMBALADA EM CAIXA SEGURA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO .							vigente, válida e eficaz, não se aplicando qualquer exigência de revalidação retroativa a esses lotes.[...] Em reconsulta ao portal do MTE, consta o CA nº 45626 com validade até 13/05/2026, conforme anexo SEI nº 25302531. Frente ao exposto, a proposta da empresa está aprovada.
1 6	917196 - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, TALCADA, RESISTENTE A TRACAO, HIPOALERGENICA, DESCARTAVEL. ATENDER NBR VIGENTE ATUAL E PORTARIA 233 DE 30/06/08, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). EMBALADA EM CAIXA SEGURA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	PC	HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	HEALT HCARE	De acordo	81699320008- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	45626- CA válido até 13/05/2026 para luva de procedimento não cirúrgico, em látex, com pó, aprovada para proteção do usuário contra agentes biológicos.	Na análise preliminar, foi solicitado: Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente Certificado de aprovação válido do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou o esclarecimento SEI nº 25299080. Em tal documento, a empresa afirma [...]que todos os produtos atualmente comercializados pela empresa com base no CA nº 45.626 possuem certificação vigente, válida e eficaz, não se aplicando qualquer exigência de revalidação retroativa a esses lotes.[...] Em reconsulta ao portal do MTE, consta o CA nº 45626 com validade até 13/05/2026,

	VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO .						conforme anexo SEI nº 25302531. Frente ao exposto, a proposta da empresa está aprovada.
1 7	917197 - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, TALCADA, RESISTENTE A TRACAO, HIPOALERGENICA, DESCARTAVEL. ATENDER NBR VIGENTE ATUAL E PORTARIA 233 DE 30/06/08, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). EMBALADA EM CAIXA SEGURA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO .	PC	HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	HEALT HCARE	De acordo	81699320008- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	45626- CA válido até 13/05/2026 para luva de procedimento não cirúrgico, em látex, com pó, aprovada para proteção do usuário contra agentes biológicos. Na análise preliminar, foi solicitado: Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente Certificado de aprovação válido do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou o esclarecimento SEI nº 25299080. Em tal documento, a empresa afirma [...]que todos os produtos atualmente comercializados pela empresa com base no CA nº 45.626 possuem certificação vigente, válida e eficaz, não se aplicando qualquer exigência de revalidação retroativa a esses lotes.[...] Em reconsulta ao portal do MTE, consta o CA nº 45626 com validade até 13/05/2026, conforme anexo SEI nº 25302531. Frente ao exposto, a proposta da empresa está aprovada.
1 8	917198 - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX	PC	HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA	HEALT HCARE	De acordo	81699320008- registro vigente, confirmado no portal da Anvisa	45626- CA válido até 13/05/2026 para luva de procedimento não cirúrgico, Na análise preliminar, foi solicitado: Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa

NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATOMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO-ABSORVIVEL, ATOXICO, EM QUANTIDADE ADEQUADA, TALCADA, RESISTENTE A TRACAO, HIPOALERGENICA, DESCARTAVEL. ATENDER NBR VIGENTE ATUAL E PORTARIA 233 DE 30/06/08, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). EMBALADA EM CAIXA SEGURA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALAGEM SEGURA PARA ARMAZENAMENTO						em látex, com pó, aprovada para proteção do usuário contra agentes biológicos.	apresente Certificado de aprovação válido do item ofertado. No retorno, a empresa apresentou o esclarecimento SEI nº 25299080. Em tal documento, a empresa afirma [...] que todos os produtos atualmente comercializados pela empresa com base no CA nº 45.626 possuem certificação vigente, válida e eficaz, não se aplicando qualquer exigência de revalidação retroativa a esses lotes.[...] Em reconsulta ao portal do MTE, consta o CA nº 45626 com validade até 13/05/2026, conforme anexo SEI nº 25302531. Frente ao exposto, a proposta da empresa está aprovada.
--	--	--	--	--	--	---	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 28/04/2025, às 15:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25299224** e o código CRC **00CCAAA8**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.039631-7

25299224v3