



MEMORANDO SEI Nº 25569687/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 23 de maio de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 149/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem (materiais cirúrgicos)

Em atenção ao documento SEI nº 25561123, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto/Ficha técnica/Print de tela	Amostras?	Parecer
15	909309 - CATETER DUPLO J ADULTO 6 FR CATETER DUPLO J 6FR COMPRIMENTO 28 CM, BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO E FABRICADO EM POLIURETANO A PROVA DE DOBRAS. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO. MARCAÇÃO NO CORPO DO CATETER, VÁRIOS ORIFÍCIOS E EXTREMIDADES ABERTAS. FIO GUIA HIDROFÍLICO COM COMPRIMENTO SUPERIOR A 130 CM. EMBALAGEM ESTÉRIL,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO	Pç.	EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	UROLLINE/U05A222620 WELL LEAD	De acordo	80691560011, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA	Apresentou	EXIGE	Na proposta, a empresa apresentou descritivo de acordo com o edital e indicou o modelo U05A222620. A ficha técnica apresentada , página 16 da proposta, indica

									que o modelo U05A222620 possui comprimento de 26 cm, porém, o edital exige cateter de 28 cm. Para continuidade na análise questionamos: 1- O cateter ofertado possui comprimento de 28 cm? Caso a resposta for afirmativa, a empresa deverá apresentar documentação comprobatória. Haverá a necessidade de apresentar amostras.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Ainda conforme solicitado, informamos que as amostras devem ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Dr. João Colin, 2719, Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035, somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00 h às 17:00 h.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 23/05/2025, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25569687** e o código CRC **54C9B793**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.023330-2

25569687v3