



Prefeitura de Joinville

INFORMAÇÃO SEI N° 0011692196/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 19 de janeiro de 2022.

À

SAP.UPR

Assunto: Parecer Técnico - Pregão Eletrônico **457/2021**

Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

Encaminhado Formulário Parecer Técnico do itens:

0011692337 - item 7 - Reprovado

Justificativa na íntegra: "*Grampeamento muito difícil, duro, a faca não evolui sobre o tecido*"

0011692347 - item 8 - Reprovado

Justificativa na íntegra: " *corte ruim do grampo*"

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 19/01/2022, às 14:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011692196** e o código CRC **16F23E85**.



MEMORANDO SEI N° 0011771931/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 27 de janeiro de 2022.

À

SAP.UPR

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 457/2021 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI N°
TS MEDICAL - item 63	0011740484 aprovado
BOSTON - item 12	0011768418 aprovado
BOSTON - item 13	0011768511 aprovado
BOSTON - item 14	0011768532 aprovado
BOSTON - item 15	0011768566 aprovado
BOSTON - item 16	0011768591 aprovado
BOSTON - item 18	0011768606 aprovado
BOSTON - item 19	0011768640 aprovado
BOSTON - item 20	0011768672 aprovado
BOSTON - item 21	0011768699 aprovado
BOSTON - item 22	0011768721 aprovado
BOSTON - item 23	0011768755 aprovado
BOSTON - item 24	0011768789 aprovado
BOSTON - item 47	0011768815 aprovado

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2022, às 11:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011771931** e o código CRC **FAF3DE8B**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.179131-0

0011771931v10



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0011781612/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 28 de janeiro de 2022.

À

SAP.UPR

Assunto: Entrega das Amostras dos Itens 11 e 17 - Pregão Eletrônico **457/2021**

Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando que a empresa BOSTON SCIENTIFIC não apresentou as amostras, para os itens 11 e 17. Considerando que os itens são de suma importância para continuidade no tratamentos dos pacientes. Sugerimos a convocação do 2º colocado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2022, às 08:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011781612** e o código CRC **1F8FA478**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Bucarein - CEP 89202-000 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 0011799428/2022 - HMSJ.UAD.AOPM

Joinville, 31 de janeiro de 2022.

À

SAP.UPR

Assunto: Parecer Técnico das amostras

Pregão Eletrônico 457/2021 - Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos do Hospital Municipal São José.

EMPRESA	DOCUMENTO SEI N°
INFINITY - item 07	0011692337 Reprovado
INFINITY - item 08	0011692347 Reprovado
BOSTON - item 25	0011799724 Aprovado
BOSTON - item 26	0011799753 Aprovado
BOSTON - item 45	0011799773 Aprovado

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Alberto Gaspar, Servidor(a) Público(a)**, em 31/01/2022, às 10:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011799428** e o código CRC **74432657**.

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL LOTE 4
7	912646 – GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80MM / 4.8MM, QUE PERMITE CORTE E SUTURA SIMULTÂNEA, RECARREGÁVEL COM CARGAS INTERCAMBIÁVEIS, CONTENDO GRAMPOS DE TITÂNIO, ESTÉRIL, DESCRTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE , REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO. COD. SUS 0702050288. QUANTIDADE MINIMA CONSIGNADA 5

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO: 10360810045

LOTE: GMLC80036

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada Inadequada Não se aplicaFUNCIONALIDADE: Grampeamento muito difícil, duro, AFaca NÃO evoluiu sobre o tecido

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM NÃO MOTIVO: Ruim de septor.


 Dr. Franco Haritsch
 Cirurgião Geral e do Aparelho Digestivo
 CRM/SC 9325

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ___/___/___

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL LOTE 4
8	912649 – CARGA P/GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE DE 75-80 / 4.8MM GRAMPOS DE TITÂNIO PARA TECIDO NORMAL, ESPESSO E DELICADO, COMPATÍVEL COM O GRAMPEADOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NÚMERO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO COD SUS 0702050040 QUANTIDADE MÍNIMA CONSIGNADA: 10

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRURGICO

MARCA: MERIL

FORNECEDOR: INFINITY

Nº MS/ REGISTRO: 10360810045

LOTE: GLC8048039

FABRICANTE: MERIL

QUANTIDADE: 02

EMBALAGEM: () Adequada () Inadequada () Não se aplica
 FUNCIONALIDADE: com apenas 2 unidades.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

 () NÃO MOTIVO: com defeito ruim do grampo


Dr. Franco Haritsch
 Cirurgião Geral e do Aparelho Digestivo
 CRM/SC 9325

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ___/___/___

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
63	25607 - CATETER PARA HEMODIÁLISE TRIPLO LUMEM CATETER PARA HEMODIÁLISE TRIPLO LUMEM CATETER PARA HEMODIÁLISE COM TRÊS VIAS, IDEAL PARA PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE E NECESSITAM DE INFUSÃO DE DROGAS VASOATIVAS, NUTRIÇÃO PARENTERAL E HEMODERIVADOS. FABRICADO EM POLIURETANO, COM DIÂMETRO ENTRE 11 A 12 FR X 20 CM. RADIOPACO, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: P.E. 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: ALIVE HEART

FORNECEDOR: TS MEDICAL

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 80415440019

LOTE: T210608B

FABRICANTE: GUANDONG BAIHE MEDICAL

QUANTIDADE AVALIADA: 01


 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: BOM MANEJO; MATERIAL DE BOA
QUALIDADE.

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO:

BOM MATERIAL PARA MANEJO,
COM BOM ADEQUADA,


 Dr. Deórgelis Rosso
 Médico Intensivista
 CRM 8680

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 25/01/22

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
12	912398 - ALCA DE POLIPECTOMIA OVAL ALCA DE POLIPECTOMIA EM ACO INOX, TIPO OVAL, MEDINDO 25MM A 27MM DE DIAMETRO DO LAÇO, PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8MM COM 230CM Á 240CM DE COMPRIMENTO ÚTIL COM MANOPLA ACOPLADA, UTILIZADA EM RETIRADAS DE POLIPOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA, EMBALADOS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE, AUTOCLAVAVEL

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO ANVISA: 10341350704

LOTE: 28036194

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE AVALIADA: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

Excelente material

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Atmos funcionalidade

Roberta Martinelli
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26/07/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
13	913257 - BALAO DE DILATAÇÃO 12/13,5/15MM DE DIÂMETRO PARA DILATAÇÃO DE ESÓFAGO BALAO DE DILATAÇÃO DESCARTÁVEL, DE 2,3 MM DE DIÂMETRO E 230CM DE COMPRIMENTO TOTAL DO CATETER, COM 12/13,5/15MM DE DIÂMETRO DE BALAO E 5,5 CM DE COMPRIMENTO DO BALÃO COM GUIA DE NO MÍNIMO 0,028" E MÁXIMO 0,035" PARA USO EM DILATAÇÃO DE ESÓFAGO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 28064514

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____


ótima funcionalidade

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Excelente material


 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologista
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
14	913258 - BALAO DE DILATAÇÃO 18/19/20MM DE DIAMETRO PARA DILATAÇÃO DE ESOFAGO BALAO DE DILATAÇÃO DESCARTAVEL, DE 2,3 MM DE DIAMETRO E 230CM DE COMPRIMENTO TOTAL DO CATETER, COM 18/19/20MM DE DIAMETRO DE BALAO E 5,5 CM DE COMPRIMENTO DO BALAO COM GUIA DE 0,35MM PARA USO EM DILATAÇÃO DE ESOFAGO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 27750680

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: ótima funcionalidade

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

() NÃO MOTIVO: Excelente material


 Roberta Martineili Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

 DATA: 20/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
15	912412 - BALAO DE DILATAÇÃO 4MM BALAO DE DILATAÇÃO DE VIAS BILIARES E PANCREÁTICO, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, COMPRIMENTO 180CM, DIÂMETRO DO BALAO 4MM, COMPRIMENTO DO BALAO 20MM, PRESSÃO MÁXIMA 12 ATM, REESTERILIZÁVEL, COMPATÍVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD 590 WR. COMPATÍVEL COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,89MM.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350373

LOTE: 27842437

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

Adequado funcionalidade

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? () SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Ótimo material



 Roberta Martinelli Fragner
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 20/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
16	912415 - BALAO DE DILATAÇÃO 6MM BALAO DE DILATAÇÃO DE VIAS BILIARES E PACREÁTICO, MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, COMPRIMENTO 180CM, DIÂMETRO DO BALAO 6MM, COMPRIMENTO DO BALAO 40MM, PRESSÃO MÁXIMA 12 ATM, REESTERILIZÁVEL, COMPATÍVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD 590 WR, COMPATÍVEL COM FIO GUIA HIDROFÍLICO 0,89MM.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350373

LOTE: 28269765

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

funcionalidade adequada

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

ótimo material


 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologista
 CRM 13.197

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
18	913253 - BALAO DILAT. COLONOSCOPIA DIAM.PROGRESSIVO 12/36MM 5,5CM BALAO DE DILATAÇAO PROGRESSIVA PARA COLONOSCOPIA COM 2,3MM DE DIAMETRO DO CATETER, 240CM DE COMPRIMENTO TOTAL, CONTENDO NA PONTA DO CATETER UM BALAO COM O DIAMETRO PROGRESSIVO DE 12/36MM E 5,5CM DE COMPRIMENTO DO BALAO COM GUIA DE 0,28 MM DE DIAMETRO, DESCARTAVEL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 28092011

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: ótima funcionalidade

CONCLUSÃO

 APROVA O MATERIAL? SIM

 () NÃO MOTIVO: Material excelente


 Roberto Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

 DATA: 26/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
19	913252 - BALAO DILAT. COLONOSCOPIA DIAM.PROGRESSIVO 15/16,5/18MM 5,5CM BALAO DE DILATAÇÃO PROGRESSIVA PARA COLONOSCOPIA COM 2,3MM DE DIAMETRO DO CATETER, 240CM DE COMPRIMENTO TOTAL, CONTENDO NA PONTA DO CATETER UM BALAO COM O DIAMETRO PROGRESSIVO DE 15/16,5/18MM E 5,5CM DE COMPRIMENTO DO BALAO COM GUIA DE 0,35 MM DE DIAMETRO, DESCARTAVEL.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 27902488

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____


ótima funcionalidade

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Excelente material


 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 22/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
20	13049 - BALÃO DILATADOR DE COLON, UTILIZADO PARA DILATAR ESTRUTURA DO TRATO GASTROINTESTINAL. BALÃO DILATADOR DE COLON, UTILIZADO PARA DILATAR ESTRUTURA DO TRATO GASTROINTESTINAL, INCLUINDO ESÔFAGO, PILORO E COLON, COM COMPRIMENTO DO CATETER DE 240CM, DIÂMETRO MÍNIMO DO CANAL DE ACESSO EM 2.8MM, DO BALÃO INFLADO 5.5CM À 8CM X DIÂMETRO INFLADO DE 8MM/ 42FR, PODENDO A PRESSÃO DO BALÃO VARIAR EM 30 À 90PSI /2 À 6 ATM.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 28301848

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____


ótimo material

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Excelente funcionalidade



 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 26/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
21	913587 - BALAO DILATADOR P/ ESTENOSE ESOFAGO PILORO E COLON 15MM A 18MM BALAO DE DILATAÇÃO HIDROSTÁTICO PARA INSUFLAÇÃO DE ESOFAGO PILORO E COLON COM COMPRIMENTO DE 5,5 A 8 CM, COM DIÂMETRO DE 15MM A 18MM EM CATETER DE 240CM COMPRIMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 27902488

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

Excelente material

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

Ótima funcionalidade


 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 21/07/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
22	913588 - BALAO DILATADOR P/ ESTENOSE ESOFAGO PILORO E COLON 18MM A 20MM BALAO DE DILATAÇÃO HIDROSTÁTICO PARA INSUFLAÇÃO DE ESOFAGO PILORO E COLON COM COMPRIMENTO DE 5,5 A 8 CM, COM DIÂMETRO DE 18MM A 20MM EM CATETER DE 240CM COMPRIMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 27704164

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE: _____

Excelente material

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO: _____

ótima funcionalidade


 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 22/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
23	1420 - BALAO DILATADOR PARA ESTENOSE ESOFAGO PILORO E COLON 10MM A 12 MM BALAO DE DILATAÇÃO HIDROSTÁTICO PARA INSUFLAÇÃO DE ESOFAGO PILORO E COLON COM COMPRIMENTO DE 5,5 A 8 CM, COM DIÂMETRO DE 10MM A 12MM EM CATETER DE 240CM COMPRIMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 27755123

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: ótimo material

CONCLUSÃO

 APROVA O MATERIAL? SIM

 () NÃO MOTIVO: Excelente funcionalidade


 Roberto Martinelli Fischer
 Gastroenterologista
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

 DATA: 22/04/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
24	1421 - BALAO DILATADOR PARA ESTENOSE ESOFAGO PILORO E COLON 12MM A 15MM BALAO DE DILATAÇÃO HIDROSTÁTICO PARA INSUFLAÇÃO DE ESOFAGO PILORO E COLON COM COMPRIMENTO DE 5,5 A 8 CM, COM DIÂMETRO DE 12MM A 15MM EM CATETER DE 240CM COMPRIMENTO.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: CENTRO CIRÚRGICO

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350688

LOTE: 28064514


FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplicaFUNCIONALIDADE: ótima funcionalidade

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM() NÃO MOTIVO: Excelente material



 Roberta Martinelli Fischer
 Gastroenterologia
 CRM 13.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 22/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
47	912418 - ESCOVA DE CITOLOGIA ESCOVA DE CITOLOGIA, EM MATERIAL BIOCAMPATÍVEL, COMPRIMENTO 105CM, DIÂMETRO/COMPRIMENTO DA ESCOVA 10.0/2.0MM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,0MM, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL PARA USO EM EQUIPAMENTOS FUGINON.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350569

LOTE: 27502469

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC


QUANTIDADE: 01

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE: adequada funcional

CONCLUSÃO

 APROVA O MATERIAL? SIM

 () NÃO MOTIVO: Material adequado


Roberta Marquelli Figueira
Gastroenterologia
CRM 12.194

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

 DATA: 26/01/2022

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
25	912409 - PAPILOTOMO TRIPLO LUMEN PAPILOTOMO TRIPLO LUMEM COM FIO DE CORTE 2CM PARA CONTRASTE, FIO GUIA E FIO DE CORTE, 5.5 A 7F, PONTA COM DEMARCAÇÃO RADIOPACA, DE 05-07/20MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 200CM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,35", COM MANOPLA ACOPLADA, TODO MATERIAL DEVE SER COMPATÍVEL COM CANAL ENDOSCÓPIO 4,2MM E 155CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, RESISTENTE, DEVE POSSUIR FLEXIBILIDADE SEGURA E CONECTORES PROXIMAIS QUE PROPORCIONEM UMA ADAPTAÇÃO SEGURA AOS DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350290

LOTE: 28147562

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

Instrumento p/ ocesso é via bilhar por CPRE, com lâmina de corte p/ realização de papilotomia

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO:

material adequado para o uso, de ótima qualidade

Dr. Raiph Braga Duarte

CRM 15892

Endoscopia Digestiva Diagnóstica e

Terapêutica Avançada - RQE 47883

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 24/01/22

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
26	912403 - PAPILOTOMO DUPLO LUMEM PAPILOTOMO DUPLO LUMEM COM FIO DE CORTE 2CM PARA CONTRASTE, FIO GUIA E FIO DE CORTE, 5.5 A 7F, PONTA COM DEMARCAÇÃO RADIOPACA, DE 05-07/20MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 200CM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,35", COM MANOPLA ACOPLADA, TODO MATERIAL DEVE SER COMPATÍVEL COM CANAL ENDOSCÓPIO 4,2MM E 155CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, RESISTENTE, DEVE POSSUIR FLEXIBILIDADE SEGURA E CONECTORES PROXIMAIS QUE PROPORCIONEM UMA ADPATAÇÃO SEGURA AOS DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABRTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO RPODUTO, LOTE E VALIDADE.

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350290

LOTE: 27018897

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 01

EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE:

Instrumento utilizado para acesso pré-corte de via biliar

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO:

Material adequado para o que se propõe.

Dr. Ralph Braga Duarte
CRM 15892

Endoscopia Digestiva Diagnóstica e
Terapêutica Avançada - RQE 17553

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: ___/___/___

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO

1. Preencher formulário completo com assinatura e carimbo.
2. Este parecer é indispensável para o andamento dos processos licitatórios de aquisição e fornecimento de materiais e equipamentos da instituição.
3. Entregar no setor de OPME – Ramal: 6656.

ITEM	MATERIAL
45	25227 - FIO GUIA HIDROFÍLICO ZEBRADO 0.035 X 450 CM FIO GUIA HIDROFÍLICO ZEBRADO 0.035 X 450 CM FIO GUIA HIDROFÍLICO ZEBRADO 0.035 X 450 CM. CONSTITUÍDO DE NITINOL, RECOBERTO COM JAQUETA PLÁSTICA EM POLIURETANO E COBERTURA HIDROFÍLICA, PONTA FLEXÍVEL, NO MÍNIMO 5 CM DE PONTA RADIOPACA, COM PONTA RETA, ANGULADA E OU RETA MOLDÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL

AVALIAÇÃO TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO: 457/2021

SETOR TESTE: HEMODINÂMICA

MARCA: BOSTON SCIENTIFIC

FORNECEDOR: BOSTON SCIENTIFIC

Nº MS/ REGISTRO: 10341350464

LOTE: 27722771

FABRICANTE: BOSTON SCIENTIFIC

QUANTIDADE: 02

 EMBALAGEM: Adequada () Inadequada () Não se aplica

 FUNCIONALIDADE:

Acesso à via biliar por CPRE

CONCLUSÃO

APROVA O MATERIAL? SIM

() NÃO MOTIVO:

*Material utilizado p/ acesso à via biliar
 juntamente w/ o papilóstomo, de excelente
 qualidade*



 Dr. Ralph Braga Duarte

CRM 15892

Endoscopia Digestiva Diagnóstica e

Terapêutica Avançada - RQE 17863

ASS. PROFISSIONAL/CARIMBO

DATA: 24/01/22