

MEMORANDO SEI Nº 26665427/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 03 de setembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.**Objeto:** Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Encaminhamos as informações das análises de amostras já finalizadas:

Item	Material/Serviço	Fornecedor	Marca	Parecer
34	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	ANADONA	Conforme análise SEI nº 26598909, o "edital exige embalagem individual, altura de 110 cm e largura de 140 cm; a amostra apresentada é em embalagem com 10 unidades, possui altura de 106 cm e largura de 133,5 cm." Amostra reprovada.
36	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	Blue Care	Conforme análise SEI nº 26648191, o edital exige confeccionado em sms 100% polipropileno trilaminado, impermeável, estéril. Amostra é confeccionada em sms 100% propiipieno laminado, hidrorrepelente, não estéril. Amostra reprovada.
39	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA	HEALTH QUALITY CÓD. 225100 -	Conforme análise SEI nº 26648397, o edital exige confeccionado em SMS 100% polipropileno trilaminado, impermeável. A amostra é confeccionada em SMS hidrorrepelente. Amostra reprovada.
40	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA	SULGRAFFMED	Conforme análise SEI nº 26648921, o edital exige tamanho mínimo: largura 140 cm x altura 120 cm. A amostra apresenta tamanho: largura 135 cm x altura 120 cm. Amostra reprovada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 03/09/2025, às 07:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



verificador **26665427** e o código CRC **FC482E74**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26665427v3

ANÁLISE SEI Nº 26598909/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 28 de agosto de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO ELETRÔNICO: 071/2025.

ITEM 34 - 12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL

DESCRIÇÃO	12903 - AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, COR CLARA. HIPOALERGÊNICO. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, DECOTE COM VIÉS S NO ACABAMENTO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS (NAS COSTAS E NA CINTURA), ACABAMENTO COM COSTURA OVERLOCK . EMBALAGEM INDIVIDUAL. TAMANHO GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 110 CM X LARGURA 140 CM. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. - Cota Principal
FORNECEDOR	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
MARCA	ANADONA
REGISTRO ANVISA	80175349006
LOTE	204-25
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	10 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Edital exige embalagem individual, altura de 110 cm e largura de 140 cm; a amostra apresentada é em embalagem com 10 unidades, possui altura de 106 cm e largura de 133,5 cm.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Não possui medidas de acordo com as necessidades da Administração.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: REPROVADO



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 02/09/2025, às 08:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26598909** e o código CRC **2B4F86A6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26598909v8

ANÁLISE SEI Nº 26648921/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRAPREGÃO ELETRÔNICO: **071/2025**.

ITEM 36 - 42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO

DESCRIÇÃO	42284 - AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ISOLAMENTO USO EM ISOLAMENTO; CONFECCIONADO EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, GRAMATURA MÍNIMA 50G/M2; MANGAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, PUNHOS EM ELÁSTICO; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR; DOTADO DE NO MÍNIMO 2 PARES DE TIRAS PARA AMARRAÇÃO; TAMANHO MÍNIMO: LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES E BORDAS; FORNECIDO EM EMBALAGEM COM ATÉ 10 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, LOTE E FABRICANTE.
FORNECEDOR	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
MARCA	Blue Care
REGISTRO ANVISA	82473080020
LOTE	AVPR050825
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada Inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada Inadequada Não se aplicaEDITAL EXIGE TAMANHO MÍNIMO: **LARGURA 140 CM X ALTURA 120 CM**AMOSTRA APRESENTA TAMANHO: **LARGURA 135 CM X ALTURA 120 CM****FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/09/2025, às 08:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26648921** e o código CRC **A85C8226**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26648921v5

ANÁLISE SEI Nº 26648397/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRAPREGÃO ELETRÔNICO: **071/2025**.

ITEM 39 - 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Reservada até 25%
FORNECEDOR	VITAL & LS HOSPITALAR LTDA
MARCA	HEALTH QUALITY
REGISTRO ANVISA	80166330053
LOTE	0912610101
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada Inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada Inadequada Não se aplicaEDITAL EXIGE CONFECCIONADO EM **SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL**AMOSTRA É CONFECCIONADA EM **SMS, HIDRORREPELENTE**

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/09/2025, às 08:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26648397** e o código CRC **44044B3C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26648397v9

ANÁLISE SEI Nº 26648191/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 02 de setembro de 2025.

ANÁLISE DE AMOSTRAPREGÃO ELETRÔNICO: **071/2025**.

ITEM 40 - 274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL

DESCRIÇÃO	274 - CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL DESCARTÁVEL, COM FENESTRA DE 10 CM DE DIÂMETRO, GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40G/M ² , TAMANHO MÍNIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA. - Cota Principal
FORNECEDOR	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
MARCA	SULGRAFFMED
REGISTRO ANVISA	80398010008
LOTE	25055047/58
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	04 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA**EMBALAGEM**

Apontamentos:

 Adequada Inadequada Não se aplica**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

 Adequada Inadequada Não se aplicaEDITAL EXIGE CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO **TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ESTÉRIL**AMOSTRA É CONFECCIONADA EM SMS 100% PROPIPLENO **LAMINADO, HIDRORREPELENTE, NÃO ESTÉRIL**

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos:

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO: AMOSTRA REPROVADA.



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 02/09/2025, às 08:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26648191** e o código CRC **E4F6032F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.254207-6

26648191v11