

MEMORANDO SEI N° 0023387430/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico n° 456/2024

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Encaminhamos as informações acerca das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Empresa	Informação
19	909324 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Amostra aprovada conforme SEI n° 0023387386
20	910623 - CURATIVO TRANSPARENTE 6 X 7 CM	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	Amostra aprovada conforme SEI n° 0023387406
24	20034 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS	DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA	Amostra aprovada conforme SEI n° 0023387415

As análises das demais amostras serão encaminhadas posteriormente, conforme finalização das avaliações pelas unidades assistenciais.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 01/11/2024, às 08:20, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023387430** e o código CRC **B712DAD2**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023387430v4

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/20249.

ITEM: 19

909324 - CURATIVO TRANSPARENTE 10 X 25 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 10 X 25 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA. FLEXIVEL. UTILIZADO EM ESTABILIZAÇÃO DE CATETERES. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Marca: HYDROFILM / PAUL HARTMANN

LOTE: 300334119

REGISTRO (ANVISA): 80170310108

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 06 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 31/10/24

Enf. Alina R. Lopes
COREN-SC 197881
titul. de área - OPME/SCIH

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/20249.

ITEM: 20

910623 - CURATIVO TRANSPARENTE 6 X 7 CM CURATIVO DE POLIURETANO SEMIPERMEAVEL, HIPOALERGÊNICO, ESTERIL, TAMANHO MÍNIMO 6 X 7 CM, ALTA PERMEABILIDADE, PERMITINDO TROCAS GASOSAS. RESISTENTE A UMIDADE INTERNA, FLEXIVEL. UTILIZADO PARA ESTABILIZACAO DE CATETER. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA

Marca: COPERTINA COPEL67A

LOTE: 15C24

REGISTRO (ANVISA): 10379860231

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

Enf. Aline R. Lopes

COREN/SC 197881

Líder de área II - OPME/SCIH

DATA: 31 / 10 / 2024

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/20249.

ITEM: 24

20034 - CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO, ESTÉRIL, MEDIDAS : 6 A 10 CM X 9 A 13 CM, MACIO PRÉ RECORTADO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS, COMPOSTO POR UMA ESTRUTURA DE TRES CAMADAS, SENDO UMA CAMADA DE CONTATO NÃO ADERENTE, OUTRA CAMADA MACIA E ALTAMENTE ABSORVENTE E UMA TERCEIRA CAMADA EXTERNA DE FILME RESISTENTE A AGUA E BACTÉRIAS, PERMITE FÁCIL MANIPULAÇÃO DE MODO A ADAPTAR O CURATIVO DE FORMA JUSTA AO REDOR DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. SE NECESSÁRIO, O CURATIVO PODE SER RECORTADO PARA ADAPTAR-SE AINDA MELHOR. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO : N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.

FORNECEDOR: DISTRISOL DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: MISSNER

LOTE: 15E23

REGISTRO (ANVISA): 80003300037

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: _____

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: ☒ SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA: _____

DATA: 31/10/2024

Enf. R. Lopes
COREN-SP 197881
Mider de área OPME/SCM

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

MEMORANDO SEI Nº 0023388483/2024 - SES.UAD.ACM

Joinville, 01 de novembro de 2024.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise de amostras- Pregão Eletrônico nº **456/2024**

Objeto: Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.

Encaminhamos as informações acerca das análises de amostras já finalizadas por esta Secretaria da Saúde:

Item	Material/Serviço	Empresa	Informação
2	13741 - ALGINATO DE CÁLCIO	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	Conforme parecer SEI nº 0023388044, a amostra não atende ao tamanho mínimo do descritivo. A amostra possui medidas de 14,8 X 14,7 cm e o edital exige medidas de 15 X 15 cm. Amostra reprovada.
14	910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA	Conforme parecer SEI nº 0023388258, a amostra não possui o tamanho mínimo solicitado no edital. Exige-se tamanho mínimo 10 X 10 cm e a amostra possui medida de 9,9 X 9,9 cm. Ao contato com o exsudato não transforma-se em gel, o que macera a lesão. Amostra reprovada.
15	910864 - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM	TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA	Conforme parecer SEI nº 0023388316, a amostra não possui o tamanho mínimo solicitado no edital. Exige-se tamanho mínimo 5 X 5 cm e a amostra possui medida de 4,90 X 5,02 cm. Não se transforma em gel ao contato com o exsudato. Amostra reprovada.
36	917395 - LIMPADOR DE FERIDA	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Conforme parecer SEI nº 0023388382, a amostra não possui bula, não atendendo o edital. Na análise, a equipe identificou também que a abertura do bico dosador não é funcional, exigindo uso de lâminas pontiagudas que podem causar acidentes de trabalho e contaminação pois a tampa não veda corretamente. Amostra reprovada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 01/11/2024, às 08:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023388483** e o código CRC **4B5BE4BC**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.182965-7

0023388483v2

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 02

13741 - ALGINATO DE CÁLCIO COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO, PODENDO CONTER SÓDIO E CABOXIMETILCELULOSE, PARA USO AUXILIAR NO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E FAVORECIMENTO DE CICATRIZAÇÃO, ESTÉRIL, TAMANHO MÍNIMO DE 15 X 15 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, RESP. TÉCNICO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ ANVISA.

FORNECEDOR: DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA

MARCA: CASEX/ modelo A1515A

LOTE: 0185/2024PY

REGISTRO (ANVISA): 10222320005

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Não atende ao tamanho mínimo do descritivo 14,8 x 14,7

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Quanto ao propósito de absorver a exsudação, atende os critérios, mas não cumpre ao descritivo.

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao tamanho mínimo do descritivo

DATA: 22/10/24

Maryse Helena Kock
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 14

910956 - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM TAMANHO MÍNIMO 10 X 10 CM - FIBRAS DE ALGINATO MACIAS FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: NØ DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA

MARCA: VITA MEDICAL

LOTE: 20240304

REGISTRO (ANVISA): 80691910010

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequado - vedação e proteção

☒ Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A hidrofibra não possui o tamanho mínimo recomendado e solicitado - 9,90 x 9,90 cm. Não se transforma em gel

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Ao contato com o exsudato não transfere ma-se em gel. O que macera a lesão

() Adequada ☒ Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao descritivo devido ser inferior ao tamanho mínimo. Não transforma-se em gel.

DATA: 22/10/24

Mayra Helena Kock coren 122126
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 15

910864 - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM TAMANHO MÍNIMO 5 X 5 CM, FIBRAS DE ALGINATO MACIAS, FORMADAS EM MATERIAL NAO TECIDO. UTILIZADO EM ULCERAS PLANAS E CAVITARIAS. ALTAMENTE ABSORVENTE EM CONTATO COM EXSUDATO TRANSFORMANDO EM GEL, NAO CAUSANDO MACERACAO E PERMITINDO IRRIGACAO SANGUINEA NA FERIDA. EMBALAGEM ESTERIL CONTENDO: Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E REG. NA ANVISA.

FORNECEDOR: TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR IMPORTACAO LTDA

MARCA: VITA MEDICAL

LOTE: 20231206

REGISTRO (ANVISA): 80691910010

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Adequada - vedada e protegida

(☒) Adequada () Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: A hidrofibra não tem o tamanho mínimo do descritivo 4,98 x 5,02 cm. Não se transforma em gel ao contato com exsudato.

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Ao contato com exsudato não transforma-se em gel. o que macera a lesão

() Adequada (☒) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (☒) NÃO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao descritivo

DATA: 22/10/24

Mayra Helena Kock
ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Produto fora do padronizado

FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 456/2024

ITEM: 36

917395 - LIMPADOR DE FERIDA CONSTITUIDO DE BETAINA E POLIEXANIDA. APRESENTAÇÃO EM FRASCO ENTRE 300 E 350 ML. DEVE MANTER ESTABILIDADE APOS ABERTO. EMBALAGEM CONTENDO BULA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NF DE ENTREGA.

FORNECEDOR: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

MARCA: CASEX

LOTE: 025CS24B

REGISTRO (ANVISA): 10222320033

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 02 UNIDADES

AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMBALAGEM

Apontamentos: Não contém bula, a abertura do bico dosador não é funcional, exigindo uso de lâminas pontiagudas que pode causar acidentes de trabalho, e contaminação por a tampa não fechar.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

Apontamentos: Mantém descritivo, com exceção a bula

(X) Adequada () Inadequada () Não se aplica

FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA

Apontamentos: Sobre a abertura e fechamento do bico donde fatos irregulares devido abertura com objetos pontiagudos, risco de acidentes de trabalho ao abrir, contaminação produto por não fechar.

() Adequada (X) Inadequada () Não se aplica

CONCLUSÃO

APROVA O PRODUTO: () SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: Risco de acidente de trabalho ao abrir bico, risco de contaminação do produto por a tampa não vedar constantemente.

DATA: 25/10/24

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO

Sheylla A. R. Basellato
Enfermeira - COREN 300987-5 SC