

MEMORANDO SEI Nº 25681027/2025 - SES.UFL.LAB

Joinville, 03 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Sra. Giovanna Catarina Gossen

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 124/2025.

Objeto: Locação de equipamento(s), com fornecimento de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos, para a realização de exames de Hematologia e Coagulação, mediante número de exames realizados pagos por teste reportado.

Prezada Senhora,

Em atenção ao MEMORANDO SEI Nº 25592701 - SAP.LCT, encaminho a análise técnica da Proposta Comercial apresentada pelas empresa arrematante do lote 2 do Pregão Eletrônico 124/2025.

Lot e	It e m	Material/Serviço	Forneced or	Marca/Fa bricante	Modelo/ Versão	Descrit ivo (a)	Registro ANVISA 8.10.1	Prospecto/F icha técnica/Ima gem do site 8.10.2	Parecer
2	3	917687 - TAP TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA	J.R. EHLKE & CIA. LTDA	IL - USA	ACL TOP 350	ATEND E - ver análise detalha da abaixo	80003610 194	Sim	Proposta Classificad a
2	4	917686 - APTT (KPTT) - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA					80003610 045		
2	5	919591 - FIBRINOGENIO					80003610 357		
2	6	919592 - D-DIMERO					80003610 443		
2	7	26903 - Locação de analisador(es) automático(s) para exames de Coagulação - conforme descritivo do Edital					80003610 512 - EQUIPAM ENTO Confirmad o no Portal da Anvisa		

a) Descritivo**2-LOTE 2: COAGULAÇÃO para LMJ e LHSJ**

Características do(s) Equipamento(s) e Quantitativos de kits/reagentes, acessórios, insumos e complementos estimados a serem fornecidos:

São necessários 2 (dois) equipamentos iguais, 1 (um) para o LMJ e 1 (um) para o LHSJ, com as seguintes características mínimas:

a) Equipamento automático de acesso aleatório e carregamento contínuo de amostras, que permita a análise de amostras de emergência. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**

b) Metodologia de detecção mecânica ou ótica do coágulo, cromogênica (405 nm) e imunológica (540 nm, 660 nm ou 671 nm) para realização dos testes. **Sim, pág. 3, Proposta Comercial SEI 25592688.**

c) Utilização de tubo primário. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**

d) Carrossel de reagentes refrigerado. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**

- e) Pipetagem automatizada das amostras. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- f) Sistema de interfaceamento bidirecional. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- g) Impressão automática opcional dos resultados. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- h) Identificador de código de barras integrado (*onboard*) para as amostras. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- i) Programa do *software* com no mínimo 4 (quatro) testes disponíveis, sendo: TAP, TTPA/KPTT, Fibrinogênio e D-dímero. **Sim, págs. 1 e 2, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- j) Controle de qualidade diário em no mínimo 2 níveis (normal e patológico). **Sim, pág. 4, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- k) Calibração deverá vir de fábrica (pré-calibração de TAP, TTPA/KPTT, Fibrinogênio e D-dímero) e/ou ser realizada pelo operador (com pré-diluição de curva automatizada). **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- l) Ter capacidade para no mínimo 40 amostras *onboard*. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- m) Capacidade para realizar no mínimo 90 testes/hora (TAP ou TTPA/KPTT). **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- n) Pré-diluição e diluição de amostras automáticas. **Sim, pág. 56, Proposta Comercial SEI 25592688.**
- o) Manual do equipamento e dos testes/parâmetros que serão executados no equipamento, em mídia ou impresso, e em língua Portuguesa do Brasil. **Sim, SEI 25667312.**

b) Amostras -

Conforme Edital SEI 25301586: *"Quando solicitado pela CONTRATANTE, as empresas classificadas em 1º lugar e habilitadas deverão, previamente à efetivação do contrato, instalar os equipamento(s) cotado(s) e disponibilizar, obrigatoriamente, amostras dos kits/reagentes, insumos e acessórios necessários para a realização dos exames, em embalagem original, conforme o item e o quantitativo mínimo correspondente, para que seja realizada validação pela equipe técnica dos laboratórios, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. Todos os equipamentos deverão ter aprovação técnica, tanto pela CONTRATANTE, como através de trabalhos científicos da área em questão. As amostras deverão ser disponibilizadas conforme quantitativos a seguir:"*

- 100 (cem) TAP, 100 (cem) TTPA/KPTT, 50 (cinquenta) fibrinogênio e 50 (cinquenta) D-dímero, para o Lote 2.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Simone de Souza de Oliveira, Coordenador(a)**, em 03/06/2025, às 19:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25681027** e o código CRC **A9C41E43**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.273296-7

25681027v9