

MEMORANDO SEI Nº 25872710/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 24 de junho de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **217/2025**.

Objeto: Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 25643742, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unidade	Fornecedor	Marca Registrada	Descrição de acordo com o Edital	Laudo/Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospeção	Parecer
20	917021 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 1,9 CM X 30 M FITA ADESIVA PARA FECHAMENTO DE PACOTES, COM CONTROLE QUIMICO EXTERNO, LISTAS QUE MUDAM DE COR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZACAO, POR CALOR UMIDO, EMBALAGEM UNITARIA QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	SOMA/S C PRODUT OS HOSPIT ALARES LTDA	CIEX	A proposta apresenta descritivo resumido	---	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
21	21991 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA MAQUINA ULTRASSÔNICA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LIMPEZA EM MÁQUINAS ULTRASSÔNICAS. VERIFICA TEMPO, TEMPERATURA, CAVITAÇÕES CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A	Unidade	SISPACK MEDICAL LTDA	CHEMDYE/TERRA GENE	De acordo	Consta na página 1 as informações sobre a incubadora em comodato.	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS								
23	21993 - INDICADOR DE LIMPEZA PARA TERMODESINFECTORA INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA FASE DE LAVAGEM EM MÁQUINAS TERMODESINFECTORAS. VERIFICA SE HÁ JATO DE ÁGUA DIRETO E INDIRETO, TEMPO INSUFICIENTE, TEMPERATURA, CONCENTRAÇÃO IDEAL DO DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS.	Unidade	SISPACK MEDICAL LTDA	CHEMDYE/TERRAGENE	De acordo	Consta na página 2 as informações sobre a incubadora em comodato.	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
24	22156 - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EFETIVO ENTRE 121°C E 134°C, OS VALORES DECLARADOS DEVEM SER SUPERIORES A 16,5 MINUTOS A 121°C E 1,2 MINUTOS A 134°C, COM TIRA INDICADORA QUÍMICA COM OU SEM ADESIVO. A LEITURA PODERÁ SER FEITA A PARTIR DA MODIFICAÇÃO VISUAL, TÍPICAMENTE DE UMA COR A PARA UMA COR B DISTINTA, OU RESPOSTA GRADUAL, COMO OS INTEGRADORES QUÍMICOS DE MOVIMENTO FRONTAL NOS QUAIS SE OBSERVA UMA MUDANÇA PROGRESSIVA NO SENTIDO DE UMA ZONA DE ACEITAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A TODAS AS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO PROCESSO. DEVERÁ ATENDER A NBR/ISO 11.140-1. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONAR EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE. ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES.	Unidade	DTECH LTDA	DT	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.

26	<p>916871 - MATERIAL PARA ESTERILIZACAO 30 X 30 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 30 CM LARG. X 30 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.</p>	FL	ALTERNED MATERIAL MEDICOPHOSPITALAR LTDA	HOSPFLEX	De acordo	Laudo página 32	Isento	Apresentou	<p>Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O papel crepado é constituído por celulose 100% . 2. Que o laudo BFE constante na página 32 é referente ao material ofertado na proposta.
	<p>916872 - MATERIAL PARA ESTERELIZACAO 60 X 60 CM EMBALAGEM EM PAPEL CREPADO, CONSTITUÍDO POR CELULOSE 100% , BIODEGRADÁVEL, TAMANHO 60 CM LARG. X 60 CM COMPRIMENTO, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², HIDROREPELENTE, ATÓXICO, NÃO IRRITANTE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A RASGO, AJUSTÁVEL E MALEÁVEL AO MANUSEIO E DOBRAS, USO ÚNICO, PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE. CONTER</p>								<p>Aprovação condicionada a</p>

27	<p>BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) E VFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL) DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 14990/2010. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 500 FOLHAS SEGURA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MÍNIMA 20 MESES APOS EMISSÃO DA N.F. DE ENTREGA. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO OFICIAL CREDENCIADO PELA ANVISA, ORIGINAL OU AUTENTICADO, EM PORTUGUÊS, PARA GARANTIR A LEITURA E A VERACIDADE DO DOCUMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO.</p>	FL	ALTERM ED MATERI AL MEDICO HOSPIT ALAR LTDA	HOSPFL EX	De acordo	Laudo página 41	Isento	Apresent ou	<p>empresa confirmar que o item atende as seguintes exigências do edital:</p> <p>1. O papel crepado é constituído por celulose 100% .</p> <p>2. Que o laudo BFE constante na página 41 é referente ao material ofertado na proposta.</p>
28	<p>21980 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.</p>	Rolo	SISPAC K MEDICAL LTDA	SISPAC K	De acordo	---	Isento	Apresent ou.	Proposta de acordo com o edital, classificada
29	<p>21981 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER</p>	Rolo	SISPAC K MEDICAL LTDA	SISPAC K	De acordo	---	Isento	Apresent ou.	Proposta de acordo com o edital, classificada

	O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								
30	21982 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² A 80G/M ² , FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M ² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	POLLIT EX	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou	<p>O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica (páginas 16 e 17) indica a gramatura do papel de no mínimo 57,0 g/cm² e máximo de 63,0 g/cm² e do filme laminado de no mínimo 34,0 g/cm² e máximo de 40,0 g/cm².</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</p>
31	21983 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² A 80G/M ² , FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M ² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	POLLIT EX	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou	<p>O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica (páginas 16 e 17) indica a gramatura do papel de no mínimo 57,0 g/cm² e máximo de 63,0 g/cm² e do filme laminado de no mínimo 34,0 g/cm² e máximo de 40,0 g/cm².</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p>

								1- Quais são as gramaturas por m² , do papel e do filme laminado?	
32	21984 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² A 80G/M ² , FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M ² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	POLLITEX	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou	<p>O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica (páginas 16 e 17) indica a gramatura do papel de no mínimo 57,0 g/cm² e máximo de 63,0 g/cm² e do filme laminado de no mínimo 34,0 g/cm² e máximo de 40,0 g/cm².</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</p>
33	21985 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M ² A 80G/M ² , FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M ² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	Rolo	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	POLLITEX	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou	<p>O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica (páginas 16 e 17) indica a gramatura do papel de no mínimo 57,0 g/cm² e máximo de 63,0 g/cm² e do filme laminado de no mínimo 34,0 g/cm² e máximo de 40,0 g/cm².</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</p>

34	<p>21986 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.</p>	Rolo	<p>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</p>	POLLIT EX	<p>A proposta apresenta descritivo resumido.</p>	---	Isento	Apresentou	<p>O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica (páginas 16 e 17) indica a gramatura do papel de no mínimo 57,0 g/cm² e máximo de 63,0 g/cm² e do filme laminado de no mínimo 34,0 g/cm² e máximo de 40,0 g/cm².</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</p>
35	<p>21987 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.</p>	Rolo	<p>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</p>	POLLIT EX	<p>A proposta apresenta descritivo resumido.</p>	---	Isento	Apresentou	<p>O edital exige a gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m² e do filme plástico laminado de no mínimo 54g/m². A ficha técnica (páginas 16 e 17) indica a gramatura do papel de no mínimo 57,0 g/cm² e máximo de 63,0 g/cm² e do filme laminado de no mínimo 34,0 g/cm² e máximo de 40,0 g/cm².</p> <p>Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1- Quais são as gramaturas por m², do papel e do filme laminado?</p>
	<p>911897 - PACOTE PRONTO DE BOWIE E DICK PACOTE PRONTO DE TESTE DE BOWIE E DICK, FUNDAMENTADO NO</p>								

36	PADRAO AAMI OU NORMA EUROPEIA, COM FOLHA INTERNA DE INDICADOR QUIMICO CLASSE 2 LIVRE DE CHUMBO, COM LEITURA A PARTIR DE MUDANCA DE COR. O PRODUTO QUIMICO UTILIZADO PARA ALTERACAO DA COR DO INDICADOR DEVERA ESTAR PROTEGIDO POR PELICULA DE FORMA A NAO SOLTAR COLORACAO NAS FOLHAS ADJACENTES.	PCT	STERICO NTROL LTDA	STC	De acordo	---	Isento	Apresent ou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
37	911577 - SACO PLASTICO AUTOCLAVAVEL 20 LITROS SACO PLÁSTICO AUTOCLAVAVEL PARA DESCONTAMINACAO E/OU ESTERILIZACAO DE MATERIAIS FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FABRICADO CONFORME AS NORMAS ABNT (NBR 9190/ NBR 9191).	PC	ALTERM ED MATERI AL MEDICO HOSPIT ALAR LTDA	CRAL	De acordo	---	Isento	Apresent ou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 24/06/2025, às 08:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **25872710** e o código CRC **EA5D3AA6**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

25872710v8