

MEMORANDO SEI Nº 30181273/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 14 de julho de 2026.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico **132/2026****Objeto:** Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Curativos Especiais e Insumos para Ostomizados.**

Em atenção ao memorando SEI nº 30180947, seguem as análises solicitadas:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospecto, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
	25655 - CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS TRAUMÁTICAS, ABRASIVAS, PERDA DE PELE; PERMITE PASSAGEM DO EXUDATO				Descritivo do edital: ... <i>Confeccionado em</i>	Na proposta, indicado o registro 80804050028 - Registro de Conector RENASY / Conector RENASY			O edital exige curativo transparente e de silicone (...), confeccionado em silicone e filme de poliuretano, perfurado, transparente e (...). A proposta e o prospecto, indicam que o item ofertado possui, almofada absorvente visível . O registro da ANVISA indicado na proposta é de material diferente do item ofertado, porém, há

28	PARA OUTRO CURATIVO SECUNDÁRIO; CONFECCIONADO EM SILICONE E FILME DE POLIURETANO, PERFURADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO; TAMANHO MÍNIMO 10 X 15 CM; EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, REG. MS/ANVISA.	Unidade	FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Curativo Opsite Post-Op Visible 15 x 10cm - Smith & Nephew	<i>silicone e filme de poliuretano, perfurado, transparente ...</i> Descritivo da proposta: ... <i>Possui filme de poliuretano com almofada absorvente visível...</i>	para Uso com Soft Port. Dentre os anexos, há documento com o Registro 80804050134 - Vigente, confirmado no portal da ANVISA, referente ao item OPSITE Post-Op Visible.	Aprese ntou.	Exige.	documentação anexa com o Registro da ANVISA do material indicado na proposta. Para continuidade e da análise, solicitamos, que a empresa confirme as seguintes exigências do edital: 1 - curativo transparente e de silicone (...), confeccionado em silicone e filme de poliuretano, perfurado, transparente e (sem almofada); 2 - Confirmação do número do Registro da ANVISA do item ofertado.
----	--	---------	------------------------------------	--	---	---	--------------	--------	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Coordenador(a)**, em 14/07/2026, às 13:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30181273** e o código CRC **5B5531F0**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.048874-4

30181273v6