



MEMORANDO SEI Nº 26198038/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 22 de julho de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 217/2025.**Objeto:** Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville.

Em atenção ao Memorando 26195568, segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Descritivo de acordo com o Edital	Laudo/Comodato	8.10.1 Registro ANVISA	8.10.2 Prospeção	Parecer
30	21982 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. O PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou.	Na análise anterior, foi solicitado o envio de <u>documentação comprobatória</u> de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². 3 - Medidas: 100 mm X 100

	80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								metros. No retorno, a empresa apresentou ficha técnica demonstrando o atendimento às exigências do edital, porém, verifica-se que a descrição da proposta diverge do descritivo constante no instrumento convocatório. Aprovação condicionada a empresa ajustar na proposta o descritivo do item ofertado, de acordo com as especificações constantes no edital.
31	21983 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresentou.	Na análise anterior, foi solicitado o envio de <u>documentação comprobatória</u> de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². 3 - Medidas: 120 mm X 100 metros. No retorno, a empresa apresentou ficha técnica demonstrando o

	VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.								atendimento às exigências do edital, porém, verifica-se que a descrição da proposta diverge do descritivo constante no instrumento convocatório. Aprovação condicionada a empresa ajustar na proposta o descritivo do item ofertado, de acordo com as especificações constantes no edital.
32	21984 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA	Rolo	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento	Apresentou.	A ficha técnica apresentada trás informações de acordo com o edital, porém, verifica-se que a descrição da proposta diverge do descritivo constante no instrumento convocatório. Aprovação condicionada a empresa ajustar na proposta o descritivo do item ofertado, de acordo com as especificações constantes no edital.

	DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVE L TÉCNICO.								
33	21985 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍD O PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILE NO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍD O. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃ O DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVE L TÉCNICO.	Rolo	SOMA /SC PROD UTOS HOSPI TALA RES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresen tou.	Na análise anterior, foi solicitado o envio de <u>documentação comprobatória</u> de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². 3 - Medidas: 200 mm X 100 metros. No retorno, a empresa apresentou ficha técnica demonstrando o atendimento às exigências do edital, porém, verifica-se que a descrição da proposta diverge do descritivo constante no instrumento convocatório. Aprovação condicionada a empresa ajustar na proposta o descritivo do item ofertado, de acordo com as especificações

									constantes no edital.
34	21986 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250MM X 100 METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍD O PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILE NO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍD O. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃ O DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVE L TÉCNICO.	Rolo	SOMA /SC PROD UTOS HOSPI TALARES LTDA	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresen tou.	Na análise anterior, foi solicitado o envio de <u>documentação comprobatória</u> de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². 3 - Medidas: 250 mm X 100 metros. No retorno, a empresa apresentou ficha técnica demonstrando o atendimento às exigências do edital, porém, verifica-se que a descrição da proposta diverge do descritivo constante no instrumento convocatório. Aprovação condicionada a empresa ajustar na proposta o descritivo do item ofertado, de acordo com as especificações constantes no edital.
35	21987 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100	Rolo	SOMA /SC PROD UTOS	AMED	A proposta apresenta descritivo resumido.	---	Isento.	Apresen tou.	Na análise anterior, foi

METROS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO PAPEL FEITO EM POLIÉSTER X POLIPROPILENO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E FORMALDEÍDO. GRAMATURA DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M² A 80G/M², FILME PLÁSTICO LAMINADO DE NO MÍNIMO 54G/M² COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL. DEVE CONTER O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO.	HOSPITALARES LTDA						solicitado o envio de <u>documentação comprobatória</u> de que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Gramatura do papel de 60g/m² a 80g/m². 2 - Gramatura do filme plástico de no mínimo 54g/m². 3 - Medidas: 300 mm X 100 metros. No retorno, a empresa apresentou ficha técnica demonstrando o atendimento às exigências do edital, porém, verifica-se que a descrição da proposta diverge do descritivo constante no instrumento convocatório. Aprovação condicionada a empresa ajustar na proposta o descritivo do item ofertado, de acordo com as especificações constantes no edital.
---	-------------------	--	--	--	--	--	--



Documento assinado eletronicamente por **Elenise Sobral Bonfim, Servidor(a) Público(a)**, em 22/07/2025, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26198038** e o código CRC **7562DAAF**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.067136-9

26198038v6