



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI N° 3154490/2019 - SES.UUE.PASUL

Joinville, 07 de fevereiro de 2019.

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa Prolife, seguem as considerações desta unidade:

Considerando que a conexão RJ45 atende as necessidades das unidades, solicitamos alteração do descritivo do item monitor multiparâmetros no seguinte ponto: "conectividade com PC via USB, Wireless ou RJ45.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Luiz Flores, Coordenador (a)**, em 07/02/2019, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3154490** e o código CRC **017E817F**.

Rua Monsenhor Gercino, S/N° - Bairro Itaum - CEP 89210-009 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

18.0.080587-7

3154490v3